

Safety kids safety transfer



อุปกรณ์กันเตียงสำหรับรับส่งผู้ป่วย

งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

นำเสนอโดย

น.ส. ศศิวิมล ชันกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส. นาดกมล อภิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปัญหาและสาเหตุ

ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับการเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นเปลจากการทบทวนอุบัติการณ์ย้อนหลัง 3 ปี (2565- 2568) พบว่ามีเหตุการณ์แขนผู้ป่วยยื่นออกนอกกรงเข็นเปลซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 3 ครั้ง จากผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาดังกล่าว สาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ป่วยเด็กมีขนาดเล็ก และผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ ประกอบกับรถเข็นเปลเดิมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอ ทีมผู้จัดทำจึงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบนวัตกรรม และมาตรฐานความปลอดภัยทางวิชาชีพมาพัฒนาอุปกรณ์กันเตียงที่เหมาะสม



สร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหารถตก/แขนขากระแทก ทำจากฟองน้ำบาง ขนาดเท่ากับขอบกันเตียงรถเข็นเปล หุ้มด้วยผ้าพลาสติกมีลายการ์ตูน ติดตั้งด้วยตีนตุ๊กแก



สายขาดง่าย วัสดุขาดชำรุด

✓ ฟองน้ำบางขนาดพอดีกับขอบกันเตียง

✓ หุ้มด้วยพลาสติกกันน้ำ

✓ สายรัดตีนตุ๊กแก ถอดติดตั้งง่าย



ปรับปรุงนวัตกรรมเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้ฟองน้ำหนา 2.5 นิ้ว เพิ่มชิปถอดทำความสะอาดง่าย สายรัดล็อกก้ามปูปรับระดับได้



ปลอดภัยขึ้น แต่หนักและแข็ง

✓ ฟองน้ำหนา 2.5 นิ้ว

✓ เพิ่มชิปถอดทำความสะอาดง่าย

✓ สายรัดล็อกก้ามปูปรับระดับได้



ปรับฟองน้ำขนาดเล็กลงเหลือ 1 นิ้ว น้ำหนักเบา หุ้มด้วยผ้าพลาสติกกันน้ำ สายรัดล็อกก้ามปู



วัสดุน้ำหนักลดลง ผู้ใช้พึงพอใจมากขึ้น



สายติดตั้งยาว วัสดุขาดง่าย

✓ ฟองน้ำเหลือ 1 นิ้ว น้ำหนักเบา

✓ หุ้มแผ่นพลาสติกกันน้ำ

✓ สายรัดล็อกก้ามปู



จัดทำอุปกรณ์กันเตียงขนาดเดิม ฟองน้ำเดิม เปลี่ยนหุ้มเป็นหนัง PVC นุ่ม ทนต่อการใช้งาน มีชิปถอดทำความสะอาดได้ สายรัดแม่เหล็กกระตุ่ม ติดตั้งง่ายด้วยแม่เหล็กกระตุ่ม

✓ ฟองน้ำเดิมขนาดเดิม

✓ เปลี่ยนหุ้มเป็นหนัง PVC นุ่ม ทนต่อการใช้งาน

✓ มีชิปถอดทำความสะอาดได้

✓ สายรัดพอดีกับขอบกันเตียง

✓ ติดตั้งง่ายด้วยแม่เหล็กกระตุ่ม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

① เพื่อให้ผู้ป่วยเด็ก มีความปลอดภัยขณะเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นเปลทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ไม่เกิดการพลัดตก

② เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยบาดเจ็บจากการกระแทกกับขอบรถเข็นเปลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก

③ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของทีมผู้ให้บริการ ผู้ป่วยและญาติต่ออุปกรณ์ให้ได้ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ



ด้านความปลอดภัย อัตราการตกเตียงหรือบาดเจ็บขณะเคลื่อนย้ายเท่ากับ 0 ครั้ง



ด้านความพึงพอใจทีมผู้ให้บริการร้อยละ 90 (ผลจริงได้ร้อยละ 96)




ด้านความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติร้อยละ 90 (ผลจริงได้ร้อยละ 94)



ต้นทุน 500 บาท/ชิ้น รับประกันการใช้งานมากกว่า 3 ปี

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์



กำหนดเป็นมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่าตัดเด็ก



✓ เพิ่มความปลอดภัย + ลดความเสี่ยงในการตกเตียง ✓ เด็กปลอดภัย ผู้ปกครองอุ่นใจ ★ บุคลากรมั่นใจ ใช้งานสะดวก



ที่ปรึกษา

นางกนกภัทร พรหมมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นายวิชวล พิมายัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
เบอร์โทรศัพท์ 3415
เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานงาน 0846162340
E-mail: cell_uung@hotmail.com



Qr code poster



Qr code SOP