

Procédure de nettoyage et de désinfection des fauteuils roulants

EHPAD – MAS – FAM

Référence : Procédure de bionettoyage des dispositifs médicaux non critiques

Application : Personnel soignant, ASH, agents logistiques, personnel d'entretien

Matériel concerné : Fauteuils roulants manuels et électriques, fauteuils de confort, fauteuils de transfert.

1. Objectif

Garantir un niveau d'hygiène adapté des fauteuils roulants afin de :

- Prévenir les infections associées aux soins (IAS).
- Limiter les contaminations croisées entre résidents.
- Assurer la sécurité des usagers et des professionnels.
- Maintenir le matériel en bon état conformément aux recommandations du fabricant.
- Répondre aux exigences de la HAS et aux bonnes pratiques de bionettoyage.

2. Champ d'application

Cette procédure s'applique à :

- Après chaque changement d'utilisateur.
- Après toute souillure visible.
- Avant stockage du matériel.
- Selon le plan de bionettoyage de l'établissement.
- Les fauteuils revenant d'une hospitalisation ou d'une situation d'isolement infectieux.

3. Responsabilités

Personnel soignant :

- Signaler toute souillure ou contamination.
- Réaliser l'entretien courant selon l'organisation de l'établissement.

Techniciens de surface / agents de bionettoyage :

- Effectuer le nettoyage-désinfection selon la présente procédure.
- Assurer la traçabilité des opérations.

Encadrement :

- Veiller à la disponibilité des produits et matériels.
- Contrôler l'application de la procédure.
- Former les professionnels.

4. Équipements de protection individuelle (EPI)

Avant toute intervention :

- Friction hydroalcoolique des mains.
- Gants à usage unique.
- Surblouse ou tablier de protection si risque de projection.
- Lunettes de protection en cas de souillure importante.

5. Matériel nécessaire

- Lavettes microfibres propres.
- Brosse souple.
- Détergent-désinfectant de surface répondant aux normes :
 - EN 13727 (bactéricide)
 - EN 13624 (levuricide)
 - EN 14476 (virucide) lorsque nécessaire.
- Lingettes désinfectantes (si prévues dans le protocole).
- Sac pour déchets.
- Fiche de traçabilité.

6. Fréquence d'entretien

Situation	Fréquence
Fauteuil attribué à un résident	Entretien hebdomadaire minimum et dès souillure
Zones de contact (accoudoirs, poignées)	Quotidien
Fauteuil partagé	Entre chaque utilisateur
Retour d'hospitalisation	Avant remise en service
Fin d'isolement infectieux	Désinfection complète
Souillure biologique	Immédiatement

7. Principes généraux

Respecter les règles du bionettoyage :

- Du propre vers le sale.
- Du haut vers le bas.
- De l'intérieur vers l'extérieur.
- Une lavette propre par fauteuil.
- Respect du temps de contact du produit.

Ne jamais désinfecter une surface sale sans nettoyage préalable

8. Procédure opératoire

Étape 1 : Préparation

1. Réaliser une hygiène des mains à l'aide du gel hydro-alcoolique.
 2. Mettre les équipements de protection nécessaires.
 3. Stationner le fauteuil dans une zone dédiée.
 4. Mettre les freins du fauteuil.
 5. Retirer coussins, accessoires amovibles et effets personnels.
 6. Vérifier l'état général du matériel.
-

Étape 2 : Nettoyage

Procéder du plus propre vers le plus sale.

Traiter successivement :

1. Poignées de poussée
2. Dossier
3. Accoudoirs
4. Assise
5. Commandes (fauteuil électrique)
6. Repose-jambes et repose-pieds
7. Freins
8. Châssis
9. Roues et jantes

Méthode :

1. Imprégner la lavette avec le produit détergent.
2. Nettoyer par essuyage méthodique.
3. Action mécanique (lavette microfibre, chiffon ou brosse souple pour les zones encrassées).
4. Changer de face de lavette si nécessaire.
5. Éliminer toute salissure visible.

Étape 3 : Désinfection

Appliquer le détergent-désinfectant ou le désinfectant sur les surfaces propres :

Ordre de traitement

1. Poignées de poussée
2. Dossier
3. Accoudoirs
4. Assise
5. Commandes (fauteuil électrique)
6. Repose-jambes et repose-pieds
7. Freins
8. Châssis
9. Roues et jantes

→ Respecter le temps de contact indiqué par le fabricant du produit.

→ Ne pas essuyer avant la fin du temps de contact sauf indication contraire.

Étape 4 : Séchage

- Laisser sécher à l'air libre.
 - Vérifier l'absence de résidus.
 - Retirer les gants.
 - Réaliser une hygiène des mains.
 - Remettre les accessoires propres.
 - Ranger le fauteuil dans la zone propre.
-

Étape 5 : Contrôle

Vérifier :

- Propreté visuelle.
- Absence de souillures.
- Fonctionnement des freins.
- État des roues.
- Intégrité des revêtements.

9. Conduite à tenir en cas de souillure biologique

En présence de :

- Sang ;
 - Urines ;
 - Selles ;
 - Vomissements ;
 - Sécrétions biologiques.
1. Mettre des gants.
 2. Absorber les matières organiques.
 3. Éliminer les déchets selon la procédure interne.
 4. Nettoyer la zone souillée.
 5. Désinfecter avec le produit adapté.
 6. Respecter le temps de contact.
 7. Tracer l'intervention.

10. Précautions particulières

Fauteuils électriques

- Couper l'alimentation.
- Ne jamais pulvériser directement sur les composants électriques.
- Utiliser une lavette légèrement imprégnée.
- Respecter les préconisations du constructeur.

Revêtements textiles

- Se référer à la notice fabricant.
- Utiliser uniquement des produits compatibles.
- Vérifier le séchage complet avant réutilisation.

En cas d'isolement infectieux

Appliquer le protocole renforcé défini par l'établissement et les recommandations de l'équipe opérationnelle d'hygiène.

11. Traçabilité

Enregistrer :

- Date et heure.
 - Identifiant du fauteuil.
 - Nom de l'opérateur.
 - Produit utilisé.
 - Observations éventuelles.
 - Signature.
-

Points de vigilance

- Respecter systématiquement le temps de contact des produits.
 - Ne jamais désinfecter une surface visiblement sale sans nettoyage préalable.
 - Insister sur les zones fréquemment touchées : poignées, accoudoirs, freins et commandes.
 - Vérifier la compatibilité des produits avec les matériaux du fauteuil (sellerie, aluminium, plastique, électronique).
-

Documents de référence :

- Recommandations HAS relatives à la prévention du risque infectieux en établissements médico-sociaux.
 - Recommandations SF2H / HCSP sur le bionettoyage.
 - Notices d'entretien des fabricants de fauteuils roulants.
 - Plan de maîtrise du risque infectieux de l'établissement.
-

Exemple de protocole simplifié utilisable en EHPAD/MAS/FAM :

1. Nettoyer l'ensemble du fauteuil avec une lavette microfibre imprégnée de détergent.
2. Insister sur les poignées, accoudoirs, freins, repose-pieds et roues.
3. Appliquer un détergent-désinfectant ou un désinfectant sur les surfaces propres.
4. Respecter le temps de contact.
5. Laisser sécher.
6. Retirer les gants.
7. Friction hydroalcoolique.
8. Tracer l'opération sur la fiche de suivi du matériel.