
Uma estação ambiental colocada à prova

R · Séries temporais · Bootstrap

Como avaliar se uma estação de baixo custo acompanha as medidas de uma estação de verificação próxima?



Resultados agregados da campanha. Menor RMSE significa menor diferença média quadrática, não certificação do instrumento.

Como o estudo foi conduzido

- Organização dos registros em intervalos de 15 minutos e comparação de medidas em unidades equivalentes.
- Métricas pareadas de erro e concordância, com bootstrap em blocos temporais.
- Ajustes empíricos e diagnóstico da disponibilidade dos registros.

Leitura dos resultados

O estudo separa associação, concordância e ajuste. A prévia compara o RMSE das medidas originais e do ajuste linear calculado no conjunto da campanha, para temperatura e umidade.

Escopo e interpretação

Os valores do gráfico descrevem o ajuste no mesmo conjunto; não são validação independente. A estação de verificação não é um padrão metrológico co-localizado. O índice térmico estimado não é uma medição normativa de IBUTG.

Materiais de origem e documentação