
Sensores diferentes, a mesma umidade?

R · Regressão · Validação temporal

Um modelo ajustado em um trecho da campanha continua descrevendo bem as leituras no período seguinte?



Validação temporal da campanha de outubro de 2026. Somente resultados agregados são apresentados.

Como o estudo foi conduzido

- Pareamento de 1.499 horários entre CS/CR350, PC01 e PC03 na campanha de 2 a 7 de outubro de 2026.
- Separação cronológica em 70% para ajuste e 30% para validação, sem embaralhar os registros.
- Comparação de modelos por viés, MAE, RMSE e diagnóstico de extrapolação.

Leitura dos resultados

O gráfico mostra apenas os modelos ajustados: o RMSE foi calculado nos 450 pares finais de cada sensor. Assim, ajuste e validação aparecem como etapas diferentes.

Escopo e interpretação

Para o PC03, 74 leituras da validação ficaram fora da faixa de treino. Os resultados são específicos da campanha; o ajuste quadrático global não deve ser tratado como uma curva física universal.

Materiais de origem e documentação