

शाखा कार्यालय...
...

दिनांक 01/11/25.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वंदना वेअरहाउस क्रमांक 131 के निम्न

[illegible]

e-Office Letter-3

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
MPSCSC

श्रीवा प्रबंधक,
म.प्र.वेयरहाउसिंग एवं लॉजि.कार्पो.
महागवाँ, कटनी (म.प्र.)

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:18:25
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.4%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 08.8
TEMP : 26.0C

SIGN :

131
01

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:20:44
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.4%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 08.9
TEMP : 26.1C

SIGN :

131
03

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:12:23
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.0%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 08.9
TEMP : 25.9C

SIGN :

131
04

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:22:30
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.4%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 08.8
TEMP : 26.1C

SIGN :

131
05

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:39:39
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.2%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.6
TEMP : 26.0C

SIGN :

131
11

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:32:04
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.6%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 07.5
TEMP : 25.9C

SIGN :

131
12

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:14:51
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.1%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 08.9
TEMP : 26.0C

SIGN :

131
13

ORCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
COMMODITY : 7.WHEAT
TIME : 14:09:27
DATE : 01/11/25
MOISTURE : 14.0%
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 08.8
TEMP : 25.9C

SIGN :

131
36