SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	SOCOREX	16031392	126	50 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	50 µl	52,4	Correcta	Correcta
		51,4		
		50,9		
		51,9		
		50,5		
		51,42	**Error :**	2.8 %

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio				
			Error :	

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (ºC/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo				
			Error :	

Fecha
20 /.06 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	M.M.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,7 ºC
HUMEDAD AMBIENTE	52,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3

Observaciones	Certificado N*	Codigo Interno
Volumen fijo	STE	SEDE
	50-474	CATAMARCA

Este documento es propiedad de Eficap,queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento **Version: 05 6/2017**

**** Ensayo realizado según normas Internacionales***

**** Instrumental de control calibrado y certificado***

FIRMA