SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	SOCOREX	16062302	205	20 - 200 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	20 µl	20,4	Correcta	Correcta
		20,3		
		20,4		
		20,5		
		20,4		
		20,4	**Error :**	2,00%

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	100 µl	101,9	Correcta	Correcta
		102,6		
		103,7		
		102,4		
		102,1		
		102,54	**Error :**	2.5 %

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (ºC/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	200 µl	203,8	Correcta	Correcta
		202,5		
		205,8		
		204,8		
		204,5		
		204,28	**Error :**	2.1 %

Fecha
20 /.06 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

CERTIFIED

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	M.M.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,8 ºC
HUMEDAD AMBIENTE	59,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3

Observaciones	Certificado N*	Codigo Interno
Sistema expulsor defectuoso	STE	CMA
Sin tapon en pulsador	50-474	

Este documento es propiedad de Eficap,queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento **Version: 05 6/2017**

**** Ensayo realizado según normas Internacionales***

**** Instrumental de control calibrado y certificado***

FIRMA

EFICAP SERVICIO TECNICO CALIBRACIONES Y AUDITORIA

EFICAP