SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	SOCOREX	16081036	37	100 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
		101,9	Correcta	Correcta
	100 µl	102,4		
Volumen Minimo		101,5		
		101,9		
		103,9		
		102,32	**Error :**	1.3 %

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio				
			Error :	

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (ºC/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo				
			Error :	

Fecha
04 /.07 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	K.U.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,5 ºC
HUMEDAD AMBIENTE	59,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3

Observaciones	Certificado N*	Codigo Interno
Volumen fijo	STE	SEDE
	50-476	CMA

Este documento es propiedad de Eficap,queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento **Version: 05 6/2017**

**** Ensayo realizado según normas Internacionales***

**** Instrumental de control calibrado y certificado***

FIRMA