	INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TENSIOMETRO ANEROIDE	IC - TAN - F431	
		Versión:	1.0
		Vigencia	2012

Equipo: Tensiómetro	**Modelo: De mano**	**Edificio:**	Barrio parque
		Sector:	
N° serie: Sin serie	**Marca: Hand**	**Ubicación:**	
		Fecha:	18/04/2025
		Orden M:	
		Realizó:	Henry Salinas

Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha últ. calibración
Analizador paciente	Fluke	ProSim 8	3220050	26/04/2024

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	SI	NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X	
El equipo ha necesitado reparación		
El equipo no está reparado. No se puede usar		
Comentarios:		
Resolución	1	mmHg

Caracteristicas de tensiómetro a calibrar			
Resolución	1	mmHg	

Criterio de aceptación	± 3 mmHg

	Medición			
		Patrón	Tensiómetro a calibración	
	Lectura 1	30.1	31	mmHg
	Lectura 2	40.1	41.1	mmHg
	Lectura 3	50.2	51	mmHg
	Lectura 4	60.1	58.7	mmHg
	Lectura 5	70.1	71.3	mmHg
	Lectura 6	80.1	81.8	mmHg
	Lectura 7	90.2	91.7	mmHg
	Lectura 8	100.1	100.9	mmHg
	Lectura 9	120.1	121.9	mmHg
	Lectura 10	130.1	130.3	mmHg
	Lectura 11	140.1	141.8	mmHg
	Lectura 12	150.1	150.6	mmHg
	Lectura 13	160.2	161.2	mmHg
	Lectura 14	180.1	181.6	mmHg
	Lectura 15	200.1	201.1	mmHg

Cálculo del error sistemático (ES)	-0.928571429