Certificado de Calibración

N° DRJ-04-25-1634

Lenor S.R.L. / Fraga 979 (C1427BTS) C.A.B.A. - Argentina / Tel (5411) 4555-4001 (Rotativas) - Fax (5411) 4555-4363 / E-mail: info@lenorsrl.com.ar.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

Certificado sin firma y aclaración, no será válido.

El Usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Balanza

Rango: 0 a 400 kg

Resolución: 0,05 kg

Fabricante: CAM

Modelo: CAP-P400

Tipo: Digital

Clase: ---

N° Serie: D1481

Identificación: ---

Determinación requerida: Calibración.

Fecha de calibración: 29 de abril de 2025

Fecha de emisión del certificado: 30 de abril de 2025

Fecha de vencimiento: abril de 2026

Cliente: SWISS MEDICAL SA

Dirección: Paraguay 5068 C. A.B.A. - Argentina.

Los resultados que se detallan en el presente certificado se refieren al momento y condiciones que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado

Lenor S.R.L. / Fraga 979 (C1427BTS) C.A.B.A. - Argentina / Tel (5411) 4555-4001 (Rotativas) - Fax (5411) 4555-4363 / E-mail: info@lenorsrl.com.ar.

Resultados obtenidos

Control de carga previa:

Carga previa: **200,00** kg Valor obtenido : **199,85** kg Error relativo: **0,08** %

Se realizo ajuste: **No**

Control de repetibilidad:

De un total de dieciséis muestras, se obtuvo una desviación estándar de

Para 40 kg **0,00** kg **(10 al 30% del rango)**

Para 200 kg **0,00** kg **(60 al 80% del rango)**

Excentricidad de cargas

Nominal kg	Sector	Desvío kg	Excentricidad kg
120	1	0	0,10
	2	0	
	3	+0,10	
	4	+0,10	
	5	0,05	



Error de la indicación

Nominal kg	Tara kg	Error creciente kg	Error decreciente kg	Incertidumbre kg
0	0,00	0,00	0,00	0,07
60	0,00	0,00	0,00	0,07
100	0,00	0,10	0,10	0,07
200	0,00	0,05	0,05	0,07
300	0,00	0,05	0,05	0,08
400	0,00	-0,05	-0,05	0,08

Observaciones

Las incertidumbres de medición fueron estimadas en acuerdo con las recomendaciones del documento "Guía para la expresión de incertidumbres de medición", Traducción INTI - CEFIS del documento "Guide to Expression of Uncertainty in Measurements (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) JCGM 100:2008".

En el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura de k=2 el cual, para una distribución normal, corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y Lenor SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.

El presente certificado fue realizado según el procedimiento especifico PE C (T) 04 "Calibración de balanzas V:4-R:0".

El equipo se encuentra en buenas condiciones.

Para los puntos mayores a 200 kg se utilizaron pesas patrón y peso sustituto.

El vencimiento mencionado en el presente certificado fue solicitado por el cliente.

Lugar de Calibración: Sanatorio Los Arcos.

Condiciones Ambientales:

Temperatura inicial: 24 ± 2 ºC Humedad inicial: 43 ± 10 %HR

Temperatura final: 24 ± 2 ºC Humedad final: 42 ± 10 %HR

Patrones de Referencia

Código	Descripción	Certificado	
LBP1966	Monitor científico de condiciones ambientales	OAA12293	SAHILICES
LBP045	Juego de pesas	OAA12618 MOD 2	SAHILICES

Emiliano Raduszynski
Instrumentista
Lab. Calibraciones
Lenor S.R.L.

Firmado digitalmente por VARGAS Ariel Hernan
Fecha: 2025.05.22 08:32:47 -03'00'

Fin de Documento

Los resultados que se detallan en el presente certificado se refieren al momento y condiciones que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado