21 CFR 11 Compatible

Certific. de sala limpia Informe

SWISS MEDICAL GROUP
CSB SABELLA CFLV CLASE II - B2, #107

Id. del instrumento: Lasair III
Número de serie: 124738
Calibrado: 02/07/2025
Fecha y hora: 19/08/2025 13:00:25

Id. de lote:
Operador: T.B.
Sala: SABELLA #107
Receta: -

Fecha y hora: 19/08/2025 12:59:05

Norma de certificación: **ISO 14644:2015; ISO 5; 0.5 µm**

Resultados de certificación: **APROBADO**

Plan de muestreo

	Mín.	Plan	Real
Área (m^2)	---	1.0	---
Lugares/Sala	1	2	2
Muestras/Lugar	1	1	1
Total de muestras	1	2	2
Volumen (m^3)	0.0283	0.0283	0.0283

Datos de partículas

	µm	N/m³
Objetivo	0.5	3520
Máx.	0.5	0
Media	0.5	0
DesvEst	0.5	0

Promedios de lugares

Lugar	#	µm	Prom.(N/m³)
#001	1	0.5	0
#002	1	0.5	0

Muestras suprimidas: **0**