HITEC SRL
sensing & control
Dirección de Metrología
Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 23491-2408152

1. – Cliente.

Ferretti Validaciones S.R.L.

Gral. Capdevila 144 - Banfield -
Provincia de Buenos Aires

2. – Fecha de emisión.

27 de Agosto de 2024

3. – Determinaciones requeridas.

Calibración en velocidad de aire en un rango de (0…30) m/s, temperatura y humedad ambiente.

4. – Identificación del equipo calibrado.

Tipo de equipo:	Termoanemómetro
Marca:	Alnor
Modelo:	CompuFlow 8585M
Número de serie:	00107126
Rango:	(0...50) m/s ; (-17,8…+60) ºC; (0…100) % Hr
Resolución:	0,01 m/s; 0,1 ºC; 0,1 % Hr
Exactitud:	± (1 %Rd + 0,02 m/s); ± 0,3 ºC ± 3 % Hr

5. – Patrones utilizados.

Tipo de patrón:	Anemómetro
Identificación:	LMH-242
Marca:	TSI
Modelo:	8455-300-1
Número de serie:	73090134
Certificado:	8455-300-1 73090134

Tipo de patrón:	Termohigrómetro
Identificación:	LMH-141
Marca:	Vaisala
Modelo:	HMI41 / HMP 41/45
Número de serie:	Y4740053 / Z0110015
Certificado:	04-27884/24

6. – Procedimiento.

La calibración se realiza por comparación directa contra un anemómetro calibrado y de exactitud conocida. Siguiendo los lineamientos de la publicación del fabricante "CompuFlow Thermo-anemometer Model 8570/8571- Owner's Manual", TSI Incorporated Alnor, Part Nro. 116-159-857 Rev. 6.

HITEC SRL
sensing & control
Dirección de Metrología
Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

7. – Calibración.

7.1 – Calibración en velocidad de aire

N° de medición	Valor de Referencia[1] m/s	Indicación[1] m/s	U (K=2) m/s
1	0,000	0,00	0,01
2	0,182	0,19	0,01
3	0,317	0,32	0,01
4	0,506	0,51	0,02
5	0,778	0,78	0,03
6	1,619	1,63	0,05
7	3,742	3,78	0,10
8	6,380	6,50	0,17
9	8,09	8,25	0,20
10	11,96	12,10	0,31
11	23,02	23,1	0,56
12	29,92	30,0	0,74

7.2 – Calibración en temperatura

N° de medición	Valor de Referencia ° C	Indicación ° C	U (K=2) ° C
1	16,7	16,7	0,2

7.3 – Calibración en humedad relativa

N° de medición	Valor de Referencia % Hr	Indicación % Hr	U (K=2) % Hr
1	51,2	49,6	3,0

8. – Observaciones.

[1] Resulta de un promedio de 5 (cinco) lecturas realizadas.

Las mediciones fueron realizadas los días 23 y 26 de Agosto de 2024 en instalaciones de la Dirección de Metrología de Hitec S.R.L.

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI u otro instituto nacional de metrología según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

HITEC SRL
sensing & control
Dirección de Metrología
Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones y corresponden exclusivamente a los objetos calibrados. El presente certificado no debe ser reproducido en forma parcial sin la aprobación por escrito de HITEC S.R.L.
HITEC S.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios derivados por el uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido que se hiciere de este certificado.

El usuario es responsable de la calibración del objeto a intervalos apropiados.

ALEJANDRO M. CASTRO
Director Técnico Suplente
Dirección De Metrología
HITEC S.R.L