Av. San Martín 3702, 3er piso
(1604) Florida Oeste -- Prov. Bs. As.
Tel/Fax: 0054 11 5263-3818
e-mail: ventas@soltecinstrumentos.com.ar
web: www.soltecinstrumentos.com.ar

SolTec Instrumentos

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº: FER241002
CALIBRATION CERTIFICATE Nº:

Material: / ***Object:*** *Decibelímetro*

Fabricante: / ***Manufacturer:*** *TRIGGER*

Modelo: / ***Model:*** *HP-1356*

Nº de Serie: / ***Serial number:*** *101800183782*

Cliente: / ***Customer:*** ***FERRETTI VALIDACIONES S.R.L.***

Direccion del cliente: / ***Customer Address:***

Nº de páginas: / ***Nº of pages:*** *1 de 2*

Fecha de Recepción: / ***Reception Date:*** *24/09/2024*

Este certificado es emitido en conformidad con los requerimientos de acreditación de la norma ISO 17025.

Las mediciones involucradas en el presente Certificado proveen trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente o a patrones mantenidos por otros laboratorios nacionales reconocidos, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El cliente está obligado a recalibrar el material a intervalos apropiados.

This calibration certificate is issued in accordance with the accreditation requirements of the ISO 17025 standard.

It provides traceability of measurements to recognised national standards, and to units of measurement realized at the INTI or other recognised national standards laboratories according to the International System of Unit (SI).

The user is obligated to have the object recalibrated at appropriate intervals.

NF

Este Certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma no serán válidos.

Los resultados contenidos en el presente Certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

El Laboratorio de Calibración que los emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los materiales calibrados o por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este Certificado.

La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k = 2, lo que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La evaluación de incertidumbres fue realizada en conformidad con los requerimientos de la Guía ISO para Expresión de Incertidumbre.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Calibration Certificates without signature are not valid.

The results contained in the present calibration certificate refer to the moment and conditions in which the measurement were made.

The calibration laboratory which has issued the present certificate will not be responsible for the damage which can result from inadequate use of the calibrated instruments or of the certificate hereof.

The reported expanded uncertainty is based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with the requirements of the ISO Guide for the Expression of Uncertainty.

SolTec - Medición, Control y Calibración - *Sistema de la Calidad*

Sello *Stamp*	Fecha de calibración *Calibration date*	Laboratorio de Calibración *Calibration Laboratory*	Responsables de la Calibración *Responsible persons*	
SolTec Medición, Control y Calibración C	*02/10/2024*	*Nahuel Ortelli*	*Thomas Candia*	*Agustin Spadoni*

Av. San Martín 3702, 3er piso
(1604) Florida Oeste – Prov. Bs. As.
Tel/Fax: 0054 11 5263-3818
e-mail: ventas@soltecinstrumentos.com.ar
web: www.soltecinstrumentos.com.ar

SolTec Instrumentos

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº: FER241002
CALIBRATION CERTIFICATE Nº:

Cliente: FERRETTI VALIDACIONES S.R.L.

Material: Decibelímetro
Marca: TRIGGER
Modelo: HP-1356
Nº Serie: 101800183782

Recepción: 24/09/2024
Procedimientos de Calibracion: IC-5.04.37

PATRONES UTILIZADOS: Calibrador Acústico CEM SC-05 S/N°: 09080165
N° Certificado: C 01922.1 CINTRA Acceda al Patrón

Resultados: **Los resultados consignados en el presente informe y bajo las condiciones de calibración, se indican "como se encuentra el equipo" (As Found).**

Información complementaria: *Al solo efecto de contribuir a la confección del registro correspondiente a la calibración realizada al instrumento/sistema de medición descripto, se informan en la siguiente tabla los datos relevantes obtenidos durante el servicio.*

Patrón	Instrumento	Desvío	Incertidumbre Medición
dB	dB	dB	± dB
94,0	94,0	0,00	0,8523
114,0	113,7	-0,30	0,8416

SolTec - Medición, Control y Calibración - *Sistema de la Calidad*

Sello *Stamp*	Fecha de calibración *Calibration date*	Laboratorio de Calibración *Calibration Laboratory*	Responsables de la Calibración *Responsible persons*	
	02/10/2024	Nahuel Ortelli	Thomas Candia	Agustín Spadoni