

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
1	1A035000000190101	尿pH	PQ	N.N	pH	[pH]	化学発色法	小数点以下1桁		
2	1A040000000190111	尿ウロビリノーゲン定性	CO	N			化学発色法	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
3	1A055000000190111	尿ビリルビン定性	CO	N			化学発色法	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
4	1A060000000190111	尿ケトン体定性	CO	N			化学発色法	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
5	1A065000000190111	尿アミラーゼ定性	CO	N			化学発色法	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
6	1A105000000166251	尿沈渣－赤血球	ST	64				文字列自由入力(“1～3／視野”、“無数／視野”など)		
7	1A105000000166252	尿沈渣－白血球	ST	64				文字列自由入力(“1～3／視野”、“無数／視野”など)		
8	1A105000000166253	尿沈渣－上皮細胞	ST	64				文字列自由入力(“1～3／視野”、“無数／視野”など)		
9	1A105000000166254	尿沈渣－扁平上皮細胞	ST	256					200810	
10	1A105000000166255	尿沈渣－移行上皮細胞	ST	256					200810	
11	1A105000000166256	尿沈渣－尿細管上皮細胞	ST	256					200810	
12	1A105000000166266	尿沈渣－円柱	ST	64				文字列自由入力(“1～3／視野”、“無数／視野”など)		
13	1A105000000166267	尿沈渣－硝子円柱	ST	256					200810	
14	1A105000000166269	尿沈渣－顆粒円柱	ST	256					200810	
15	1A105000000166285	尿沈渣－細菌	ST	256					200810	
16	1A105000000166294	尿沈渣－その他	ST	64				文字列自由入力(“1～3／視野”、“無数／視野”など)		
17	1B010000001570111	虫卵判定(塗抹)(便)	CD	N				1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
18	1B025000001570111	ぎょう虫卵判定(便)(セロテープ法)	CD	N				1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
19	1B040Z121015Z0111	免疫便潜血反応(1日目)	CD	N				1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
20	1B040Z122015Z0111	免疫便潜血反応(2日目)	CD	N				1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
21	2A090000001930101	好酸球数	PQ	NNNN	個/mm3	/mm3				
22	2A110000001963202	網赤血球数	PQ	NNNN	パーミル	{permil}				
23	2A160000001960351	血液像－好中球(Neutro)	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		
24	2A160000001930151	血液像－好中球	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
25	2A160000001960352	血液像－好中球桿状核(Stab)	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		
26	2A160000001930152	血液像－好中球桿状核	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
27	2A160000001960353	血液像－好中球分葉核(Seg)	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
28	2A160000001930153	血液像－好中球分葉核	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
29	2A160000001960354	血液像－好酸球(Eosino)	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		
30	2A160000001930154	血液像－好酸球	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
31	2A160000001960355	血液像－好塩基球(Baso)	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		
32	2A160000001930155	血液像－好塩基球	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
33	2A160000001960356	血液像－単球(Mono)	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		
34	2A160000001930156	血液像－単球	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
35	2A160000001960357	血液像－リンパ球(Lympho)	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		
36	2A160000001930157	血液像－リンパ球	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
37	2A160000001960377	血液像－その他	PQ	NNN.N	%	%	ライト染色	小数点以下1桁		
38	2A160000001930177	血液像－その他	PQ	NNN.N	%	%	血球算定	小数点以下1桁	200810	
39	2B010000001732001	出血時間	PQ	NNN	分	min				
40	2B020000002231151	活性化部分トロンボプラスチン時間(秒)	PQ	NNN	秒	s				
41	2B020000002231157	活性化部分トロンボプラスチン時間(INR)	PQ	N.NN			INR値	小数点以下2桁		
42	2B030000002231151	プロトロンビン時間(秒)	PQ	NNN	秒	s				
43	2B030000002231157	プロトロンビン時間(INR)	PQ	N.NN			INR値	小数点以下2桁		
44	2Z010000001992001	血沈1時間値	PQ	NNN	mm	mm				
45	2Z010130101992001	血沈1時間値	PQ	NNN	mm/h	mm/h	その他		200903	
46	2Z010106001909601	血沈1時間値	PQ	NNN	mm	mm	その他の沈降反応		200812	
47	2Z010112001909601	血沈2時間値	PQ	NNN	mm	mm	その他の沈降反応		200812	
48	2Z010130201992001	血沈2時間値	PQ	NNN	mm/2h	mm/[2]h	その他		200903	
49	3A015000000106101	尿中アルブミン	PQ	NNNN.N	mg/day	mg/d	TIA	小数点以下1桁		
50	3A020000002323251	アルブミン分画	PQ	NNN.N	%	%	セルロースアセテート膜電気泳動	小数点以下1桁	200810	
51	3A020000002323252	a1グロブリン分画	PQ	NNN.N	%	%	セルロースアセテート膜電気泳動	小数点以下1桁	200810	
52	3A020000002323253	a2グロブリン分画	PQ	NNN.N	%	%	セルロースアセテート膜電気泳動	小数点以下1桁	200810	
53	3A020000002323254	b グロブリン分画	PQ	NNN.N	%	%	セルロースアセテート膜電気泳動	小数点以下1桁	200810	
54	3A020000002323255	g グロブリン分画	PQ	NNN.N	%	%	セルロースアセテート膜電気泳動	小数点以下1桁	200810	

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
55	3A025000002327101	TTT	PQ	NN.N	U	U	1:可視吸光光度法	小数点以下1桁	200807	
56	3A025000002329201	TTT	PQ	NN.N	U	U	2:比濁法	小数点以下1桁		
57	3A030000002327101	ZTT	PQ	NN.N	U	U	1:可視吸光光度法	小数点以下1桁	200807	
58	3A030000002329201	ZTT	PQ	NN.N	U	U	2:比濁法	小数点以下1桁		
59	3B010000002327101	CK(CPK)	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	1:可視吸光光度法			
60	3B010000002327201	CK(CPK)	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	2:紫外吸光光度法(UV法)			
61	3B010000002399801	CK(CPK)	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	3:方法問わず			
62	3B050000002327101	LDH	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	1:可視吸光光度法			
63	3B050000002327201	LDH	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	2:紫外吸光光度法(UV法)			
64	3B050000002399801	LDH	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	3:方法問わず			
65	3B100000002327201	アルドラーゼ	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	紫外吸光光度法(UV法)		200807	
66	3B110000002327101	コリンエステラーゼ(ChE)	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	1:可視吸光光度法			
67	3B110000002327201	コリンエステラーゼ(ChE)	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	2:紫外吸光光度法(UV法)			
68	3B110000002399801	コリンエステラーゼ(ChE)	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	3:方法問わず			
69	3B135000002327101	LAP	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	1:可視吸光光度法			
70	3B135000002399801	LAP	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	2:方法問わず			
71	3B160000000127101	尿アミラーゼ定量	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	可視吸光光度法			
72	3B160000002327101	血清アミラーゼ	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	1:可視吸光光度法			
73	3B160000002399801	血清アミラーゼ	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	2:方法問わず			
74	3B180000002327101	血清リパーゼ	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	1:可視吸光光度法			
75	3B180000002327201	血清リパーゼ	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	2:紫外吸光光度法(UV法)			
76	3B180000002399801	血清リパーゼ	PQ	NNNNNN	U/I	U/L	3:方法問わず			
77	3B195000002300101	エラスターゼI	PQ	NNNNN	ng/dl	ng/dL	ラジオイムノアッセイ(RIA)		200812	
78	3B220000002327101	総酸性フォスファターゼ	PQ	NNN.N	U/I	U/L	1:可視吸光光度法	小数点以下1桁		
79	3B220000002327201	総酸性フォスファターゼ	PQ	NNN.N	U/I	U/L	2:紫外吸光光度法(UV法)	小数点以下1桁		
80	3B220000002388801	総酸性フォスファターゼ	PQ	NNN.N	U/I	U/L	3:方法問わず	小数点以下1桁		
81	3B339000002399853	ペプシノーゲン1/2比	PQ	NN.NN				小数点以下2桁	201009	

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
82	3B34000002399801	ペプシノーゲン1定量	PQ	NNNNN	μ g/l	ug/L	方法問わず			
83	3B34500002300653	ペプシノーゲン1／2比	PQ	NN.NN				小数点以下2桁	201009	
84	3B34500002399801	ペプシノーゲン2定量	PQ	NNNNN	μ g/l	ug/L	方法問わず			
85	3C02500002327101	BUN(尿素窒素)	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	1:可視吸光光度法	小数点以下1桁		
86	3C02500002327201	BUN(尿素窒素)	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	2:紫外吸光光度法(UV法)	小数点以下1桁		
87	3C02500002399801	BUN(尿素窒素)	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	3:方法問わず	小数点以下1桁		
88	3D05000002327101	フルクトサミン(FRA)	PQ	NNNNN	μ mol/l	umol/L	1:可視吸光光度法		200807	
89	3D08500002327101	1,5アンヒドログルシトール(1.5AG)	PQ	NNN.N	μ g/ml	ug/mL	可視吸光光度法	小数点以下1桁	200812	
90	3F03500002399801	遊離脂肪酸	PQ	NNNNN	μ Eq/L	ueq/L	2:方法特定せず			
91	3F06500002327101	遊離型コレステロール	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	1:可視吸光光度法			
92	3F06500002327201	遊離型コレステロール	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	2:紫外吸光光度法(UV法)			
93	3F06500002399801	遊離型コレステロール	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	3:方法問わず			
94	3F11000002327101	胆汁酸	PQ	NNNNN	μ mol/l	umol/L	1:可視吸光光度法	小数点以下1桁		
95	3F11000002399801	胆汁酸	PQ	NNNNN	μ mol/l	umol/L	2:方法特定せず	小数点以下1桁		
96	3F13000002306101	ペータリポ蛋白	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	1:免疫比濁法(TIA)			
97	3F13000002329201	ペータリポ蛋白	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	2:比濁法			
98	3F13000002399801	ペータリポ蛋白	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	3:方法問わず			
99	3F18000002306101	アポ蛋白A1	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	1:免疫比濁法		200807	
100	3F18000002399801	アポ蛋白A1	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	2:方法問わず			
101	3F18500002306101	アポ蛋白A2	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	1:免疫比濁法	小数点以下1桁	200807	
102	3F18500002399801	アポ蛋白A2	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	2:方法問わず	小数点以下1桁		
103	3F19000002306101	アポ蛋白B	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	1:免疫比濁法		200807	
104	3F19000002399801	アポ蛋白B	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	2:方法問わず			
105	3I01000002327101	血清鉄(Fe)	PQ	NNNNN	μ g/dl	ug/dL	可視吸光光度法			
106	3I01500002399801	総鉄結合能(TIBC)	PQ	NNNNN	μ g/dl	ug/dL	方法問わず		200807	
107	3I02000002399801	総鉄結合能(UIBC)	PQ	NNNNN	μ g/dl	ug/dL	方法問わず		200807	
108	3J01500002327101	直接ビリルビン(D-BIL)	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	可視吸光光度法	小数点以下1桁		

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日:2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
109	3J020000002327101	間接ビリルビン(I -BIL)	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	1:可視吸光光度法	小数点以下1桁	200807	
110	3J020000002391901	間接ビリルビン(I -BIL)	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	2:計算法	小数点以下1桁	200807	
111	5E074000002311611	梅毒RPR法(定性)	CO	N			粒子凝集反応[定性]	1:-、2:±、3+:、4:++、5:+++	200903	1.2.392.200119.6.2102
112	5E075000002311611	梅毒TPHA(定性)	CO	N			粒子凝集反応[定性]	1:-、2:±、3+:、4:++、5:+++	200903	1.2.392.200119.6.2102
113	5F016141002305101	HBS抗原定量	PQ	NNNN.NN	IU/ml	[iU]/mL	化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA)	小数点以下2桁	200903	
114	5F016143002399811	HBs抗体	CD	N			方法問わず	1:陽性、2:陰性	200807	1.2.392.200119.6.2100
115	5F360149202305101	HCV抗体定量	PQ	NNNN.NN	S/CO	S/CO	化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA)	小数点以下2桁	200903	
116	5G160000002306111	リウマトイド因子定性(RF)	CO	N			免疫比濁法(TIA)	1:-、2:±、3+:、4:++、5:+++	200810	
117	5G160135102306111	RA(定性)	CO	N			免疫比濁法(TIA)	1:-、2:±、3+:、4:++、5:+++	200903	1.2.392.200119.6.2102
118	5G160000002306201	リウマトイド因子(RA)	PQ	NNNN	U/ml	U/mL	ラテックス凝集比濁法		200807	
119	5G160000002311611	リウマトイド因子定性(RA)	CD	N			ラテックス凝集反応定性	1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
120	6Z100000009920311	ヘリコバクターピロリ呼吸ウレアーゼ検査判定	CD	N				1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
121	6Z200000007190111	ヘリコバクターピロリ胃生検迅速ウレアーゼ検査判定	CD	N				1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
122	3H010000002326101	血清ナトリウム	PQ	NNNNN	mEq/L	meq/L	電位差法			
123	3H015000002326101	血清カリウム	PQ	NNN.N	mEq/L	meq/L	電位差法	小数点以下1桁		
124	3H020000002326101	血清クロール	PQ	NNNNN	mEq/L	meq/L	電位差法			
125	3H030000002327101	血清総カルシウム	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	可視吸光光度法(OCPC)	小数点以下1桁		
126	3H040000002327101	血清無機リン	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	1:可視吸光光度法	小数点以下1桁		
127	3H040000002327201	血清無機リン	PQ	NNN.N	mg/dl	mg/dL	2:紫外吸光光度法(UV法)	小数点以下1桁		
128	4A025000002299801	ACTH定量	PQ	NNN.N	pg/ml	pg/ml	精密測定・方法問わず	小数点以下1桁		
129	4A055000002399801	TSH定量	PQ	NN.NN	μIU/ml	u[iU]/mL	精密測定・方法問わず	小数点以下2桁		
130	4B010000002399801	T3定量	PQ	NN.NN	ng/ml	ng/mL	精密測定・方法問わず	小数点以下2桁		
131	4B015000002399801	FT3定量	PQ	NN.NN	pg/ml	pg/ml	精密測定・方法問わず	小数点以下2桁		
132	4B030000002399801	T4定量	PQ	NNNN.N	μg/dl	ug/dL	精密測定・方法問わず	小数点以下1桁	200807	
133	4B035000002399801	FT4定量	PQ	NN.NN	ng/dl	ng/dL	精密測定・方法問わず	小数点以下2桁		
134	5D010000002305101	CEA定量	PQ	NNNN.N	ng/ml	ng/mL	化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA)	小数点以下1桁	200810	
135	5D010000002399801	CEA定量	PQ	NNNN.N	ng/ml	ng/mL	精密測定・方法問わず	小数点以下1桁		

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
136	5D015000002302311	AFP判定	CD	N			RPHA定性	1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
137	5D015000002305101	AFP定量	PQ	NNNN.N	ng/ml	ng/mL	化学・生物発光イムノアッセイ（CLIA）	小数点以下1桁	200810	
138	5D015000002399801	AFP定量	PQ	NNNN.N	ng/ml	ng/mL	精密測定・方法問わず	小数点以下1桁		
139	5D018000002323353	AFP－L3分画	PQ	NNN.N	%	%	アガロースゲル電気泳動	小数点以下1桁	200812	
140	5D100000002305101	CA125定量	PQ	NNNN.N	U/ml	U/mL	化学・生物発光イムノアッセイ（CLIA）	小数点以下1桁	200810	
141	5D100000002399801	CA125定量	PQ	NNNN.N	U/ml	U/mL	精密測定・方法問わず	小数点以下1桁		
142	5D120000002399801	CA15－3定量	PQ	NNNN.N	U/ml	U/mL	精密測定・方法問わず	小数点以下1桁		
143	5D130000002305101	CA19－9定量	PQ	NNNN.N	U/ml	U/mL	化学・生物発光イムノアッセイ（CLIA）	小数点以下1桁	200810	
144	5D130000002399801	CA19－9定量	PQ	NNNN.N	U/ml	U/mL	精密測定・方法問わず	小数点以下1桁		
145	5D305000002305101	PSA（前立腺特異抗原）	PQ	NN.NN	ng/ml	ng/mL	化学・生物発光イムノアッセイ（CLIA）	小数点以下2桁	200810	
146	5D306140602300401	PSA－ACT	PQ	NN.N	ng/ml	ng/mL	ラジオイムノアッセイ（RIA）	小数点以下1桁	200812	
147	5D325000002300601	シフラ	PQ	NN.NN	ng/ml	ng/mL	ラジオイムノアッセイ（RIA）	小数点以下2桁	200810	
148	5D550000002302301	Pro GRP	PQ	NNN.N	pg/ml	pg/ml	エンザイムイムノアッセイ（EIA）	小数点以下1桁	200812	
149	5D550140602300401	Pro GRP	PQ	NNN.N	pg/ml	pg/ml	ラジオイムノアッセイ（RIA）	小数点以下1桁	200812	
150	Z5D01000002305101	サイトケラチン19フラグメント（シフラ）	PQ	NN.N	ng/ml	ng/mL		小数点以下1桁		
151	3D010100001926101	負荷前血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	1:電位差法（ブドウ糖酸化酵素電極法）			
152	3D010100001927201	負荷前血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	3:紫外吸光光度法（ヘキシキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法）			
153	3D010100001999901	負荷前血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	4:その他の手法			
154	3D010100002227101	負荷前血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	2:可視吸光光度法（ブドウ糖酸化酵素法）			
155	3D010106001926101	負荷1時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	1:電位差法（ブドウ糖酸化酵素電極法）			
156	3D010106002227101	負荷1時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	2:可視吸光光度法（ブドウ糖酸化酵素法）			
157	3D010106001927201	負荷1時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	3:紫外吸光光度法（ヘキシキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法）			
158	3D010106001999901	負荷1時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	4:その他の手法			
159	3D010112001926101	負荷2時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	1:電位差法（ブドウ糖酸化酵素電極法）			
160	3D010112002227101	負荷2時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	2:可視吸光光度法（ブドウ糖酸化酵素法）			
161	3D010112001927201	負荷2時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	3:紫外吸光光度法（ヘキシキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法）			
162	3D010112001999901	負荷2時間後血糖値	PQ	NNNNN	mg/dl	mg/dL	4:その他			

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
163	1A020106000191111	負荷1時間後尿糖	CO	N			1:試験紙法(機械読み取り)	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
164	1A020106000190111	負荷1時間後尿糖	CO	N			2:試験紙法(目視法)	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
165	1A020112000191111	負荷2時間後尿糖	CO	N			1:試験紙法(機械読み取り)	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
166	1A020112000190111	負荷2時間後尿糖	CO	N			2:試験紙法(目視法)	1:-、2:±、3:+、4:++、5:+++		1.2.392.200119.6.2102
167	3D055000002320402	グリコアルブミン	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁		
168	3F035000002327101	遊離脂肪酸	PQ	NNNNN	μEq/L	ueq/L	1:可視吸光度法			
169	5E035000002306101	ASO定量	PQ	NNNNN	U/ml	U/mL	1:免疫比濁法(TIA)			
170	5E035000002315305	ASO(希釈倍数)	PQ	NNNNN	倍	{times-dilution}	2:毒素中和反応(希釈倍率)			
171	5E065000000102311	尿中ヘリコバクターピロリ菌抗体判定	CD	N			1:エンザイムイムノアッセイ(EIA)	1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
172	5E065000002302311	血清ヘリコバクターピロリ抗体IgG判定	CD	N			2:エンザイムイムノアッセイ(EIA)	1:陽性、2:陰性		1.2.392.200119.6.2100
173	Z9N060000000000001	標準体重	PQ	NNN.N	Kg	Kg				
174	Z9N911601000000001	%FAT(体脂肪率)	PQ	NN.N	%	%	(独自)	小数点以下1桁	200903	
175	Z9C1100000000000001	予測肺活量	PQ	NNNN	ml	mL	(独自)		200903	
176	9A1501607000000011	ホルター型心電図検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
177	9A1501608000000049	ホルター型心電図検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
178	9A3001607000000011	マスター2段階負荷試験(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
179	9A3001608000000049	マスター2段階負荷試験(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
180	9A3201607000000011	トレッドミル負荷心機能検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
181	9A3201608000000049	トレッドミル負荷心機能検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
182	9A3401607000000011	エルゴメーター負荷心機能検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
183	9A3401608000000049	エルゴメーター負荷心機能検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
184	9A3501607000000011	心肺運動負荷試験(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
185	9A3501608000000049	心肺運動負荷試験(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
186	9C35000000000000001	ピークフロー	PQ	NN.NN	l/秒	L/s			200903	
187	9D100Z100000000011	聴力(右:250Hz)	CD	N			(独自)	1:所見あり、2:所見なし	200903	1.2.392.200119.6.2002
188	9D100Z101000000011	聴力(右:8000Hz)	CD	N			(独自)	1:所見あり、2:所見なし	200903	1.2.392.200119.6.2002
189	9D100Z200000000011	聴力(左:250Hz)	CD	N			(独自)	1:所見あり、2:所見なし	200903	1.2.392.200119.6.2002

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
190	9D100Z20100000011	聴力(左:8000Hz)	CD	N			(独自)	1:所見あり、2:所見なし	200903	1.2.392.200119.6.2002
191	Z9A43Z010Z9725001	脈波伝播速度baPWV	PQ	NNNN.N	m/s	m/s		小数点以下1桁		
192	Z9A43Z010Z9725049	脈波伝播速度baPWV(判定・所見)	ST	256				自由文字列		
193	Z9A43Z010Z97250ZA	脈波伝播速度baPWV血管年齢	ST	256				自由文字列		
194	Z9A43Z012Z97250Z1	脈波伝播速度(心臓足首血管指数CAVI)	PQ	NN.N						
195	Z9A75Z009Z9725002	足関節・上腕血圧比(ABI)	PQ	N.NN						
196	Z9F120000Z9725049	頸動脈エコー所見	ST	256				自由文字列		
197	Z1200160700000011	大腸内視鏡検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
198	Z1200160800000049	大腸内視鏡検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
199	Z1201160700000011	S状結腸内視鏡検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
200	Z1201160800000049	S状結腸内視鏡検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
201	912001607000000011	直腸内視鏡検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
202	912001608000000049	直腸内視鏡検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
203	Z1210160700000011	注腸造影検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
204	Z1210160800000049	注腸造影検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
205	Z1210161100000049	注腸造影検査(撮影年月日)	ST	8						
206	Z1210161200000049	注腸造影検査(フィルム番号)	ST	64						
207	Z1220160700000011	直腸診(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
208	Z1220160800000049	直腸診(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
209	9F1001607000000011	超音波検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし	200812	1.2.392.200119.6.2002
210	9F1001608000000049	超音波検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。	200812	
211	9F1201607000000011	超音波血管検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし	200812	1.2.392.200119.6.2002
212	9F1201608000000049	超音波血管検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。	200812	
213	9F1501607000000011	泌尿器領域超音波検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし	200812	1.2.392.200119.6.2002
214	9F1501608000000049	泌尿器領域超音波検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。	200812	
215	9Z5060000Z9125001	骨塩定量(DPA法)	PQ	NN.NNN	g/cm3	g/cm3		小数点以下3桁以内		
216	9Z5060000Z9125002	骨塩定量(DPA法)対YAM%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
217	9Z5060000Z9125049	骨塩定量(DPA法)	ST	256				自由文字列		
218	9Z5060000Z91250Z2	骨塩定量(DPA法)対同年比%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		
219	9Z5070000Z9225001	骨塩定量(DXA／DEX法)	PQ	NN.NNN	g/cm3	g/cm3				
220	9Z5070000Z9225002	骨塩定量(DXA／DEX法)対YAM%	PQ	NNN.N	%	%				
221	9Z5070000Z9225049	骨塩定量(DXA／DEX法)判定	ST	256				自由文字列		
222	9Z5070000Z92250Z2	骨塩定量(DXA／DEX法)対同年比%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		
223	9Z5110000Z9399101	骨塩定量(MD法)	PQ	NN.NNN	g/cm3	g/cm3				
224	9Z5110000Z9399102	骨塩定量(MD法)対YAM%	PQ	NNN.N	%	%				
225	9Z5110000Z9399149	骨塩定量(MD法)判定	ST	256				自由文字列		
226	9Z5110000Z93991Z2	骨塩定量(MD法)対同年比%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		
227	9Z5120000Z9499101	骨塩定量(CXD法)	PQ	NN.NNN	g/cm3	g/cm3				
228	9Z5120000Z9499102	骨塩定量(CXD法)対YAM%	PQ	NNN.N	%	%				
229	9Z5120000Z9499149	骨塩定量(CXD法)判定	ST	256				自由文字列		
230	9Z5120000Z94991Z2	骨塩定量(CXD法)対同年比%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		
231	9Z5130000Z9599101	骨塩定量(DIP法)	PQ	NN.NNN	g/cm3	g/cm3				
232	9Z5130000Z9599102	骨塩定量(DIP法)対YAM%	PQ	NNN.N	%	%				
233	9Z5130000Z9599149	骨塩定量(DIP法)判定	ST	256				自由文字列		
234	9Z5130000Z95991Z2	骨塩定量(DIP法)対同年比%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		
235	9Z5210000Z9625001	骨塩定量(QCT／pQCT法)	PQ	NN.NNN	g/cm3	g/cm3				
236	9Z5210000Z9625002	骨塩定量(QCT／pQCT法)対YAM%	PQ	NNN.N	%	%				
237	9Z5210000Z9625049	骨塩定量(QCT／pQCT法)判定	ST	256				自由文字列		
238	9Z5210000Z96250Z2	骨塩定量(QCT／pQCT法)対同年比%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		
239	9Z5260000Z9725001	骨塩定量(US法)	PQ	NN.NNN	g/cm3	g/cm3				
240	9Z5260000Z9725002	骨塩定量(US法)対YAM%	PQ	NNN.N	%	%				
241	9Z5260000Z9725049	骨塩定量(US法)判定	ST	256				自由文字列		
242	9Z526000000000049	超音波骨密度検査	ST	256				自由文字列	200810	
243	9Z5260000Z97250Z2	骨塩定量(US法)対同年比%	PQ	NNN.N	%	%		小数点以下1桁以内		

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日：2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
244	Z9N21000000000011	頭部CT検査(判定)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影、4:検査不適		1.2.392.200119.6.2002
245	Z9N21160700000011	頭部CT検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
246	Z9N21160800000049	頭部CT検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
247	Z9N21161100000049	頭部CT検査(撮影年月日)	ST	8						
248	Z9N21161200000049	頭部CT検査(フィルム番号)	ST	64						
249	Z9N22000000000011	頭部MRI検査(判定)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影、4:検査不適		1.2.392.200119.6.2002
250	Z9N22160700000011	頭部MRI検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
251	Z9N22160800000049	頭部MRI検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
252	Z9N22161100000049	頭部MRI検査(撮影年月日)	ST	8						
253	Z9N26000000000011	腹部CT検査(判定)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影、4:検査不適		1.2.392.200119.6.2002
254	Z9N26160700000011	腹部CT検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
255	Z9N26160800000049	腹部CT検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
256	Z9N26161100000049	腹部CT検査(撮影年月日)	ST	8						
257	Z9N26161200000049	腹部CT検査(フィルム番号)	ST	64						
258	Z9N29000000000011	FDG-PET検査(判定)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影、4:検査不適		1.2.392.200119.6.2002
259	Z9N29160700000011	FDG-PET検査(所見の有無)	CD	N				1:所見あり、2:所見なし		1.2.392.200119.6.2002
260	Z9N29160800000049	FDG-PET検査(所見)	ST	256				所見ありの場合に自由文字列で所見を記載。		
261	Z9N29161100000049	FDG-PET検査(撮影年月日)	ST	8						
262	ZG001000000000011	胃部X線検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
263	ZG002000000000011	胃内視鏡検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
264	ZG003000000000011	腹部超音波検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
265	ZG004000000000011	免疫便潜血反応検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
266	ZG005000000000011	直腸検査・診指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
267	ZG006000000000011	乳房検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
268	ZG007000000000011	HBs抗原検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
269	ZG008000000000011	血圧指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
270	ZG009000000000011	脂質検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029

厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード表（任意追加分）

更新日:2010.09.16

No.	XML用項目コード17桁	XML表示名	XMLデータ型	フォーマット情報	表示単位	UCUM単位コード	検査方法	備考	追加	結果コードOID
271	ZG010000000000011	肝機能検査・等指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
272	ZG011000000000011	血糖検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
273	ZG012000000000011	尿酸検査・指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
274	ZG013000000000011	尿一般・腎機能指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
275	ZGG01000000000011	総合所見指導区分	CO	N				数字1桁(分類設定は自由)		1.2.392.200119.6.3029
276	ZGGA1000000000049	指導時注意事項	ST	256				自由文字列		
277	ZN001000000000011	連絡が取れる時間帯	CD	N				1:午前中(9-12時)、2:お昼頃(12-14時)、3:午後(14-17時)、4:夕方(17-19時)、5:夜間(19-20時)		1.2.392.200119.6.3028

当コード表は <http://tokuteikenshin.jp/> に公開されている「厚労省手引き付属資料7にない検査項目のコード一覧（2008.05.12付）」に、一部項目を追加し作成しています。