HLB

HLB생명과학

2024

HUMAN LIFE BETTER

의료기기사업부

HLB

HLB생명과학

HLB생명과학 본사 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층 (영천동, 엠타워지식산업센터)

☎ 02-2627-6700 ✉ hlbls@hlb-ls.com 🌐 www.hlb-ls.com

제 품 문 의 | ☎ 041-554-6182 ✉ hwajin2@hlb-ls.com

천안 1사업장 | 충남 천안시 동남구 성남면 성심원길 20

천안 2사업장 | 충남 천안시 동남구 성남면 세성로 115

안성사업장 | 경기도 안성시 공도읍 기업단지로 122-39

HUMAN
LIFE
BETTER

Contents

인사말 04
연혁 06
인증서 09
품목 소개 10
Syringe with Needle 12
Syringe without Needle 14
Irrigation Syringe 15
Membrane Syringe 16
Cap type Syringe 18
Insulin Syringe 20
Needle 21
Long Needle 22
Cutdown Needle 23
Pen Needle 24
Sterile Gloves 25
Non-Sterile Gloves 27

“
저희 임직원 모두는 인류건강 증진을 위하여 사용되는
의료기기를 생산하고 있다는 사명감과 책임감을 가지고 최고의
제품을 고객 여러분께 공급할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속 드립니다.
”



에이치엘비생명과학㈜ 의료기기사업부는 1993년 설립된 의료기기전문회사로서, 소프젝(Sofjec) 브랜드로 일회용 주사기, 주사침, 필터주사기 등을 생산하고 있습니다. 전 공정을 클린작업장에서 최신 자동화설비로 제조하고 있으며 철저하고 엄격한 공정관리와 품질관리로 보다 안전하고 향상된 제품을 공급하고자 노력해왔습니다. 현재 국내 대형병원, 대학병원과 중소병원, 동물병원 등에 대량 납품하고 미국을 비롯한 해외시장에도 지속적으로 수출하고 있습니다. 또한 품질보증시스템(ISO13485), 우수의료기기제조품질관리기준(KGMP) 등 각종 인증을 취득하였고 제품의 안정성과 유효성을 인정받아 고객을 만족시키는 회사가 되기 위해 전력을 다해 왔습니다.

에이치엘비생명과학 주식회사 대표이사

History

1993 ~ 2000

1993. 5. 1	강원산업 건립
1999.	동아메디칼 인수
2000.	(주)화진양행 개칭 및 신설공장 준공

2001 ~ 2004

2001.	ISO 9001 인증 CE Mark 획득
2002.	노동부 지정 CLEAN 사업장 선정
2003.	유망 중소기업 선정 코리아헤럴드 선정 2003 의료분야 파워 브랜드 대상

2005 ~ 2010

2005. 5.	Sofjec 출원
2005. 12.	식약처 실시 자율점검제 평가 동상 수상
2006. 9.	KGMP 적합인증 경영혁신 기업 선정
2007. 7.	(주)화진메디칼로 상호 개칭
2007. 9.	기술혁신기업선정
2007. 11.	벤처기업 선정
2009. 8.	주사침 제조품목 추가 및 제조설비 가동
2010. 5.	천자침, 제조품목 추가 및 제조설비 가동

2011 ~ 2024

2013. 3.	필터니들 주사기 제조품목 추가
2013. 5.	1cc Luer Lock 제조품목 추가
2013. 10.	E-PURE CELL 제조품목 추가
2013. 12.	의약품주입여과기(멤브레인) 제조품목 추가
2015. 4.	일체형 필터주사기(마이크로) 제조품목 추가
2016. 1.	수액정량주입기 특허증 획득
2017. 4.	수액세트 수입 GMP 획득
2018. 2.	HLB그룹에서 인수
2019. 11.	기업부설연구소 설립
2021. 3.	외과용품(수술용 장갑)수입 GMP 획득
2023. 2.	FDA 510K 인증
2023. 10.	HLB생명과학에서 인수 합병
2023. 11.	사출공정 KGMP 적합인증 (주사기 전공정 제조업체)
	안성사업장 제조 KGMP 적합인증 (주사기 제조 공정 확대)

HUMAN
LIFE
BETTER

인증서



ISO 13485
BN22598/21429



KCL-ADBAE-18863
HLB생명과학 천안사업장
GMP 적합인정서



FDA 인증서 천안사업장



KCL-AABA-18906
HLB생명과학 안성2공장
GMP 적합인정서



KCL-BBAAE-19507
HLB생명과학 TG Medical
GMP 적합인정서

HUMAN
LIFE
BETTER

품목 소개

























Syringe with Needle
⇒ Luer Slip



Syringe volume	Needle size	Units per Inbox	Units per C/T
1cc syringe	24G * 19mm (3/4")	100pcs	3,000pcs
	25G * 16mm (5/8")		
	26G * 13mm (1/2")		
2cc syringe	23G * 25mm (1")	100pcs	2,400pcs
3cc syringe	23G * 25mm (1")	100pcs	2,400pcs
	23G * 19mm (3/4")		
	24G * 19mm (3/4")		
	25G * 25mm (1")		
	25G * 38mm (1 1/2")		
	25G * 16mm (5/8")		
	26G * 13mm (1/2")		
5cc syringe	18G * 38mm (1 1/2")	100pcs	1,800pcs
	19G * 25mm (1")		
	21G * 38mm (1 1/2")		
	21G * 32mm (1 1/4")		
	21G * 25mm (1")		
	22G * 32mm (1 1/4")		
	23G * 25mm (1")		
10cc syringe	18G * 38mm (1 1/2")	100pcs	1,200pcs
	19G * 25mm (1")		
	19G * 38mm (1 1/2")		
	21G * 38mm (1 1/2")		
	21G * 32mm (1 1/4")		
	22G * 32mm (1 1/4")		
	23G * 25mm (1")		
	23G * 38mm (1 1/2")		

Syringe with Needle
⇒ Luer Lock



Syringe volume	Needle size	Units per Inbox	Units per C/T
20cc syringe	18G * 38mm (1 1/2")	50pcs	600pcs
	21G * 38mm (1 1/2")		
	21G * 32mm (1 1/4")		
	22G * 32mm (1 1/4")		
	23G * 25mm (1")		
30cc syringe	18G * 38mm (1 1/2")	50pcs	600pcs
	21G * 38mm (1 1/2")		
	21G * 32mm (1 1/4")		
50cc syringe	18G * 38mm (1 1/2")	25pcs	300pcs
	21G * 38mm (1 1/2")		
	21G * 32mm (1 1/4")		
	23G * 25mm (1")		

사용목적 인체 주사액 주입 시 사용

사용방법

1. 앞쪽의 캡을 열고 주사바늘을 주사액에 꽂아 주사액을 외통내로 흡입한다.
2. 주사기 외통 부분을 2-3회 가볍게 침으로써 주사기 내부의 공기방울을 제거한 후 밀대를 이용하여 주사액의 양을 용량 눈금에 맞춰 조정한다.
3. 주사할 부위를 소독한 후 밀대를 눌러 주사한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다. (재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Syringe without Needle

⇒ Luer Slip / Luer Lock



Syringe volume	Needle size	Units per Inbox	Units per C/T
1cc syringe	Without Needle	100pcs	3,000pcs
3cc syringe	Without Needle	100pcs	2,400pcs
5cc syringe	Without Needle	100pcs	1,800pcs
10cc syringe	Without Needle	100pcs	1,200pcs
20cc syringe	Without Needle	50pcs	600pcs
30cc syringe	Without Needle	50pcs	600pcs
50cc syringe	Without Needle	25pcs	300pcs

사용목적 인체 주사액 주입 시 사용

사용방법

1. 앞쪽의 캡을 열고 주사바늘을 주사액에 꽂아 주사액을 외통내로 흡입한다.
2. 주사기 외통 부분을 2-3회 가볍게 침으로써 주사기 내부의 공기방울을 제거한 후 밀대를 이용하여 주사액의 양을 용량 눈금에 맞춰 조정한다.
3. 주사할 부위를 소독한 후 밀대를 눌러 주사한다.

※ 무침 주사기는 준비된 주사침을 주사기와 결합하여 사용한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Irrigation Syringe



Syringe volume	Needle size	Units per Inbox	Units per C/T
60cc syringe	Without Needle	25pcs	300pcs

사용목적 환자의 체강이나 상처에 약액을 주입하고 뽑아내는 데에 사용

사용방법

1. 제품의 포장을 개봉한 후 구성부품의 위치가 올바른지 확인한다.
2. 세정액을 외통 내로 흡입한다.
3. 주사기 외통 내부의 공기방울을 제거한 후 밀대를 이용하여 세정액의 양을 용량 눈금에 맞춰 조정한다.
4. 세정액을 주입한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Membrane Filter Syringe
⇒ 18G*38mm



Syringe volume	Needle size	Units per Inbox	Units per C/T
1cc Filter syringe	18G * 38mm (1 1/2")	100pcs	3,000pcs
3cc Filter syringe	18G * 38mm (1 1/2")	100pcs	2,400pcs
5cc Filter syringe	18G * 38mm (1 1/2")	100pcs	1,800pcs
10cc Filter syringe	18G * 38mm (1 1/2")	100pcs	1,200pcs
20cc Filter syringe	18G * 38mm (1 1/2")	50pcs	600pcs
30cc Filter syringe	18G * 38mm (1 1/2")	50pcs	600pcs
50cc Filter syringe	18G * 38mm (1 1/2")	25pcs	300pcs

사용목적 혼합 액상의 약물 등을 주입할 때 오염 물질을 걸러내는 기구

사용방법

1. 제품을 개봉한 후 보호덮개를 조심스럽게 제거하여 약물을 흡인한다.
2. 사용된 의약품주입여과기는 조심스럽게 제거한다.
3. 다른 멸균주사침과 결합하여 약물을 주입할 곳에 삽입하여 주입한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Membrane Filter Syringe
⇒ P-TYPE



Syringe volume	Needle size	Units per Inbox	Units per C/T
1cc Filter syringe	P-TYPE	100pcs	3,000pcs
3cc Filter syringe	P-TYPE	100pcs	2,400pcs
5cc Filter syringe	P-TYPE	100pcs	1,800pcs
10cc Filter syringe	P-TYPE	100pcs	1,200pcs
20cc Filter syringe	P-TYPE	50pcs	600pcs
30cc Filter syringe	P-TYPE	50pcs	600pcs
50cc Filter syringe	P-TYPE	25pcs	300pcs

사용목적 혼합 액상의 약물 등을 주입할 때 오염 물질을 걸러내는 기구

특 징 바늘 침이 아닌 플라스틱 바늘로 되어있음

사용방법

1. 제품을 개봉한 후 보호덮개를 조심스럽게 제거하여 약물을 흡인한다.
2. 사용된 의약품주입여과기는 조심스럽게 제거한다.
3. 다른 멸균주사침과 결합하여 약물을 주입할 곳에 삽입하여 주입한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

CAP TYPE Syringe



Syringe volume	Color	Units per Inbox	Units per C/T
1cc syringe (S/T)	PINK	100pcs	3,000pcs
	BLUE		
3cc syringe (S/T)	GREEN	100pcs	2,400pcs
	YELLOW		
	PINK		
	BLUE		
3cc syringe (L/T)	GREEN	100pcs	2,400pcs
	YELLOW		
	PINK		
	BLUE		
5cc syringe (S/T)	GREEN	100pcs	1,800pcs
	YELLOW		
	PINK		
	BLUE		
5cc syringe (L/T)	GREEN	100pcs	1,800pcs
	YELLOW		
	PINK		
	BLUE		
10cc syringe (S/T)	GREEN	100pcs	1,200pcs
	YELLOW		
	PINK		
	BLUE		
10cc syringe (L/T)	GREEN	100pcs	1,200pcs
	YELLOW		
	PINK		
	BLUE		

사용목적 인체 주사액 주입 시 사용

특 징 컬러 밀대로 구성되어 약물 구분이 용이함

사용방법

1. 앞쪽의 캡을 열고 주사바늘을 주사액에 꽂아 주사액을 외통내로 흡입한다.
2. 주사기 외통 부분을 2-3회 가볍게 침으로써 주사기 내부의 공기방울을 제거한 후 밀대를 이용하여 주사액의 양을 용량 눈금에 맞춰 조정한다.
3. 주사할 부위를 소독한 후 밀대를 눌러 주사한다.

※ 동봉된 주사기 팁 캡은 주사침과 결합하기 전에 주사기 외통의 약액 주입부를 보호하기 위해 사용한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Syringe Tip Cap



Syringe Tip Cap	Color	Units per Inbox	Units per C/T
	Green	100pcs	5,000pcs

Insulin Syringe



Syringe volume	Needle size	Units per Inbox	Units per C/T
0.3cc	29G * 12.7mm	100pcs	3,000pcs
	30G * 8mm		
	30G * 12.7mm		
	31G * 6mm		
	31G * 8mm		
0.5cc	29G * 12.7mm	100pcs	3,000pcs
	30G * 8mm		
	30G * 12.7mm		
	31G * 6mm		
	31G * 8mm		
1cc	29G * 12.7mm	100pcs	3,000pcs
	30G * 8mm		
	30G * 12.7mm		
	31G * 6mm		
	31G * 8mm		

사용목적 당뇨병 치료를 목적으로 피하에 인슐린을 주입하는데 사용되는 침과 일체형으로 결합된 일회용 멸균주사기

사용방법

1. 제품의 포장을 개봉한 후 뒤쪽의 캡을 열어 밀대가 보이도록 한다.
2. 앞쪽의 캡을 열고 주사바늘을 주사액에 꽂아 주사액을 외통내로 흡입한다.
3. 주사기 외통 부분을 2~3회 가볍게 침으로써 주사기 내부의 공기방울을 제거한 후 밀대를 이용하여 주사액의 양을 용량 눈금에 맞춰 조정한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Needle



Size		Packing unit	
Gauge	length	Units per Inbox	Unit per C/T
17G	38mm	100pcs	5,000pcs
18G	25mm/38mm	100pcs	5,000pcs
19G	25mm/38mm	100pcs	5,000pcs
20G	25mm/38mm	100pcs	5,000pcs
21G	25mm/32mm/38mm	100pcs	5,000pcs
22G	32mm	100pcs	5,000pcs
23G	19mm/25mm/32mm/38mm	100pcs	5,000pcs
24G	19mm	100pcs	5,000pcs
25G	38mm	100pcs	5,000pcs
26G	13mm/38mm	100pcs	5,000pcs
27G	13mm	100pcs	5,000pcs
30G	13mm	100pcs	5,000pcs

사용목적 체내에 의약품을 주입하거나 체액을 흡인하는 데에 사용하는 일회용 멸균 주사침


사용방법

1. 제품 개봉 후 침(Needle)을 외통 끝에 끼운다.
2. 보호덮개를 제거한 후 약물을 흡입한다.
3. 약물을 주입할 곳에 바늘 끝의 사면을 위쪽으로 향하게 한 다음 삽입하여 주입한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Long Needle



Size		Packing unit	
Gauge	length	Units per Inbox	Unit per C/T
18G	90mm	100pcs	3,000pcs
22G	90mm	100pcs	3,000pcs
23G	60mm	100pcs	3,000pcs
	90mm		
24G	60mm	100pcs	3,000pcs
25G	50mm	100pcs	3,000pcs
	70mm		
26G	50mm	100pcs	3,000pcs
	60mm		
	90mm		

사용목적 체내에 의약품을 주입하거나 체액을 흡인하는 데에 사용하는 일회용 멸균 주사침

사용방법

1. 제품 개봉 후 침(Needle)을 외통 끝에 끼운다.
2. 보호덮개를 제거한 후 약물을 흡입한다.
3. 약물을 주입할 곳에 바늘 끝의 사면을 위쪽으로 향하게 한 다음 삽입하여 주입한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Cutdown Needle



Size		Packing unit	
Gauge	length	Units per Inbox	Unit per C/T
17G	38mm (1 1/2")	100pcs	5,000pcs
18G	38mm (1 1/2")	100pcs	5,000pcs
19G	38mm (1 1/2")	100pcs	5,000pcs
20G	38mm (1 1/2")	100pcs	5,000pcs
21G	38mm (1 1/2")	100pcs	5,000pcs
22G	38mm (1 1/2")	100pcs	5,000pcs
23G	38mm (1 1/2")	100pcs	5,000pcs

사용목적 수술 부위, 창상 등을 세정하는 수동식 기구

사용방법

1. 포장상태와 내용물을 점검한 후 침(Needle)을 꺼낸다.
2. 사용하려는 제품과 결합하여 사용한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Pen Needle



Size		Packing unit	
Gauge	length	Units per Inbox	Unit per C/T
29G	12.7mm	100pcs	7,200pcs
30G	8mm	100pcs	7,200pcs
31G	5mm	100pcs	7,200pcs
	8mm		
32G	4mm	100pcs	7,200pcs

사용목적 인체에 의약품 등을 주입하거나 체액을 흡인하는 데에 사용

사용방법

1. 멸균지 제거 후 펜 타입의 주사기에 멸균 캡과 함께 주사침을 똑바로 체결하고 오른쪽으로 돌려 조립한다.
2. 멸균캡과 바늘캡을 수직으로 제거하고 펜 타입의 주사기 밀대를 약하게 눌러 주사침의 막힘 여부를 확인하고 사용한다.
3. 펜 타입 인슐린 주사기를 정향(UNIT) 조절한다.
4. 정해진 주사부위의 피하 및 근육에 90도로 주사한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Sterile Gloves(Surgical)





Size	Width(mm)	Length(mm)	Units per Inbox	Units per C/T
6	77±5	Min.260	50pair	400pair
6.5	83±5	Min.260	50pair	400pair
7	89±5	Min.270	50pair	400pair
7.5	95±5	Min.270	50pair	400pair
8	102±6	Min.270	50pair	400pair
8.5	108±6	Min.280	50pair	400pair

사용목적 수술시 환자 및 사용자를 교차감염으로부터 보호하기 위해 사용하는 일회용 장갑

사용방법

1. 포장의 파손상태 및 유효기간의 경과여부를 확인한다.
2. 사용 전 양손에 맞는 규격을 선택한다.
3. 제품의 포장을 뜯고, 수술용 장갑을 왼손, 오른손으로 구분하여 소매 끝 입구로 손을 넣어 착용한 후 사용한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 3년

Sterile Gloves(Examination)





Size	Width(mm)	Length(mm)	Units per Inbox	Units per C/T
XS	76±3	Min.240	50pair	400pair
S	84±3	Min.240	50pair	400pair
M	94±3	Min.240	50pair	400pair
L	105±3	Min.240	50pair	400pair

사용목적 진료시 환자 및 사용자를 교차감염으로부터 보호하기 위해 사용하는 일회용 장갑

사용방법

1. 보관중인 장갑의 청결상태와 유효기간을 확인한다.
2. 사용 전에 멸균포장 상태를 확인한다.
3. 박스를 개봉하여 종이파우치에서 멸균포장된 장갑을 꺼낸 후 소매 끝 입구로 손을 넣어 착용한 후 사용한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 5년

Non-Sterile Gloves(Latex)





Size	Width(mm)	Length(mm)	Units per Inbox	Units per C/T
XS	76±3	Min.240	100EA	1,000EA
S	84±3	Min.240	100EA	1,000EA
M	94±3	Min.240	100EA	1,000EA
L	105±3	Min.240	100EA	1,000EA

사용목적 진료 시 환자 및 사용자를 교차감염으로부터 보호하기 위해 사용하는 일회용 장갑

사용방법

1. 사용자에게 맞는 규격을 선택한다.
2. 진료용장갑의 포장을 제거한다.
3. 소매 끝 입구로 손을 넣어 착용한 후 사용한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 5년

Non-Sterile Gloves(Nitrile)



Size	Width(mm)	Length(mm)	Units per Inbox	Units per C/T
XS	76±3	Min.240	100EA	1,000EA
S	84±3	Min.240	100EA	1,000EA
M	94±3	Min.240	100EA	1,000EA
L	105±3	Min.240	100EA	1,000EA

사용목적 진료 시 환자 및 사용자를 교차감염으로부터 보호하기 위해 사용하는 일회용 장갑

사용방법

1. 사용자에게 맞는 규격을 선택한다.
2. 진료용장갑의 포장을 제거한다.
3. 소매 끝 입구로 손을 넣어 착용한 후 사용한다.

※ 본 제품은 일회용이므로 1회 사용하고 폐기한다.(재사용 금지)

유효기간 제조일로부터 5년

HUMAN
LIFE
BETTER



우리는
고객의
신뢰를
생산합니다.