



0152GBO, couveuse, sèche (active)
73 journées, plaque 200 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 8,1 % $\leq$ 19,9	LDC 4,5 % $\leq$ 19,2	FFT 10,1 % $\leq$ 16,1	Énergie +0,2 % $\leq$ 14,8	Pointe −4,5 % $\leq$ 12,6
Fact. de charge 3,4 % $\leq$ 10,0	CORR_h 3,0 % $\leq$ 5,0	TVD_h 2,3 % $\leq$ 10,0	EXT_prof 12,7 % $\leq$ 28,3	Heure des pics 2,5 h $>$ 1,0
Forme 1 h 1,1 $\sigma \leq$ 2,6	Forme 2 h 1,0 $\sigma \leq$ 2,5	Pire écart 1 h 13,3 % $\leq$ 33,1	Verdict rejetée	Pointe jour. P95 188 / 221 W



Courbe classée, LDC 4,5 %



Harmoniques, FFT 10,1 %

