

中国石油吐哈油田公司流量仪表检定站  
PETROCHINA TUHA OILFIELD COMPANY FLOWMETER CALIBRATION STATION

检定结果通知书

Notice of Verification Results

通知书编号: LS 字第 rz12345 号  
Certificate No. 6

送检单位: 销售事业部(外运站)  
Applicant  
计量器具名称: 质量流量计  
Name of Instrument  
型号/规格: R200S  
Type/Specification  
出厂编号: 14109910  
Serial No.  
制造单位: 艾默生  
Manufacturer  
检定依据: JJG\_259-2005标准金属量器检定规程  
Verification Regulation

(检定专用章)  
Stamp

批准人  
Approved by  
核验员  
Checked by  
检定员  
Verified by

检定日期 2016 年 12 月 28 日  
Date of Verification Year Month Day

计量检定机构授权证书号: 新计授(2013)006  
Authorization Certificate No.  
地址: 新疆鄯善火车站吐哈油田基地大院  
Address  
传真: 0995-8374913  
Fax

电话: 0995-8371099  
Telephone  
邮编: 838202  
Post Code  
电子邮件: 578067801@qq.com  
Email

### （一）检定结果

1. 外观检查：\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_
2. 密封性检查：\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_
3. 排气与排液能力的检验：\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_
4. 材质与壁厚的检验：\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_mm刻度处20℃时容积：  $V_{20} =$  \_\_\_\_\_L
6. 计量颈容积：\_\_\_\_\_mL/mm
7. 若使用不在20℃时, 可以用下式换算：

$$V_t = V_{20}[1 + \beta(t - 20)]$$

式内  $\beta$  :标准金属量器体胀系数 $50 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

### （二）检定条件

检定介质：	清水
环境温度：	20.0℃
环境湿度：	30.0%RH
其它条件：	/

### （三）不符合项

测试数据

备注：

测试

### （四）本次检定所使用计量标准装置

标准名称：	一等金属量器标准装置
测量范围：	(1~2000) L
最大允许误差：	一等