

中国石油吐哈油田公司流量仪表检定站
PETROCHINA TUHA OILFIELD COMPANY FLOWMETER CALIBRATION STATION

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FF 字第 156339 号
Certificate No.

送 检 单 位: 鄯善采油厂 (电气自动化)
Applicant
计 量 器 具 名 称: _____
Name of Instrument
型 号 / 规 格: _____
Type/Specification
出 厂 编 号: _____
Serial No.
制 造 单 位: 浙江迪元
Manufacturer
检 定 依 据: 液体 (气体) 流量计检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论: 合格
Conclusion

(检定专用章)
Stamp

批 准 人 _____
Approved by
核 验 员 _____
Checked by
检 定 员 _____
Verified by

检 定 日 期 2016 年 6 月 20 日
Date of Year Month Day
Verifcation
有 效 期 至 2017 年 6 月 21 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: 新计授 (2013) 006

Authorization Certificate No.

地 址: 新疆鄯善火车站吐哈油田基地大院

Address

传 真: 0995—8374913

Fax

电话: 0995—8371099

Telephone

邮编: 838202

Post Code

电子邮件: 578067801@qq.com

Email

(一) 检定结果

流量范围： %

基本误差： -0.49 %

重 复 性： 0.20 %

(二) 检定条件

介质种类：		环境温度：	20.8℃
介质压力：	kPa	环境湿度：	%RH
介质温度：	℃	大气压力：	101.30kPa
检定地点：	现场检定	检定方式：	

备注：

test

(三) 本次检定所使用计量标准装置

标准名称：	
测量范围：	0-800m ³ /h
准确度等级：	0.5 级