

中国石油吐哈油田公司流量仪表检定站  
PETROCHINA TUHA OILFIELD COMPANY FLOWMETER CALIBRATION STATION

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FP 字第 123456 号  
Certificate No.

送检单位: 吐鲁番采油厂(红连工区)  
Applicant  
计量器具名称: 压力变送器  
Name of Instrument  
型号/规格: LUZ-25  
Type/Specification  
出厂编号: 4066302  
Serial No.  
制造单位: 乐清市可尔达  
Manufacturer  
检定依据: JJG 882-2004 压力变送器检定规程  
Verification Regulation  
检定结论: 测试结果测试下  
Conclusion

(检定专用章)  
Stamp  
批准人  
Approved by  
核验员  
Checked by  
检定员  
Verified by

检定日期 2016 年 12 月 30 日  
Date of Verification Year Month Day  
有效期至 2017 年 5 月 29 日  
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: 新计授(2013)006  
Authorization Certificate No.

地址: 新疆鄯善火车站吐哈油田基地大院  
Address

传真: 0995-8374913  
Fax

电话: 0995-8371099  
Telephone

邮编: 838202  
Post Code

电子邮件: 578067801@qq.com  
Email

**(一)、检定结果**

- 1、外 观 检 查： 合格
- 2、密封性检查： 合格
- 3、测 量 范 围： (KPa) kPa
- 4、最大基本误差： 0. 2mA
- 5、最大回程误差： 0. 3mA

**(二)、检定条件**

环境温度：	23. 0℃
环境湿度：	500. 0%RH
检定地点：	实验室
其它条件：	/

**备注：**

**所使用计量标准装置**

标准名称：	压力变送器检定装置
测量范围：	(－0. 1～60) Mpa
准确度等级：	0. 05级