

中国石油吐哈油田公司流量仪表检定站
PETROCHINA TUHA OILFIELD COMPANY FLOWMETER CALIBRATION STATION

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FF 字第 123456 号
Certificate No.

送检单位: 吐鲁番采油厂(红连工区)
Applicant
计量器具名称: 冷水水表
Name of Instrument
型号/规格: LUZ-25
Type/Specification
出厂编号: 4066304
Serial No.
制造单位: 乐清市可尔达
Manufacturer
检定依据: JJG162-2009冷水水表检定规程
Verification Regulation
检定结论: 合格, 测试使用, 检定方式: 就地
Conclusion

(检定专用章) Stamp
批准人 Approved by
核验员 Checked by
检定员 Verified by

检定日期 2016 年 12 月 30 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2017 年 3 月 29 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: 新计授(2013)006
Authorization Certificate No.

地址: 新疆鄯善火车站吐哈油田基地大院
Address

传真: 0995-8374913
Fax

电话: 0995-8371099
Telephone

邮编: 838202
Post Code

电子邮件: 578067801@qq.com
Email

(一)、检定结果

- 1、外观检查：_____
- 2、密封性检查：_____
- 3、排气与排液能力的检验：_____
- 4、材质与壁厚的检验：_____
- 5、_____mm刻度处20℃时容积：V₂₀ = _____ L
- 6、计量颈容积：_____ mL/mm
- 7、若使用不在20℃时, 可以用下式换算：

$$V_t = V_{20}[1 + \beta (t - 20)]$$

式内 β :标准金属量器体胀系数

(二)、检定条件

检定介质：	清水
环境温度：	25. 0℃
环境湿度：	800. 0%RH
其它条件：	/

备注：

本次检定所使用计量标准装置

标准名称：	标准表法水流量标准装置
测量范围：	(0~800) m ³ /h
准确度等级：	0. 2级