

8. 为什么第一版不建议直接做气体 DIAL

这不是说 DIAL 不强，而是说它不适合作为小白第一步。

原因很现实：

1. 两个波长都要稳定，而且必须稳定在目标吸收线附近。
2. 激光线宽、波长漂移、温压修正都很敏感。
3. 硬件、校准、法规和安全难度都更高。
4. 软件链路更复杂，调试周期更长。

如果你的实际业务是工地扬尘监管、道路保洁联动、料场抑尘，那最优先的路线不是“上来就做最难的”，而是：

1. 先把颗粒物和粉尘空间监测跑通。
 2. 先把闭环控制跑通。
 3. 等团队掌握了扫描、反演、标定和 UI，再考虑是否追加单一气体功能。
-