



**CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH
ĐO LƯỜNG SAO VIỆT**

ĐC: 4/15A Đường số 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
MST: 0314934064
Email: kiemdinhsaoviet@gmail.com - ĐT: 0979 129 768 / 0932 684 769

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—00000—

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (No): 0426 /ĐLKĐ/23

Tên đối tượng : **ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT**
Object Pressure gauge
Nơi sản xuất : **KKGAUGES**
Manufacturer
Kiểu : Lò xo Năm/ Year : N/A
Type Elastic Sensing Elements
Số quản lý : 06844 Số chế tạo : N/A
Control No Serial No
Đặc trưng kỹ thuật đo lường : + Phạm vi đo : (0 ÷ 15) kg/cm² ~ (0 ÷ 1,47) MPa
Specification Measuring range
+ Giá trị độ chia (d) : 0,5 kg/cm² ~ 0,049 MPa
Division
+ Cấp chính xác : 2,5
Accuracy class
Nơi sử dụng : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI**
Place Thừa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tờ 2, Khu phố Phước Hải, Phường
Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người/ Đơn vị sử dụng : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI**
User Thừa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tờ 2, Khu phố Phước Hải, Phường
Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phương pháp thực hiện : ĐLVN 08 : 2011 “Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định”
Method of Verification Pressure gauge with elastic sensing elements - Methods and means of verification
Kết luận : Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường
Conclusion Complying with the metrological requirements
Tem kiểm định số : 22A - 06844
Verification stamp No
Thời hạn đến (Nếu có) : 31/7/2024*
Valid until

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Date of issue

Kiểm định viên
(Verified by)

Nguyễn Hùng Thiệu

GIÁM ĐỐC
(Director)



TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.
(With respectfulness of rules of use and maintenance)



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH
ĐO LƯỜNG SAO VIỆT

ĐC: 4/15A Đường số 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
MST: 0314934064
Email: kiemdinhsaoviet@gmail.com - ĐT: 0979 129 768 / 0932 684 769

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—00000—

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (No): 0425 /ĐLKĐ/23

Tên đối tượng : ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT
Object : Pressure gauge
Nơi sản xuất : KKGAUGES
Manufacturer :
Kiểu : Lò xo Năm/ Year : N/A
Type : Elastic Sensing Elements
Số quản lý : 06843 Số chế tạo : N/A
Control No : Serial No
Đặc trưng kỹ thuật đo lường : + Phạm vi đo : (0 ÷ 15) kg/cm² ~ (0 ÷ 1,47) MPa
Specification : Measuring range
+ Giá trị độ chia (d) : 0,5 kg/cm² ~ 0,049 MPa
Division
+ Cấp chính xác : 2,5
Accuracy class
Nơi sử dụng : CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI
Place : Thừa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường
Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người/ Đơn vị sử dụng : CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI
User : Thừa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường
Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phương pháp thực hiện : ĐLVN 08 : 2011 “Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định”
Method of Verification : Pressure gauge with elastic sensing elements - Methods and means of verification”
Kết luận : Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường
Conclusion : Complying with the metrological requirements
Tem kiểm định số : 22A - 06843
Verification stamp No :
Thời hạn đến (Nếu có) : 31/7/2024*
Valid until :

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Date of issue

GIÁM ĐỐC

(Director)

Kiểm định viên
(Verified by)

Nguyễn Hùng Thiệu



TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.
(With respectfulness of rules of use and maintenance)



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH
ĐO LƯỜNG SAO VIỆT

ĐC: 4/15A Đường số 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
MST: 0314934064
Email: kiemdinhsaoviet@gmail.com - ĐT: 0979 129 768 / 0932 684 769

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—00000—

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (No): 0430 /ĐLKĐ/23

Tên đối tượng : ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT
Object : Pressure gauge
Nơi sản xuất : HXC - TAIWAN
Manufacturer :
Kiểu : Lò xo Năm/ Year : N/A
Type : Elastic Sensing Elements
Số quản lý : 06856 Số chế tạo : N/A
Control No : Serial No
Đặc trưng kỹ thuật đo lường : + Phạm vi đo : (0 ÷ 5) kg/cm² ~ (0 ÷ 0,49) MPa
Specification : Measuring range
+ Giá trị độ chia (d) : 0,1 kg/cm² ~ 0,0098 MPa
Division
+ Cấp chính xác : 2,5
Accuracy class

Nơi sử dụng : CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI
Place : Thừa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Người/ Đơn vị sử dụng : CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI
User : Thừa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Phương pháp thực hiện : ĐLVN 08 : 2011 “Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định”
Method of Verification : Pressure gauge with elastic sensing elements - Methods and means of verification”

Kết luận : Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường
Conclusion : Complying with the metrological requirements

Tem kiểm định số : 22A - 06856
Verification stamp No :
Thời hạn đến (Nếu có) : 31/7/2024*
Valid until :

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Date of issue

GIÁM ĐỐC

(Director)

Kiểm định viên
(Verified by)

Nguyễn Hùng Thiệu



TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.
(With respectfulness of rules of use and maintenance)



**CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH
ĐO LƯỜNG SAO VIỆT**

ĐC: 4/15A Đường số 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
MST: 0314934064
Email: kiemdinhsaoviet@gmail.com - ĐT: 0979 129 768 / 0932 684 769

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—0000—

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (No): 0431 /ĐLKĐ/23

Tên đối tượng

: ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT

Object

Pressure gauge

Nơi sản xuất

: HXC - TAIWAN

Manufacturer

Kiểu

: Lò xo

Năm/ Year : N/A

Type

Elastic Sensing Elements

Số quản lý :

06857

Số chế tạo : N/A

Control No

Serial No

Đặc trưng kỹ thuật đo lường : + Phạm vi đo

: (0 ÷ 5) kg/cm² ~ (0 ÷ 0,49) MPa

Specification

Measuring range

+ Giá trị độ chia (d) : 0,1 kg/cm² ~ 0,0098 MPa

Division

+ Cấp chính xác : 2,5

Accuracy class

Nơi sử dụng

: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI

Place

**Thửa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường
Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam**

Người/ Đơn vị sử dụng :

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI

User

**Thửa đất số 285, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường
Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam**

Phương pháp thực hiện :

ĐLVN 08 : 2011 “Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định”

Method of Verification

Pressure gauge with elastic sensing elements - Methods and means of verification”

Kết luận

: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

Conclusion

Complying with the metrological requirements

Tem kiểm định số

: 22A - 06857

Verification stamp No

Thời hạn đến (Nếu có) : 31/7/2024*

Valid until

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Date of issue

GIÁM ĐỐC

(Director)

Kiểm định viên

(Verified by)

Nguyễn Hùng Thiệu



TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

(With respectfulness of rules of use and maintenance)