

PHIẾU GHI KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN NỘI BỘ

Số: 0424521

Tên thiết bị cần hiệu chuẩn: Cân nguyên
liệu.

Mã Số: Cân 521

Số Serial:

Hãng sản xuất : Shimadzu

Bộ phận kiểm định: S/N: GL2

Tem hiệu chuẩn số: 0424523

Tên máy: S2.1

Phương pháp hiệu chuẩn: -

STT	THIẾT BỊ CHUẨN	SỐ HIỆU	GIÁ TRỊ CHUẨN	GIÁ TRỊ ĐỌC TRÊN THIẾT BỊ ĐO (g)	SAI SỐ	KẾT LUẬN
	Bộ quả cân 1mg-500g	109706	500 200	197	3	Đạt
			500	498	3	
			700	696	4	
			900	896	4	
			1000	995	5	

Ngày 18... tháng 04... năm 2024

PHÊ DUYỆT

NGƯỜI HIỆU CHUẨN

Phước
Nguyễn Thanh Phước

PHIẾU GHI KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN NỘI BỘ

Số: 02424523

Tên thiết bị cần hiệu chuẩn: Cân nguyên
liều.

Mã Số: Cân S23

Số Serial:

Hãng sản xuất : Shimadzu

Bộ phận kiểm định: Bn GL2

Tem hiệu chuẩn số: 024523

Tên máy: S2.3

Phương pháp hiệu chuẩn: -

STT	THIẾT BỊ CHUẨN	SỐ HIỆU	GIÁ TRỊ CHUẨN (g)	GIÁ TRỊ ĐỌC TRÊN THIẾT BỊ ĐO (g)	SAI SỐ	KẾT LUẬN
	Bộ quả cân 1mg-500g	109706	200	198	2	Đạt
			500	498	3	
			700	698	3	
			900	896	4	
			1000	998	3	

Ngày 18... tháng ...4... năm 2024

PHÊ DUYỆT

NGƯỜI HIỆU CHUẨN

Phuoc
Ngô Thành Phước