QUY ĐỊNH THỰC HÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM

I. QUY ĐỊNH RA VÀO PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Chỉ người có trách nhiệm được phép ra vào phòng thí nghiệm;
2. Nhân viên khoa phòng khác liên hệ công tác, khách liên hệ công tác, tham quan, thực tập: phải được sự cho phép của người có trách nhiệm mới được vào phòng, và phải tuân thủ các trang bị bảo hộ, không được tự ý sử dụng thiết bị hay làm thí nghiệm;
3. Trẻ em không được phép ra vào khu vực làm việc của phòng thí nghiệm;
4. Tất cả người khi ra vào phòng thí nghiệm đều phải thực hiện ghi chép Nhật ký ra vào phòng thí nghiệm ở cửa ra vào.

II. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN

1. Sử dụng quần, áo bảo hộ dài tay khi làm việc trong phòng thí nghiệm, quần áo bảo hộ sử dụng trong phòng thí nghiệm phải được để riêng biệt, không mặc quần áo bảo hộ sử dụng trong phòng thí nghiệm ra ngoài khu vực phòng thí nghiệm;
2. Đeo kính bảo hộ, mặt nạ hoặc các thiết bị bảo hộ khác để tránh bị phơi nhiễm với các chất lây nhiễm, hóa chất;
3. Sử dụng găng tay phù hợp trong quá trình làm việc có khả năng tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, các chất lây nhiễm cho người; găng tay phải được đeo trùm ra ngoài áo bảo hộ;
4. Thay găng tay khi bị nhiễm bẩn, bị rách hoặc trong trường hợp cần thiết; tháo bỏ găng tay sau khi thực hiện thí nghiệm và trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm; không dùng lại găng tay đã sử dụng; không sử dụng găng tay đang hoặc đã sử dụng trong phòng thí nghiệm khi đóng, mở cửa;
5. Rửa tay sau khi thao tác với vật liệu và bề mặt bị nhiễm trùng và trước khi ra khỏi khu vực làm việc của phòng thí nghiệm;
6. Không sử dụng giày gót nhọn trong phòng thí nghiệm.

III. QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ

1. Cửa phòng thí nghiệm phải luôn đóng khi thực hiện thí nghiệm;
2. Các thiết bị phòng thí nghiệm phải có đủ thông tin và được ghi nhãn, quản lý, sử dụng, kiểm định và hiệu chuẩn;
3. Khi lắp đặt và vận hành, các thiết bị phải bảo đảm các yêu cầu và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất;
4. Phải ghi chép thông tin sử dụng vào sổ theo dõi thiết bị sau khi sử dụng;
5. Không sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm vào mục đích khác;
6. Tắt đèn, thiết bị và kiểm tra khóa vòi nước trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

IV. QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Rửa tay theo quy trình thường quy hoặc sát khuẩn nhanh trước và sau khi thực hiện kỹ thuật, sau khi tháo bỏ găng tay, trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm;
2. Tuân thủ các quy trình kỹ thuật bảo đảm các thao tác được thực hiện theo cách làm giảm tối đa việc tạo các giọt bắn hoặc khí dung;
3. Đóng gói mẫu sinh phẩm để vận chuyển ra khỏi cơ sở theo Quy trình vận chuyển và bảo quản mẫu sinh phẩm;
4. Không dùng bơm, kim tiêm để thay thế pipet hoặc vào bất kỳ mục đích khác ngoài tiêm, truyền hay hút dịch từ động vật thí nghiệm;
5. Không ăn uống, hút thuốc, cạo râu, trang điểm trong phòng thí nghiệm; không mang đồ dùng cá nhân, thực phẩm vào phòng thí nghiệm; không đeo hay tháo kính áp tròng;
6. Các thao tác trong quy trình kỹ thuật có nguy cơ tạo giọt bắn và khí dung phải được thực hiện trong tủ an toàn sinh học trừ trường hợp thực hiện kỹ thuật bằng các thiết bị chuyên dụng hoặc sử dụng thêm các biện pháp bảo vệ khác.

V. QUY ĐỊNH VỀ KHỬ NHIỄM, XỬ LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ AN TOÀN SINH HỌC

1. Tuân thủ quy trình xử lý chất thải y tế: phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, khử trùng hoặc tiệt trùng chất thải sử dụng trong quá trình xét nghiệm trước khi đưa vào hệ thống thu gom chất thải hoặc nơi lưu giữ tạm thời;
2. Tuân thủ quy trình khử nhiễm: khử trùng bề mặt khu vực làm việc sau khi kết thúc thực hiện thí nghiệm hoặc khi tràn đổ mẫu sinh phẩm có chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
3. Tất cả thiết bị, dụng cụ phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trước khi bảo trì, sửa chữa hoặc vận chuyển ra khỏi phòng thí nghiệm;
4. Tuân thủ quy trình xử lý sự cố và thực hiện báo cáo tất cả các sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ……

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM	TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Hải An	**Phạm Thị Kim Trâm**