Quy trình kỹ thuật số 03

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ KIỂM TRA TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

Mã số: QTKT-PYD-03
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/ sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn sử dụng và kiểm tra tủ an toàn sinh học cấp II trong phòng thí nghiệm / phòng xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm có làm việc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, mẫu bệnh phẩm, chất lây nhiễm và có sử dụng tủ an toàn sinh học cấp II.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Quản lý kỹ thuật: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc đảm bảo thực hành an toàn khi thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình kỹ thuật này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ

- ***Tủ an toàn sinh học Cấp II:*** là thiết bị có cửa mở ở mặt trước, tương tự như tủ an toàn sinh học Cấp I, không khí đi vào tủ qua cửa mở phía trước để bảo vệ người sử dụng. Không khí đi vào qua khe hút ở dưới bề mặt làm việc, sau đó đi qua đường dẫn (kín) đến quạt gió của tủ an toàn sinh học, nơi không khí được thải ra ngoài qua bộ lọc HEPA hoặc được thổi xuống khu vực làm việc qua bộ lọc HEPA (cấp) riêng biệt.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
PTN	Phòng thí nghiệm

PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nguyên lý (Không áp dụng)

6. Thiết bị và vật tư

– Tủ ATSH cấp II.

7. Kiểm tra chất lượng:

– Thiết bị được bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ.

8. An toàn

– Thiết bị phải được tiếp đất an an toàn.

– Việc lắp đặt và vận hành đúng theo yêu cầu nhà sản xuất.

– Vận hành đúng hướng dẫn nhà sản xuất.

9. Nội dung thực hiện

9.1. Các bước thực hiện

1. Kéo tấm che cửa kính lên vị trí thích hợp.
2. Bật đèn, quạt gió, để tủ chạy ổn định khoảng 10 phút.
3. Kiểm tra luồng khí trong tủ: quan sát đồng hồ hiển thị và đèn báo.
4. Lau sạch bề mặt tủ bằng cồn 70 độ.
5. Trải giấy thấm lên khu vực làm việc với mẫu bệnh phẩm.
6. Sắp xếp dụng cụ trong tủ theo 3 khu vực từ trái qua phải:

- Môi trường/ sinh phẩm.
- Mẫu bệnh phẩm.
- Hộp, túi đựng rác thải.

7. Để tủ chạy ít nhất 3 phút.
8. Tiến hành thao tác với mẫu trong tủ.
9. Sau khi kết thúc: thay gang tay mới, lau bề mặt các dụng cụ bằng cồn 70 độ.
10. Bỏ giấy thấm và các túi rác thải y tế.
11. Lau bề mặt tủ bằng cồn 70 độ.
12. Để tủ chạy khoảng 10 phút.
13. Tắt đèn và quạt gió.

14. Đóng cửa tủ.
15. Bật đèn UV 30 phút.

9.2. Bảo trì và bảo dưỡng

9.2.1. Các bước thực hiện

- Lấy hết mẫu trong tủ ra.
- Tắt nguồn bằng công tắc, rút dây nguồn.
- Đánh dấu " Thiết bị đang bảo dưỡng, không sử dụng" .
- Đeo găng tay và kính bảo hộ.
- Khi vệ sinh và khử trùng trong tủ, luôn chú ý đến các hướng dẫn an toàn và quy tắc vệ sinh tủ.
- Hóa chất dùng để làm sạch và khử trùng: dung dịch cồn 70 độ, chất tẩy rửa không có acid và halogen. Không sử dụng chấy tẩy rửa không thích hợp, các hóa chất có chứa acid và Clo hoặc các chất có thể ăn mòn thép.

9.2.2. Làm sạch bên trong tủ và các phụ kiện

- Sử dụng khăn mềm và các dung dịch tẩy rửa phù hợp để làm sạch. Không phun hoặc đổ trực tiếp các chất tẩy rửa.

9.2.3. Kiểm tra vi sinh tủ

- Môi trường sử dụng: BA
- Sử dụng 2 đĩa, đặt 2 vị trí trong tủ, cạnh bên trái và cạnh bên phải tủ, cho tủ đang hoạt động trong vòng 15 phút.
- Sau đó ủ ở tủ ấm 35ºC trong vòng 24 giờ.
- Đọc kết quả và xử lý:

  + Nếu không có vi khuẩn và vi nấm mọc: tủ đạt theo yêu cầu vi sinh.
- Ghi nhận vào biên bản kiểm tra vi sinh.

9.2.4. Kiểm tra chung

- Kiểm tra độ kín của đệm cửa kính.
- Kiểm tra các chức năng của bảng điều khiển và điều khiển thiết bị.

– Kiểm tra an toàn điện theo các tiêu chuẩn liên quan.

– Kiểm tra vặn chặt các ốc vít.

– Kiểm tra chốt cửa kính.

10. Diễn giải và báo cáo kết quả

Thông tin về việc sử dụng thiết bị tủ ATSH cấp II phải được ghi chép theo biểu mẫu Sổ theo dõi sử dụng thiết bị (QLTB-PYD-07-BM.02).

Thông tin về việc Kiểm tra vi sinh tủ bao gồm thông tin thiết bị (tên thiết bị, ký mã hiệu, số seri), thời gian, nội dung và kết quả kiểm tra phải được ghi chép theo biểu mẫu Biên bản kiểm tra chỉ thị vi sinh tủ ATSH cấp II (QTKT-PYD-03-BM.01) và được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

11. Lưu ý (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Biên bản kiểm tra chỉ thị vi sinh tủ ATSH cấp II	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Hồ sơ thiết bị	Theo thiết bị
3	Hồ sơ bảo trì thiết bị	Theo thiết bị
4	Giấy chứng nhận hiệu chuẩn	Theo thiết bị
5	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị	QLTB-PYD-07-BM.02
6	Hướng dẫn sử dụng nhanh tủ ATSH cấp II	QTKT-PYD-03-HDSD.01
7	Biên bản kiểm tra chỉ thị vi sinh tủ ATSH cấp II	QTKT-PYD-03-BM.01

14. Tài liệu tham khảo

1. Tủ an toàn sinh học và các thiết bị ngăn chặn thứ nhất khác. Cẩm nang an toàn sinh học phòng xét nghiệm, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).

2. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
3. Luật số 03/2007/QH12 ban hành ngày ngày 21 tháng 11 năm 2007 – Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
4. Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
5. Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.
6. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.
7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất.

HCMBIOTECH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TỦ ATSH CẤP II

Ký mã hiệu: ……

Số seri:……

Các bước thực hiện

1. Kéo tấm che cửa kính lên đến vị trí thích hợp.
2. Bật đèn, quạt gió, để tủ chạy ổn định khoảng 10 phút.
3. Kiểm tra luồng khí trong tủ: quan sát đồng hồ hiển thị và đèn báo.
4. Lau sạch bề mặt tủ bằng cồn 70 độ.
5. Trải giấy thấm lên khu vực làm việc với mẫu bệnh phẩm.
6. Sắp xếp dụng cụ trong tủ theo 3 khu vực từ trái qua phải:

- Môi trường/ sinh phẩm.
- Mẫu bệnh phẩm.
- Hộp, túi đựng rác thải.

7. Để tủ chạy ít nhất 3 phút.
8. Tiến hành thao tác với mẫu trong tủ.
9. Sau khi kết thúc: thay gang tay mới, lau bề mặt các dụng cụ bằng cồn 70 độ.
10. Bỏ giấy thấm và các túi rác thải y tế.
11. Lau bề mặt tủ bằng cồn 70 độ.
12. Để tủ chạy khoảng 10 phút.
13. Tắt đèn và quạt gió.
14. Đóng cửa tủ.
15. Bật đèn tím 30 phút.

Phòng CNSH Y Dược | Quản lý thực hành an toàn | QTKT-PYD-03-BM.01

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHỈ THỊ VI SINH TỦ ATSH CẤP II

Tên phòng thí nghiệm:……

1. Thông tin thiết bị

- Ký mã hiệu: ……..
- Số seri:……..

2. Thời gian kiểm tra

- Ngày: ……....
- Loại chỉ thị: ……..

3. Nội dung kiểm tra

- Theo quy trình hướng dẫn sử dụng và kiểm tra tủ ATSH cấp II.

4. Kết quả kiểm tra

Vị trí kiểm tra	Kết quả	Kết luận
Trái		
Phải		

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

NGƯỜI XEM XÉT TRƯỞNG PHÒNG	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC	NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

1/1