Quy trình quản lý số 10

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SINH HỌC

Mã số: QTQL-PYD-10
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/ sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn kiểm tra và đánh giá các điều kiện an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và thực hành của phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm nhằm mục đích đảm bảo các thực hành an toàn công việc, điều kiện môi trường phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm an toàn và tuân thủ pháp lý để phục vụ hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm và xét nghiệm; đảm bảo an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm, cho mẫu nghiên cứu/xét nghiệm và phòng tránh sự cố, tai nạn xảy ra.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học/ nhân viên lưu trữ văn thư: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa và thuật ngữ

- ***Quy trình thực hành chuẩn:*** là một tập hợp các hướng dẫn theo từng bước đã được thẩm định và lập thành văn bản để chỉ ra cách thực hiện các quy trình và thực hành trong phòng xét nghiệm theo cách an toàn, kịp thời và đáng tin cậy, trên cơ sở thống nhất với chính sách của cơ sở, thực hành tốt và các quy định quốc gia hoặc quốc tế phù hợp.
- ***Quản lí chương trình an toàn sinh học:*** là sự thiết lập, triển khai và giám sát an toàn sinh học ở quy mô cơ sở sử dụng nhiều loại thông tin như chính sách, tài liệu hướng dẫn cho thực hành và các quy trình, các tài liệu về kế hoạch (đào tạo, tuyển dụng, ứng phó khẩn cấp/sự cố) và lưu giữ hồ sơ (nhân sự, danh mục kiểm kê tác nhân, quản lí sự cố).

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATLĐ	An toàn lao động
ATSH	An toàn sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
NCV	Nghiên cứu viên
NVXN	Nhân viên xét nghiệm
PCCC	Phòng cháy chữa cháy
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nội dung thực hiện

5.1. Nội dung công việc cần thực hiện

- Xem xét việc phù hợp và sự tuân thủ các chính sách ATSH.
- Kiểm tra việc đảm bảo được các điều kiện ATSH của PTN ATSH cấp II theo Nghị Định số 103/2016/NĐ-CP - Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng thí nghiệm.
- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định, quy trình thực hành chuẩn, quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến việc thu thập, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, nghiên cứu, kiểm nghiệm trao đổi hoặc tiêu hủy các tác nhân sinh học, các chất lây nhiễm.
- Kiểm tra việc quản lý sử dụng trang thiết bị phục vụ nghiên cứu/xét nghiệm của PTN/PXN.
- Kiểm tra việc quản lý nhân sự làm việc tại PTN/PXN, lập kế hoạch đào tạo và đào tạo nhân viên PTN/PXN về các quy trình kỹ thuật, ATSH, ATLĐ và PCCC.
- Kiểm tra kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố ATSH.
- Kiểm tra việc trang bị BHCN cho các nhân viên PTN.
- Kiểm tra việc báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá các nguy cơ ATSH và báo cáo tai nạn và sự cố
- Xác định các vấn đề cần cải thiện và hoạt động khắc phục.
- Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm trong PTN/PXN và quản lý nguy cơ sinh học.
- Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc quản lý tốt các nguồn lực.
- Đánh giá nội bộ định kỳ để xây dựng hồ sơ xin cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận PTN/PXN đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II.

5.2. Các tiêu chuẩn được sử dụng cho kiểm tra

- Các VBQPPL về ATSH: Bảng kiểm ATSH cấp II.
- Hồ sơ ATSH của PTN/PXN.
- Chính sách, quy định và quy trình thực hành ATSH của Trung tâm.
- Các quy định và quy trình khác của PTN/PXN.

5.3. Tổ chức đoàn kiểm tra

Trung tâm thành lập đoàn kiểm tra do Ban Giám đốc Trung tâm ban hành Quyết định.

Tiêu chuẩn của các thành viên tham gia đoàn kiểm tra:

- Có kinh nghiệm làm việc trong PTN/PXN và xây dựng hệ thống hồ sơ, tài liệu quán lý PTN/PXN.
- Hiểu được các quy trình, công việc, trang thiết bị, bố trí cơ sở vật chất và phương tiện, và các nguy cơ đi kèm.
- Hiểu và đề xuất được các biện pháp khắc phục để đảm bảo các điều kiện thực hiện ATSH của PTN ATSH cấp II.
- Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN/PXN, và quản lý nguy cơ sinh học.
- Nắm được tính pháp lý.

Các thành viên đoàn kiểm tra bao gồm:

- Đại diện Ban Giám đốc

– Đại diện PTN/PXN.

– Đại diện Phòng Hành chính Quản trị.

5.4. Yêu cầu của báo cáo kiểm tra và đánh giá

Báo cáo kiểm tra và đánh giá các điều kiện an toàn của PTN/PXN cần thể hiện được các nội dung như sau:

– Mô tả những điều phù hợp với tiêu chuẩn PTN/PXN ATSH cấp II.

– Mô tả thực trạng, các vấn đề tồn tại và các điều không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

– Làm rõ các điều kiện cần thiết để đảm bảo ATSH cho PTN/PXN ATSH cấp II cần cải thiện.

– Chỉ ra những hoạt động, công việc, quy trình, thao tác kỹ thuật trong PTN/PXN cần cải thiện.

– Chỉ ra những phát hiện chưa hoàn chỉnh trong hệ thống hồ sơ, tài liệu lưu giữ tại PTN/PXN.

– Chỉ ra các yếu tố nguy cơ bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, quy trình thực hành trong PTN/PXN, các hóa chất, tác nhân VSV và nhóm nguy cơ tương ứng đang thực hiện các quy trình kỹ thuật.

– Đưa ra đề nghị cho PTN/PXN về những hoạt động khắc phục và cải thiện, các giải pháp để thực hiện.

– Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN/PXN, và quản lý nguy cơ sinh học.

– Khung thời gian để thực hiện các hành động khắc phục.

5.5. Theo dõi sau kiểm tra

PTN/PXN phân công nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động khắc phục và cải thiện theo đề nghị của đoàn kiểm tra và theo khung thời gian yêu cầu thực hiện.

PTN/PXN phải có kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.

Lãnh đạo cơ sở theo dõi, giám sát quá trình và kết quả thực hiện hoạt động khắc phục và cải thiện.

Lãnh đạo cơ sở giám sát tính hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát được nguy cơ phơi nhiễm trong PTN, và quản lý nguy cơ sinh học.

PTN/PXN tập hợp và nộp hồ sơ, tài liệu của PTN để nộp giấy tự công bố PTN đạt ATSH cấp II.

HCMBIOTECH

5.6 Kế hoạch tự tổ chức kiểm tra và đánh giá ATSH của PTN/PXN

- Hàng năm, PTN/PXN thực hiện tự kiểm tra 1 lần các điều kiện an toàn như trên theo biểu mẫu Bảng kiểm ATSH cấp II và trình Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt. Báo cáo này phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.
- Định kỳ hàng quý, PTN/PXN thực hiện báo cáo ATSH về các điều kiện an toàn như trên theo biểu mẫu Báo cáo ATSH định kỳ (QĐAT-PYD-03-BM.01) và trình Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt. Báo cáo này phải được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.
- PTN/PXN tự tổ chức kiểm tra và đánh giá các điều kiện an toàn theo nội dung và khung thời gian như sau:

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
1	Cơ sở vật chất	Bố trí PTN/PXN	12 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra CSVC	- PTN/PXN làm đề xuất sửa chữa, bảo trì, thay thế, bổ sung nếu có phát sinh các sự cố về cơ sở vật chất trong quá trình sử dụng làm ảnh hưởng đến điều kiện an toàn của
		Tường, sàn, trần nhà, cửa sổ PTN/PXN	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra CSVC	
		Bồn rửa tay, thao tác	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra CSVC	

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
		Hệ thống điện, máy lạnh	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra CSVC	PTN/PXN, trình lãnh đạo cơ sở xem xét phê duyệt và thực hiện.
		Ánh sáng (Kiểm tra cường độ ánh sáng)	12 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra CSVC	
		Hệ thống xử lý nước thải (Lấy mẫu nước thải gửi đi xét nghiệm)	6 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra CSVC	
		Hệ thống phòng cháy chữa cháy (dụng cụ chữa cháy, lối thoát hiểm, chỉ dẫn thoát hiểm, đèn thoát hiểm)	3 tháng/lần	Bộ phận quản lý công tác PCCC của cơ sở	Lãnh đạo cơ sở	- Theo biểu mẫu của cơ sở	
		Hộp sơ cứu	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách	Trưởng	- Biên bản kiểm	

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
				ATSH của PTN/PXN	PTN/PXN	tra hộp sơ cứu	
		Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra vòi rửa mắt	
2	Trang thiết bị	Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu xét nghiệm	Định kỳ theo từng thiết bị	Nhân viên phân công quản lý trực tiếp thiết bị	Trưởng PTN/PXN	- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị - Báo cáo ATSH định kỳ	- PTN/PXN làm đề xuất sửa chữa, bảo trì, thay thế, bổ sung nếu có phát sinh các sự cố, hư hỏng trang thiết bị trong quá trình sử dụng làm ảnh hưởng đến điều kiện an toàn của PTN/PXN, trình
		Trang bị bảo hộ cá nhân	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân	
		Trang bị xử lý sự cố	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra trang bị xử lý sự cố	

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
		Dụng cụ lưu giữ chất thải	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản kiểm tra dụng cụ lưu giữ chất thải	lãnh đạo cơ sở xem xét phê duyệt và thực hiện.
3	Nhân sự	Hồ sơ nhân sự	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	- PTN/PXN làm đề xuất phân công, bổ sung, đào tạo nhân sự cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện làm việc thực tế của PTN/PXN, trình lãnh đạo cơ sở xem xét phê duyệt và thực hiện. - Trường hợp nhân sự chưa bổ sung đủ
		Phân công nhân sự	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	
		Giám sát sức khỏe nhân sự	6 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Kết quả khám sức khỏe của nhân sự	
		Đào tạo nhân sự	12 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Biên bản xác nhận đào tạo nội bộ an toàn sinh	

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
						học, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, quy trình xét nghiệm - Báo cáo ATSH định kỳ	hồ sơ cá nhân thì PTN/PXN phải đưa ra hướng dẫn và quy định thời hạn để nhân sự bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
4	Quy định thực hành	Tuân thủ quy định thực hành an toàn	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	- PTN/PXN làm đề xuất phân công, bổ sung, đào tạo nhân sự cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện làm việc thực tế của PTN/PXN, trình lãnh đạo cơ sở xem xét phê duyệt và
		Tuân thủ quy định lưu trữ hồ sơ	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	
		Tuân thủ quy định chế độ báo cáo	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
		Tuân thủ quy trình kỹ thuật - Quy trình khử nhiễm - Quy trình thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển chất lây nhiễm - Quy trình lấy mẫu xét nghiệm - Quy trình phòng ngừa chuẩn - Quy trình đánh giá nguy cơ ATSH - Quy trình xử lý sự cố trong PXN	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	thực hiện. - Trưởng hợp nhân viên PTN/PXN không tuân thủ quy định thực hành của PTN/PXN, tùy vào tần suất và mức độ hậu quả, Trưởng PTN/PXN có thể nhắc nhở hoặc lập biên bản, báo cáo lên lãnh đạo cơ sở xem xét để có giải pháp cụ thể cho từng trường hợp theo quy

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
		- Quy trình xử lý chất thải					chế của cơ sở và quy định của pháp luật.
		Tuân thủ quy trình quản lý - Hướng dẫn viết quy trình thực hành chuẩn - Quy trình lưu trữ hồ sơ - Quy trình lưu trữ tác nhân sinh học - Quy trình lưu trữ hóa chất - Quy trình quản lý cơ sở vật chất - Quy trình quản lý	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	

STT	Điều kiện an toàn	Nội dung kiểm tra	Thời gian kiểm tra	Người thực hiện kiểm tra	Người xem xét	Biểu mẫu sử dụng	Hành động khắc phục
		thiết bị - Quy trình quản lý nhân sự - Quy trình quản lý thực hành an toàn					
		Quy trình xét nghiệm	3 tháng/lần	Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN	Trưởng PTN/PXN	- Báo cáo ATSH định kỳ	

6. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Bảng kiểm ATSH cấp II	3 năm	Tại PTN/PXN
2	Báo cáo ATSH định kỳ	3 năm	Tại PTN/PXN
3	Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất	3 năm	Tại PTN/PXN
4	Biên bản kiểm tra hộp sơ cứu	3 năm	Tại PTN/PXN
5	Biên bản kiểm tra vòi rửa mắt	3 năm	Tại PTN/PXN
6	Biên bản kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân	3 năm	Tại PTN/PXN
7	Biên bản kiểm tra trang bị xử lý sự cố	3 năm	Tại PTN/PXN
8	Biên bản kiểm tra dụng cụ lưu giữ chất thải	3 năm	Tại PTN/PXN
9	Biên bản xác nhận đào tạo nội bộ	3 năm	Tại PTN/PXN
10	Kết quả khám sức khỏe	3 năm	Tại PTN/PXN

7. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Quy định thực hành an toàn trong phòng thí nghiệm	QĐTH-PYD-01
3	Quy định lưu trữ hồ sơ	QĐTH-PYD-02
4	Quy định chế độ báo cáo ATSH	QĐTH-PYD-03
5	Báo cáo ATSH định kỳ	CSVC-PYD-02-BM.01
6	Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất	CSVC-PYD-02-BM.02
7	Biên bản kiểm tra hộp sơ cứu	CSVC-PYD-02-BM.03

8	Biên bản kiểm tra vòi rửa mắt	CSVC-PYD-02-BM.04
9	Biên bản kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân	QLTB-PYD-BM.13
10	Biên bản kiểm tra trang bị xử lý sự cố	QLTB-PYD-BM.14
11	Biên bản kiểm tra dụng cụ lưu giữ chất thải	QLTB-PYD-BM.15
12	Biên bản xác nhận đào tạo nội bộ	QLNS-PYD-BM.06
13	Quy trình quản lý cơ sở vật chất	PYD-QTQL-06
14	Quy trình quản lý trang thiết bị	PYD-QTQL-07
15	Quy trình quản lý nhân sự	PYD-QTQL-08
16	Quy trình quản lý thực hành an toàn	PYD-QTQL-09

8. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
2. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
3. Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
4. Cẩm nang an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
5. Quản lí chương trình an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).