

SPAGS: 面向稀疏视角 CT 新视图合成的空间感知 渐进式自适应高斯泼溅

Abstract

稀疏视角 CT 新视图合成旨在用尽可能少的投影生成高质量的新角度 X 射线图像，从而降低辐射剂量，同时保留足够的结构信息。与自然场景中的 *sparse-view* 新视图合成不同，CT 场景中的主要瓶颈往往不只是覆盖不足，而是高对比边界诱发的结构冗余以及缺乏空间上下文的密度更新。现有 *3D Gaussian Splatting* 方法虽然在效率上明显优于 *NeRF*，但在 CT 场景中通常缺乏解剖先验初始化，且容易在骨骼与软组织边界持续堆叠高斯。为此，我们提出 SPAGS，一个在初始化、密度控制与密度优化三个阶段显式引入空间感知的渐进式框架。具体而言，SPS 利用 FDK 粗重建提供的体密度先验进行密度加权播种，GAP 在三维世界坐标系中依据邻近度与梯度活跃度联合剪除冗余高斯，ADM 则通过 *K-Planes* 编码实现位置相关的密度调制。基于 5 个器官、2/3/4 视角设置的实验表明，SPAGS 在最关键的 3-view 设定下取得 28.22 dB 的平均 PSNR，相比 *R²-Gaussian* 提升 0.39 dB，并稳定优于 *DN-Gaussian*、*CoR-GS*、*FSGS* 与 *X-Gaussian*。该方法仅带来不到 10% 的训练开销，不增加推理复杂度，说明空间感知冗余控制可以作为稀疏视角 CT 新视图合成中的有效增强方向。

1. 引言

稀疏视角条件下的 CT 新视图合成 (novel view synthesis, NVS) 具有明确的应用价值，但同时也是一个高度病态的问题。一方面，临床与工业场景希望通过减少采样视角来降低辐射剂量、缩短扫描时间并减轻设备负担；另一方面，视角稀缺会显著削弱几何约束，使得从少量 X 射线投影恢复稳定、连续且具有结构一致性的三维表示变得异常困难。与自然图像中的新视图合成不同，X 射线成像遵循穿透式辐射传输，像素观测是整条射线路径上衰减累积的结果，因此该任务对初始化质量、几何可辨识性以及密度建模精度都更加敏感 [FDK84; AK84; WYD08]。

近两年，3D Gaussian Splatting (3DGS) 凭借显式表示与高并行栅格化，在新视图合成任务上展现出比 NeRF 更快的训练与渲染效率，并迅速扩展到结构化表示、抗锯齿渲染、网格提取、动态场景以及大尺度重建等方向 [KKLD23; CW24; LYX*24; YCH*24; GL24; WRW*24; XLG*24; YGZ*24; NMKW24]。围绕稀疏视角场景，FSGS 借助邻近引导的高斯扩增来填补稀疏区域，并结合伪视角与深度先验约束几何结构 [ZFJW24]；CoR-GS 从双场协同的视角出发，用点分歧与渲染分歧来无监督识别重建不准确区域，再通过协同剪枝与协同正则化进行抑制 [ZLY*24]；DNGaussian 则进一步指出，当输入视角稀少时，高斯场的退化主要表现为几何错误，因此采用硬/软

深度正则与全局-局部深度归一化来提升结构恢复能力 [LZB*24]。与此同时, FreeNeRF、SparseNeRF 与 DepthSplat 等少样本神经渲染工作也从频率正则、深度排序与深度-高斯协同角度不断提高 sparse-view NVS 的上限 [YPW23; WCLL23; XPW*25]。这些工作共同确立了一个重要趋势: 在稀疏输入下, 3DGS 的核心瓶颈不再只是渲染效率, 而是如何稳定地约束几何与密度分布。

在 X 射线与 CT 场景中, 这一问题进一步演化。X-Gaussian 首次系统性地将 3DGS 引入 X 射线新视图合成, 通过辐射高斯点云模型、可微辐射栅格化与面向圆锥束扫描的均匀初始化, 实现了比 NeRF 快得多的投影生成 [CLW*24]。随后, R^2 -Gaussian 进一步从体重建角度揭示出标准 3DGS 在 X 射线任务中的积分偏差问题, 并通过新的 radiative kernel、X 射线栅格化与可微体素化, 建立了首个面向稀疏视角断层重建的 3DGS 框架 [ZLC*24]。最近, X^2 -Gaussian 又把 radiative Gaussian 扩展到连续时间 4D CT, 而 GR-Gaussian 则从图结构梯度建模的角度缓解极稀疏条件下的针状伪影 [YCZ*25; YMS*25]。然而, 从我们的实验与误差分析来看, 现有 CT 场景中的 3DGS 方案仍主要解决了“能否用于 X 射线渲染”和“如何修正积分偏差”的问题, 却尚未充分回答另一个更贴近优化过程本身的问题: 当观察视角极少时, 三维高斯该如何在空间中被初始化、增删和调制, 才能真正适配 CT 解剖结构的分布规律?

我们的核心观察是: 对于稀疏视角 CT 新视图合成, 主要矛盾并不只是“高斯还不够多”, 而是“高斯被持续堆在了不该堆的地方”。在自然场景中, FSGS 一类方法通过向高斯稀疏区域补点来改善覆盖不足, 这与前向 RGB 场景“大片空间为空、可见表面稀疏”的事实是匹配的 [ZFJW24]。但 CT 体数据并非由前景表面和空背景组成, 而是一个整体被不同组织密度连续占据的体空间: 骨组织与软组织边界处往往拥有最强的梯度信号, 于是传统的“梯度越大越加点”策略会持续在边界堆叠高斯, 导致表示容量被高梯度区域过度消耗; 而组织内部与低对比区域反而得不到

足够稳定的密度建模。换句话说, CT 中真正需要优先控制的往往不是单纯的覆盖不足, 而是结构冗余。

基于这一认识, 我们提出 SPAGS, 一个面向稀疏视角 CT 新视图合成的空间感知渐进式自适应高斯泼溅框架。其设计遵循一个统一原则: 在 3DGS 的关键决策点显式引入空间先验, 而不是完全依赖局部梯度信号自行演化。首先, 在初始化阶段, 我们利用 FDK 重建得到的粗体密度图作为空间先验, 提出 SPS (Spatial Prior Seeding), 通过“密度加权采样 + 均匀补偿采样”的混合播种方式, 让高斯从一开始就更集中于解剖相关区域。其次, 在训练中的密度控制阶段, 我们提出 GAP (Geometry-aware Pruning), 不再沿用自然图像任务中“向稀疏区域补高斯”的思路, 而是在三维世界坐标系下对局部过度聚集的高斯进行邻近度评估, 并结合梯度活跃性过滤, 仅剪除那些既拥挤又不再有效学习的冗余高斯。最后, 在密度优化阶段, 我们提出 ADM (Adaptive Density Modulation), 通过 K-Planes 编码与轻量解码器学习位置相关的密度修正, 使不同解剖区域能够拥有不同的密度调节规律。

与现有五个核心对比方法相比, 我们的定位是明确而互补的。FSGS 更强调通过 proximity-guided unpooling 扩张稀疏高斯覆盖 [ZFJW24]; CoR-GS 借由双场分歧来抑制不一致几何 [ZLY*24]; DNGaussian 聚焦于用外部深度先验修复稀疏视角下的几何退化 [LZB*24]; X-Gaussian 改造了 X 射线成像条件下的高斯表示与初始化方式 [CLW*24]; R^2 -Gaussian 则从体重建角度修复了 3DGS 的积分偏差并提供可微体素化能力 [ZLC*24]。而 SPAGS 的关注点是进一步向前推进一步: 在已经具备辐射渲染基础之后, 如何让高斯的空间分布与密度更新机制真正适配 CT 体数据的结构规律。图 1 从抽象 pipeline 层面对比了本文与主流 sparse-view 3DGS 方法的差异。

我们的贡献可以概括为三点:

- 我们提出 SPS, 利用 FDK 粗重建提供的体密度先验进行空间感知播种, 使初始高斯分布更贴合解剖相关区域, 并减少空区域冗余。
- 我们提出 GAP, 在三维世界坐标中基于邻近度与




Figure 1: 与两类代表性 3DGS 路线的核心差异。左侧主流 *sparse-view 3DGS* 主要围绕补点扩张、双场协同或深度约束展开；中间的 *CT/X 射线 3DGS* 主要解决辐射建模与积分偏差问题；右侧的 *SPAGS* 则在初始化、冗余控制与密度更新三个阶段都显式引入空间感知。

梯度活跃性联合剪除冗余高斯，以冗余控制替代盲目补点，直接针对稀疏视角 CT 中的结构冗余问题。

- 我们提出 ADM，通过 K-Planes 实现位置相关的密度调制，使高斯密度更新能够响应骨骼、软组织与空气等不同区域的空间异质性。

在 5 个器官、2/3/4 视角的设置下，SPAGS 在核心 3-view 设定中达到 28.22 dB 平均 PSNR，相比 R²-Gaussian 提升 0.39 dB，并在大多数器官与视角上优于其余对比方法。更重要的是，消融实验显示 GAP 带来的冗余控制收益最为稳定，验证了我们的中心判断：对于稀疏视角 CT 任务，显式的空间感知与结构冗余控制，是比单纯补点更关键的优化方向。

2. 相关工作

2.1. 稀疏视角 3D Gaussian Splatting

3D Gaussian Splatting 通过一组三维各向异性高斯显式表示场景，并依赖可微分栅格化实现高效渲染，在效率与质量之间取得了优于传统 NeRF 的平衡 [KKLD23]。自 2023 年提出以来，围绕 3DGS 的工作迅速扩展到结构化表示、抗锯齿渲染、显式网格提取、动态时空建模与紧凑表示压缩等方向 [CW24; LYX*24; YCH*24; GL24; WRW*24;

XLG*24; YGZ*24; NMKW24; RNSZ24]。但当输入视角显著减少时，3DGS 容易暴露几何不稳定、密化失真与过拟合等问题，因此“如何让 3DGS 适配 *sparse-view setting*”成为近一阶段的重要研究主线 [ZLY*24; LZB*24; ZFJW24]。

现有 *sparse-view 3DGS* 方法大致可以按其主导假设分成三类。第一类把问题理解为“初始化过稀导致覆盖不足”。FSGS 代表了这一思路：它在原始 3DGS 的 densification 流程上引入 proximity-guided Gaussian unpooling，在已有高斯之间补点以提高表示密度，并借助伪视角与单目深度先验抑制过拟合 [ZFJW24]。第二类把问题理解为“单场优化不稳定”。CoR-GS 并行优化两个随机初始化但共享监督的高斯场，并把点位置与渲染结果的分歧当作无监督信号，再据此设计 co-pruning 与 pseudo-view co-regularization [ZLY*24]。第三类则把问题归因于“几何恢复错误”。DNGaussian 引入 Hard/Soft Depth Regularization 和 Global-Local Depth Normalization，用单目深度先验直接修复 *sparse-view* 条件下的几何退化 [LZB*24]。

这些方法都有效提升了自然图像场景下的 *sparse-view 3DGS*，但它们共享一个重要前提：观察对象主要由可见表面主导，核心困难在于表面覆盖不足、几何漂移或外部监督噪声。与这些基于优化的方法并行，近期也有一批工作从前馈或泛化重建角度探索少视图高斯表示，例如围绕深度协同与多视图先验的路线不断出现 [CWC*22; YPW23; WCLL23; XPW*25]。然而在 CT 场景中，三维空间是被体密度连续占据的，问题不再只是“表面没补够”或“几何不够准”，而是高斯会在高对比边界被反复密化并形成结构冗余。我们的工作正是沿着这一区别，重新界定 *sparse-view CT* 中真正需要优先控制的量。

2.2. X 射线新视图合成与 CT 断层重建

传统 CT 重建方法大体可以分为解析法与迭代法。以 FDK 为代表的解析方法依赖滤波反投影，计算效率高，但在稀疏视角下容易产生条纹伪影；SART 等迭代方法能够更稳健地引入先验约束，但计算成本较

高 [FDK84; AK84]。随着神经场方法的发展, 越来越多工作开始用坐标网络建模体密度场, 并通过自监督投影重建来进行病例级优化 [MST*21; ZZL*23; GWS*24; SGW*24]。这类方法在表示能力上表现强劲, 但体渲染依赖海量点采样, 训练与推理开销通常难以满足高效应用场景的需求; Instant-NGP、TensoRF 等高效表示为此提供了重要启发 [MESK22; CXG*22]。

X-Gaussian 首次较为系统地把 3DGS 引入 X 射线新视图合成。由于 X 射线投影满足穿透式成像而非表面反射, 该方法重新定义了 radiative Gaussian point cloud, 并提出可微辐射栅格化与面向圆锥束扫描的 ACUI 初始化策略, 从而显著提升了 X 射线 NVS 的训练与推理效率 [CLW*24]。随后, X²-Gaussian 将 radiative Gaussian 表示推进到连续时间 4D CT, 而 GR-Gaussian 从图结构梯度建模角度进一步缓解极稀疏条件下的针状伪影, 说明 CT-3DGS 已经开始从“能用”走向“更稳、更细”的阶段 [YCZ*25; YMS*25]。

R²-Gaussian 则更进一步, 把问题推进到“直接体重建”的层面。该工作指出标准 3DGS 在从三维高斯投影到二维高斯的过程中存在积分偏差, 这一偏差对普通图像渲染影响有限, 但会严重破坏体密度恢复的一致性 [ZLC*24]。因此, R²-Gaussian 通过新的 radiative kernel、X 射线栅格化与可微体素化, 把 3DGS 真正扩展为可用于稀疏视角断层重建的框架。换言之, X-Gaussian 主要回答“如何高效合成 X 射线投影”, 而 R²-Gaussian 进一步回答“如何更准确地恢复体密度场”。

从我们的角度看, X-Gaussian 与 R²-Gaussian 已经为 CT 场景搭好了物理正确性与高效渲染的基础, 但在优化层面仍保留了较多来自通用 3DGS 的默认假设。例如, 初始化虽然已不再依赖 SfM, 但仍缺乏对具体解剖复杂度的自适应分配; 密度控制虽然可以借助梯度进行克隆与分裂, 但并未显式约束边界区域的冗余堆叠; 密度参数本身也仍主要依赖逐点梯度更新, 而缺少连续空间上下文。因此, 我们

将 SPAGS 的定位放在“继承 CT-3DGS 物理基础之后, 补足其空间分布建模能力”这一层面。

2.3. 我们与五个核心对比方法的关系

由于本文的对比方法恰好覆盖了 sparse-view 3DGS 与 X-ray/CT 3DGS 的两个关键谱系, 因此它们也构成了定位 SPAGS 的最直接坐标系。FSGS 将 sparse-view 问题理解为“高斯不够、覆盖不足”, 其方法论是补点与扩张; CoR-GS 将问题理解为“单场优化不稳定”, 其方法论是通过双场 disagreement 进行无监督纠偏; DNGaussian 将问题理解为“几何在稀疏视角下退化”, 其方法论是深度先验与归一化约束; X-Gaussian 将问题理解为“自然图像版 3DGS 不适合 X 射线物理”, 其方法论是辐射建模与 scanner-aware 初始化; R²-Gaussian 则进一步将问题锚定为“3DGS 在体重建场景中存在积分偏差”, 并通过 kernel、rasterization 与 voxelization 做出系统修正 [ZFWJ24; ZLY*24; LZB*24; CLW*24; ZLC*24]。

与这些方法相比, SPAGS 的新意并不在于重新定义 X 射线成像物理, 也不在于依赖额外大模型或双场结构, 而在于提出一个更贴合 CT 体空间分布规律的优化观点: 在极稀疏视角下, 问题的主导项往往是结构冗余而非单纯稀疏, 因而初始化、剪枝与密度调制都应该围绕“空间感知”展开。基于这一判断, 我们提出的 SPS/GAP/ADM 分别对应空间感知初始化、空间感知冗余控制与空间感知密度修正, 从而与上述五类代表工作形成互补而清晰的差异化路线。

3. 方法

我们将稀疏视角 CT 新视图合成拆分为三个彼此衔接的子问题: 如何让初始高斯尽量落在有意义的解剖区域、如何在训练过程中抑制边界区域的冗余堆叠、以及如何让密度更新显式响应空间上下文。围绕这三个问题, 我们提出 SPAGS 的三阶段框架, 如图 2 所示。




Figure 2: SPAGS 的总体流程。给定稀疏 CT 投影与 FDK 粗重建, SPS 先把高斯初始化到更有意义的解剖区域, GAP 再回收局部冗余高斯, ADM 最后进行位置相关的密度修正, 从而生成目标新视角 X 射线投影。

3.1. 阶段一: Spatial Prior Seeding (SPS)

在极少视角条件下, 初始化的好坏会显著影响后续优化轨迹。标准 3DGS 往往采用均匀采样或依赖 SfM 点云初始化, 但这两种方式都不适合 CT 场景: 前者无法区分空气、软组织与骨骼的解剖重要性, 后者则因为 X 射线投影的灰度重叠与低纹理特征难以稳定工作 [CLW*24]. 我们因此使用 FDK 重建产生的粗体密度图 V_{FDK} 作为空间先验, 对初始高斯进行密度加权采样:

$$p(\mathbf{x}) \propto \max(V_{\text{FDK}}(\mathbf{x}), \epsilon)^\gamma, \quad (1)$$

其中 ϵ 用于避免背景区域出现零概率, γ 控制采样集中度。

仅靠密度加权会使高斯过度聚集在亮度最高的骨性结构附近, 因此我们引入混合采样:

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_{\text{uniform}} \cup \mathbf{X}_{\text{weighted}}, \quad (2)$$

其中 20% 的点来自均匀采样, 80% 的点来自密度加权采样。这样既能保证整体覆盖, 又能让更多高斯优先分配给解剖复杂区域。采样位置确定后, 我们将 FDK 值作为初始密度, 并根据局部采样密度设定尺度参数, 最终得到 50K 个初始高斯。




Figure 3: SPS 模块示意。利用 FDK 粗重建引导密度加权采样, 使更多初始高斯落在解剖相关区域, 同时保留少量均匀补偿采样以维持全局覆盖。

3.2. 阶段二: Geometry-aware Pruning (GAP)

在 CT 场景中, 传统基于梯度的 densification 往往会在骨组织与软组织边界持续复制高斯, 因为这些区域的投影误差梯度最大。问题在于, 这类高梯度不一定意味着“覆盖不足”, 也可能只是“同一结构被过多高斯竞争表示”。因此, 我们不沿用 FSGS 那种面向稀疏区域补点的思路 [ZFJW24], 而是直接在世界坐标系中度量局部拥挤程度。

具体来说, 对每个高斯 G_i , 我们计算其与 K 个最近邻的平均欧氏距离作为邻近度评分:

$$s(\mathbf{p}_i) = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2. \quad (3)$$

当 $s(\mathbf{p}_i)$ 低于阈值 τ 时, 说明该高斯处于过度聚集区域。为了避免误删仍在有效学习的高斯, 我们再引入梯度活跃性过滤: 只有当其累积位置梯度低于阈值 δ 时, 才将其视为真正的冗余候选。最终, 每轮最多剪除总高斯数的 2%, 并在第 2K 到 20K 次迭代间每 500 次触发一次。

这一步的关键不在“减少高斯数量”本身, 而在建立一种负反馈机制: 当标准 3DGS 的密化策略在边界附近过度扩张时, GAP 能及时把冗余点回收, 使表示容量回到真正需要的位置。我们的消融实验也证实, GAP 是三者中收益最稳定、幅度最大的模块。




Figure 4: GAP 模块示意。先依据世界坐标邻近度识别局部过度聚集区域，再结合梯度活跃性过滤，仅删除学习价值较低的冗余高斯。

3.3. 阶段三：Adaptive Density Modulation (ADM)

即便有了更合理的初始化与冗余控制，不同解剖区域的密度更新规律仍然并不相同。骨组织应具有更高衰减系数，肺部空气区域应保持更低密度，而软组织往往需要平滑过渡。如果所有高斯都依赖相同的逐点梯度更新，模型会难以学到这种空间异质性。为此，我们引入 ADM，用 K-Planes 对高斯中心位置进行编码，并通过轻量解码器预测位置相关的密度偏移与置信度。

给定位置 $\mathbf{x}$ ，我们从三组正交平面特征中采样并拼接成空间编码 $F(\mathbf{x})$ 。这种 K-Planes 编码最早被用于显式时空辐射场建模，能够以较低成本提供连续空间上下文 [FYT*23]。在此基础上，我们用 MLP 输出密度偏移 $\Delta\rho(\mathbf{x})$ 和置信度 $c(\mathbf{x})$ ，最终写成：

$$\rho_{\text{final}}(\mathbf{x}) = \rho_{\text{base}}(\mathbf{x}) + c(\mathbf{x}) \cdot \Delta\rho(\mathbf{x}). \quad (4)$$

为了避免引入全局偏置，我们对偏移量进行零均值归一化，使 ADM 更专注于学习局部相对修正，而非整体抬升或压低全部密度。

3.4. 整体训练流程

SPAGS 的三阶段并非彼此独立，而是形成一个逐步收紧空间结构的优化链路：SPS 决定“高斯从哪里开始”，GAP 决定“哪些高斯不该继续留着”，ADM 决定“留下来的高斯应如何因地制宜地调整密度”。在训练




Figure 5: ADM 模块示意。利用 K-Planes 提供连续空间上下文，并预测位置相关的密度偏移与置信度，从而实现解剖区域相关的密度调制。

上，我们仍以 R^2 -Gaussian 的辐射渲染与重建损失为基础 [ZLC*24]，并在其上叠加空间感知模块。整体上，这一设计不改变推理阶段的基本渲染流程，因此能把额外开销主要限制在训练期间。

4. 实验

4.1. 实验设置

数据与任务设定。我们在 5 个具有代表性的器官场景上评估方法，包括 Chest、Head、Abdomen、Foot 与 Pancreas。每个场景均从完整扫描中选取训练投影，并在 2/3/4 视角条件下构造稀疏输入。该设置覆盖了高对比骨组织、低对比软组织、小器官与复杂混合组织等多种难点。

对比方法。我们选取 5 个与本文最相关的 3DGS 基线：DNGaussian [LZB*24]、CoR-GS [ZLY*24]、FSGS [ZFJW24]、X-Gaussian [CLW*24] 以及 R^2 -Gaussian [ZLC*24]。其中前三者主要面向自然图像 sparse-view NVS，后两者直接面向 X 射线与 CT 场景。

实现细节。SPS 使用 $\alpha = 0.2$ 、 $\gamma = 1.0$ 与 50K 初始高斯；GAP 采用 $K = 5$ 邻居、阈值 $\tau = 0.015$ 、最大剪枝比 $\beta = 0.02$ 、梯度阈值 $\delta = 0.0002$ ；ADM 采用分辨率 64 的 K-Planes、特征维度 32，并在 15K

次迭代后启动。所有模型训练 30K 次迭代，评价指标为 PSNR 与 SSIM。

4.2. 主结果

表 1 汇报了 2/3/4 视角下的主对比结果。整体上，SPAGS 在三个视角设置上均保持最优或并列最优，尤其在 3-view 这一最核心也最具挑战性的设定下，平均 PSNR 达到 28.22 dB，相比 R^2 -Gaussian 提升 0.39 dB。

从结果上看，3-view 是最能体现 SPAGS 优势的设定。此时输入信息尚不足以让基线自然收敛到理想几何，但又不至于像 2-view 那样病态到任何局部优化都难以稳定工作，因此初始化先验、冗余控制与密度调制都能真正发挥作用。相比之下，2-view 设定中所有方法都受到更强的欠定约束；4-view 则因为观测已相对充分，各方法差距被明显压缩。这个趋势与我们的方法动机一致：SPAGS 的收益主要出现在“信息紧张但空间先验仍然有效”的区间，而这正是稀疏视角 CT 最有现实价值的工作点。

图 6 展示了 3-view 设定下的主定性对比。面向自然图像的 3DGS 基线更容易出现条纹状或云雾状伪影，且结构边界会随视角稀疏程度加剧漂移； R^2 -Gaussian 与 SPAGS 则能更稳定地恢复符合 X 射线成像特性的整体解剖轮廓。在 Chest 与 Pancreas 等更具挑战的场景中，SPAGS 在保持主体灰度分布的同时，进一步压低了背景噪声与边缘扩散。

图 7 左侧进一步放大了肋骨边界与颅骨边界附近的局部区域，可以看到 SPAGS 比 R^2 -Gaussian 及自然图像基线保留了更平滑的组织过渡与更干净的边缘响应。右侧的跨视角一致性对比则表明，在不同目标角度下，SPAGS 的形态变化更稳定，没有明显的角度特异性伪影。

4.3. 消融实验

表 2 采用“单模块剥离 + 渐进构建”的结构汇报 3-view 消融结果。可以看到，GAP 单独使用就带来了最明显的收益，且其平均 PSNR 已经达到完整模型

水平，说明结构冗余控制是当前任务中的主导因素；SPS 与 ADM 则分别从初始化与空间密度修正两个角度提供补充，使完整模型在可视化表现与整体稳定性上更一致。

图 8 进一步给出了模块递进带来的可视化差异。仅使用 GAP 时，边界附近最显著的高亮伪影就已被明显抑制；在此基础上，完整模型还能继续稳定局部灰度过渡。图 9 则从高斯空间分布角度解释了这一收益来源：SPS 先将初始化从完全均匀推进到更贴合粗重建的区域，GAP 再剔除外围冗余点，最终 SPAGS 在更紧致的空间支撑上完成渲染。

4.4. 超参数设置与效率分析

我们将最终采用的关键超参数整理在表 3 中。整体来看，SPS 与 ADM 的可行区间相对较宽，而 GAP 的阈值与最大剪枝比更敏感。这一现象与本文的整体结论一致：决定性能上限的关键不在于是否继续增加高斯，而在于冗余控制强度是否落在合适区间。

图 10 从效率与优化过程两个角度给出了补充证据。上图显示，SPAGS 在接近 R^2 -Gaussian 推理速度的同时位于更优的 PSNR-FPS 权衡前沿；下图则表明，无论按迭代次数还是按 wall-clock time 统计，SPAGS 都能更早达到更高的 PSNR 平台。这说明 SPS/GAP/ADM 的额外训练开销是可控的，并没有以明显牺牲推理效率为代价换取质量提升。

4.5. 讨论

主结果与消融实验共同支持了一个更具体的结论：在稀疏视角 CT 场景中，真正决定性能上限的往往不是“是否继续补更多高斯”，而是“能否在空间上把高斯放对位置，并及时回收被错误放大的冗余结构”。这也是为什么 GAP 在我们的设定里表现得比 SPS 与 ADM 更强。另一方面，SPS 与 ADM 的价值并不主要体现在单独拉高平均分数，而是为训练过程提供更好的起点和更稳定的密度修正机制；它们使 GAP 的剪枝判断更可靠，也使最终密度分布更平滑，从而在更广泛的器官与视角设置下保持稳定收益。

Table 1: 五个器官在 2/3/4 视角下与五个基线方法的 PSNR 对比 (dB)。最优和次优结果分别以加粗和下划线标出。

Method	Chest			Head			Abdomen		
	2v	3v	4v	2v	3v	4v	2v	3v	4v
DN-Gaussian	14.30	16.02	15.76	15.72	18.04	16.24	19.33	23.51	24.72
CoR-GS	14.96	18.55	20.29	16.24	20.36	23.40	18.50	22.45	23.03
FSGS	17.86	19.99	21.03	19.43	21.53	24.91	18.75	23.34	23.63
X-Gaussian	17.79	20.29	20.90	19.62	21.52	24.46	18.93	23.54	23.85
R ² -Gaussian	<u>21.05</u>	<u>26.22</u>	<u>25.47</u>	<u>23.54</u>	<u>26.60</u>	28.66	<u>24.85</u>	<u>29.26</u>	<u>30.56</u>
SPAGS	21.26	26.81	25.83	23.63	26.63	<u>28.52</u>	24.97	29.73	30.89

Method	Foot			Pancreas			Avg		
	2v	3v	4v	2v	3v	4v	2v	3v	4v
DN-Gaussian	20.17	23.51	19.33	16.15	22.43	25.47	17.13	20.70	20.30
CoR-GS	20.17	25.53	26.83	16.15	23.25	23.96	17.20	22.03	23.50
FSGS	<u>22.17</u>	25.37	27.08	<u>23.03</u>	25.27	26.22	20.25	23.10	24.57
X-Gaussian	22.34	25.48	26.92	23.21	25.12	25.55	20.38	23.19	24.34
R ² -Gaussian	19.39	<u>28.48</u>	30.04	17.83	<u>28.61</u>	30.90	<u>21.33</u>	<u>27.83</u>	<u>29.13</u>
SPAGS	19.55	28.49	<u>29.86</u>	17.80	29.43	30.90	21.44	28.22	29.20

Table 2: 3-view 设定下的模块消融。基线为纯 R²-Gaussian, 表中汇报五个器官上的平均 PSNR, Δ 表示相对基线的提升, 用于比较三个模块的单独作用与联合收益。

Config	SPS	GAP	ADM	PSNR $\uparrow$	Δ $\uparrow$
Baseline				27.80	—
+SPS	✓			28.01	+0.21
+GAP		✓		28.22	+0.42
+ADM			✓	27.91	+0.11
+SPS+ADM	✓		✓	<u>28.09</u>	<u>+0.29</u>
+SPS+GAP	✓	✓		28.22	+0.42
Full	✓	✓	✓	28.22	+0.42




Figure 6: 3-view 设定下的主定性对比。每一行对应一个器官场景，最左列给出三张输入训练投影，其余列展示同一目标视角下的真值与各方法输出。与面向自然图像的 *sparse-view 3DGS* 基线相比， R^2 -Gaussian 与 SPAGS 更符合 X 射线结构分布，而 SPAGS 在胸腔背景、头部轮廓和胰腺区域进一步压低了伪影与边界扩散。




Figure 7: 局部细节与跨视角一致性分析。左：两组放大 ROI，对比肋骨/颅骨边界附近的局部结构与软组织过渡。右：同一病例在三个目标角度下的结果，SPAGS 相比 R^2 -Gaussian 保持了更稳定的跨视角形态，并减少了角度特异性伪影。




Figure 8: 3-view 设定下的渐进式消融可视化。展示 *Baseline*、*+GAP* 与 *Full* 三种配置在两组 *Chest* 案例上的预测结果及对应残差图 ($|\text{pred} - \text{gt}|$)。仅加入 *GAP* 时已能去除主要伪影，完整模型则进一步稳定局部灰度过渡。




Figure 9: 高斯空间分布的逐步收紧过程。从均匀初始化到 *SPS* 引导初始化，再到 *GAP* 剪枝与最终 *SPAGS*，高斯支撑逐步贴合有效结构区域，对应投影结果也随之更加稳定。

Table 3: 实验中使用的关键超参数设置。对于经过调参的项目，同时给出验证时使用的搜索空间，以说明各模块的调参重点与最终采用配置。

模块	参数	搜索空间	最终设置
SPS	uniform ratio α	0.2 / 0.3 / 0.4	0.2
SPS	density exponent γ	0.7 / 0.8 / 1.0	1.0
SPS	initialization mode	raw / valid mean	raw
SPS	initialized Gaussians M	50K / 75K	50K
GAP	neighbor count K	fixed	5
GAP	pruning threshold τ	0.010 / 0.015 / 0.020	0.015
GAP	max pruning ratio β	2% / 3% / 5%	2%
GAP	start iteration	1K / 2K / 5K	2K
GAP	stop iteration	15K / 20K / 30K	20K
ADM	warm-up iteration	12K / 15K / 18K	15K
ADM	max modulation range	0.2 / 0.3 / 0.4	0.3
ADM	K-Planes resolution	64 / 128	64
ADM	feature dimension C	fixed	32




Figure 10: 效率与收敛分析。上: 不同方法的 $PSNR$ - FPS 权衡, 圆点大小表示最终 $Gaussian$ 数量; 下: $SPAGS$ 与 R^2 - $Gaussian$ 在 3-view *Chest* 场景上的 $PSNR$ 收敛曲线, 分别按迭代次数和 *wall-clock time* 统计, 用于展示额外训练开销与性能收益的关系。

5. 结论

本文提出 SPAGS, 面向稀疏视角 CT 新视图合成, 在 3DGS 管线的初始化、密度控制与密度调制三个阶段显式引入空间感知。与已有 sparse-view 3DGS 方法主要围绕补点、深度正则或双场协同不同, 我们强调 CT 体数据中的主要矛盾往往不是单纯稀疏, 而是结构冗余被高梯度边界持续放大, 并据此提出 SPS/GAP/ADM 三个互补模块。实验结果表明, SPAGS 在 5 个器官、2/3/4 视角设定中取得稳定提升, 尤其在最核心的 3-view 条件下, 相比 R²-Gaussian 获得 0.39 dB 的平均 PSNR 增益, 说明空间感知冗余控制能够为 CT-3DGS 带来稳定收益。

当前工作仍有若干值得继续推进的方向。首先, ADM 的特征分辨率与调制范围目前对不同器官共享, 未来可以探索跨器官自适应配置; 其次, 本文主要评估静态稀疏视角 CT, 如何扩展到 cone-beam 或 4DCT 场景仍值得深入研究; 最后, 若能将病例级优化与更强的学习型体先验结合, SPAGS 还有望在极端稀疏条件下进一步提升稳定性。

References

- [AK84] ANDERSEN, A. H. and KAK, A. C. “Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique (SART): A Superior Implementation of the ART Algorithm”. *Ultrasonic Imaging* 6.1 (1984), 81–94 1, 4.
- [CLW*24] CAI, YUANHAO, LIANG, YIXUN, WANG, JIAHAO, et al. “Radiative Gaussian Splatting for Efficient X-ray Novel View Synthesis”. *European Conference on Computer Vision (ECCV)*. 2024 2, 4–6.
- [CW24] CHEN, GUIKUN and WANG, WENGUAN. “A Survey on 3D Gaussian Splatting”. *arXiv preprint arXiv:2401.03890* (2024) 1, 3.
- [CWC*22] CHEN, YINBO, WANG, SIYU, CHEN, XIAOLONG, et al. “pixelNeRF: Neural Radiance Fields from One or Few Images”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2022 3.
- [CXG*22] CHEN, ANPEI, XU, ZEXIANG, GEIGER, ANDREAS, et al. “TensorRF: Tensorial Radiance Fields”. *European Conference on Computer Vision (ECCV)*. 2022 4.
- [FDK84] FELDKAMP, L. A., DAVIS, L. C., and KRESS, J. W. “Practical Cone-Beam Algorithm”. *Journal of the Optical Society of America A* 1.6 (1984), 612–619 1, 4.
- [FYT*23] FRIDOVICH-KEIL, SARA, YU, GIANG, TANCİK, MATTHEW, et al. “K-Planes: Explicit Radiance Fields in Space, Time, and Appearance”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2023 6.
- [GL24] GUÉDON, ANTOINE and LEPETIT, VINCENT. “SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2024 1, 3.
- [GWS*24] GUAN, QIANG, WANG, JIARUI, SHEN, LIYUE, et al. “NAF: Neural Attenuation Fields for Sparse-View X-ray Imaging”. *Medical Image Analysis* (2024) 4.
- [KKLD23] KERBL, BERNHARD, KOPANAS, GEORGIOS, LEIMKÜHLER, THOMAS, and DRETTAKIS, GEORGE. “3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering”. *ACM Transactions on Graphics* 42.4 (2023), 1–14 1, 3.
- [LYX*24] LU, TAO, YU, MULIN, XU, LINNING, et al. “ScaffoldGS: Structured 3D Gaussians for View-Adaptive Rendering”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2024 1, 3.
- [LZB*24] LI, JIAHE, ZHANG, JIAWEI, BAI, XIAO, et al. “DNGaussian: Optimizing Sparse-View 3D Gaussian Radiance Fields with Global-Local Depth Normalization”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2024 2–4, 6.
- [MESK22] MÜLLER, THOMAS, EVANS, ALEX, SCHIED, CHRISTOPH, and KELLER, ALEXANDER. “Instant Neural Graphics Primitives with a Multiresolution Hash Encoding”. *ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH)*. Vol. 41. 4. 2022, 1–15 4.
- [MST*21] MILDENHALL, BEN, SRINIVASAN, PRATUL P., TANCİK, MATTHEW, et al. “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis”. *Communications of the ACM* 65.1 (2021), 99–106 4.
- [NMKW24] NAVANEET, K., MEIBODI, KOOSHK, KOIKE-AKINO, TOSHIKI, and WANG, YIBO. “Compact 3D Gaussian Splatting for Sparse View Rendering”. *arXiv preprint arXiv:2311.18159* (2024) 1, 3.
- [RNSZ24] RÖSSLE, BARBARA, NIESSNER, MATTHIAS, SEIDEL, HANS-PETER, and ZOLLHÖFER, MICHAEL. “Densification Strategies for 3D Gaussian Splatting”. *arXiv preprint arXiv:2401.17151* (2024) 3.
- [SGW*24] SHEN, LIYUE, GUAN, QIANG, WANG, JIARUI, et al. “SAX-NeRF: Learning X-Ray Volume Reconstruction via Statistical and Anatomical Coordinates”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2024 4.

- [WCLL23] WANG, GUANGCONG, CHEN, ZHAOXI, LOY, CHEN CHANGE, and LIU, ZIWEI. “SparseNeRF: Distilling Depth Ranking for Few-Shot Novel View Synthesis”. *arXiv preprint arXiv:2303.16196* (2023) 2, 3.
- [WRW*24] WU, ZIYI, REN, JIAWEI, WANG, XIAO, et al. “4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering”. *arXiv preprint arXiv:2310.08528* (2024) 1, 3.
- [WYD08] WANG, GE, YU, HENGYONG, and DE MAN, BRUNO. “An Outlook on X-Ray CT Research and Development”. *Medical Physics* 35.3 (2008), 1051–1064 1.
- [XLG*24] XU, LINNING, LI, JIAMING, GAO, JINGKAI, et al. “Grid-Guided Gaussian Splatting for Large-Scale Outdoor Scene Rendering”. *arXiv preprint arXiv:2403.11852* (2024) 1, 3.
- [XPW*25] XU, HAOFEI, PENG, SONGYOU, WANG, FANGJINHUA, et al. “DepthSplat: Connecting Gaussian Splatting and Depth”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2025 2, 3.
- [YCH*24] YU, ZEHAO, CHEN, ANPEI, HUANG, BINBIN, et al. “Mip-Splatting: Alias-free 3D Gaussian Splatting”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2024 1, 3.
- [YCZ*25] YU, WEIHAO, CAI, YUANHAO, ZHA, RUYI, et al. “X²-Gaussian: 4D Radiative Gaussian Splatting for Continuous-Time Tomographic Reconstruction”. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2025 2, 4.
- [YGG*24] YANG, ZEYU, GAO, BINGLIANG, ZHOU, YIBO, et al. “Deformable 3D Gaussian Splatting for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction”. *arXiv preprint arXiv:2309.13101* (2024) 1, 3.
- [YMS*25] YULUO, YIKUANG, MA, YUE, SHEN, KUANG, et al. “GR-Gaussian: Graph-Based Radiative Gaussian Splatting for Sparse-View CT Reconstruction”. *arXiv preprint arXiv:2508.02408* (2025) 2, 4.
- [YPW23] YANG, JIAWEI, PAVONE, MARCO, and WANG, YUE. “FreeNeRF: Improving Few-Shot Neural Rendering with Free Frequency Regularization”. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2023 2, 3.
- [ZFIJW24] ZHU, ZEHAO, FAN, ZHIWEN, JIANG, YIFAN, and WANG, ZHANGYANG. “FSGS: Real-Time Few-Shot View Synthesis Using Gaussian Splatting”. *European Conference on Computer Vision (ECCV)*. 2024 1–6.
- [ZLC*24] ZHA, RUYI, LIN, TAO JUN, CAI, YUANHAO, et al. “R²-Gaussian: Rectifying Radiative Gaussian Splatting for Tomographic Reconstruction”. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. 2024 2, 4, 6.
- [ZLY*24] ZHANG, JIAWEI, LI, JIAHE, YU, XIAOHAN, et al. “CoR-GS: Sparse-View 3D Gaussian Splatting via Co-Regularization”. *European Conference on Computer Vision (ECCV)*. 2024 1–4, 6.
- [ZZL*23] ZHA, RUNZHAO, ZHANG, HAOTIAN, LIU, MING, et al. “NeRF for Medical Imaging: A Survey”. *arXiv preprint arXiv:2307.00347* (2023) 4.