

[별표 1]

측정분석능력 및 운영관리 평가방법(제4조 관련)

1. 항목별 평가시 점수배점

별지 제1호서식의 분석능력 평가표, 별지 제2호서식의 운영관리 및 시료채취능력 평가표에 따른 각각의 항목별 평가 시 점수는 5단계(매우 좋음, 좋음, 보통, 불량, 매우 불량)로 구분하여 배정된 점수의 100%, 80%, 60%, 40%, 20%를 각 단계별로 부여한다.

2. 분석능력 평가요령(공통)

2.1. 전처리 전 준비사항

각 항목의 시약, 기구 등을 보유하고 있으며, 적정하게 유지관리를 하고 있는지의 여부 등을 각 항목에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.2. 전처리과정

각 항목별 전처리단계를 시험방법에 따라 올바르게 수행하고 있는지의 여부를 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.3. 기기분석과정

시험방법에서 제시하고 있는 기기조건을 만족하는지 여부를 각 항목에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.4. 결과처리과정

결과산정 과정과 산정 값이 정확히 맞는지의 여부와 제시된 크로마토그램이 올바르게 작성되었는지를 각 항목에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.5. 분석에 대한 이론적 지식(숙련도) 및 평가용 시료의 분석결과 값(폐기물분석전문기관에 한함)에 대한 평가

2.5.1. 분석과정 전반에 대한 이해도 및 문제해결 능력과 분석결과 값이 참값과 어느 정도의 오차범위인지 등을 각 항목에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.5.2. 별지 제1호서식의 분석능력 평가표 중 평가용시료 분석결과와 평가방법 및 점수는 환경분야 시험·검사등에 관한 법률 시행규칙 별표 11의2 제1호의 숙련도 시험 판정기준에 따른다.

2.5.3. 별지 제1호서식의 분석능력 평가표 중 평가용시료의 분석결과 점수는 환경분야 시험·검사등에 관한 법률 시행규칙 별표 11의2 제1호의 숙련도 시험 판정기준에 따른 기관 평가결과가 "적합"이면 "40점", 부적합이면 "0점"으로 한다.

2.6. 종합평가는 개별 평가팀원의 평가 점수를 합하여 전체를 산술평균하고, 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림한 점수를 최종 평점으로 하며 총점 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

3. 평가용 시료의 분석결과 오차율 평가요령

3.1 과학원장은 지정신청서가 적정하게 제출·보완되었을 경우, 폐기물관리법 시행규칙 제19조의2제3항에 따른 분석능력평가용 표준시료(이하 "평가시료")를 배부할 수 있다.

3.2 평가시험은 지정 신청 분야에 따라 나누어 할 수 있으며, 평가시료는 폐기물관리법 시행령 별표 5의 2에 따른 분석항목 중 3항목 이상에 대해 각 항목별로 3개 농도 범위 내에서 배부하고, 신청기관은 평가시료를 수령한 날로부터 20일 이내에 평가시료의 분석결과 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

다.

3.3 과학원장은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표11의2에 따라 평가시료의 시험 결과를 평가한다.

3.4 평가시험 결과에 신뢰성 확인이 필요하다고 인정되는 경우 별도의 근거자료를 신청기관에게 요청할 수 있다.

3.5 담당공무원은 신청기관의 평가시험 결과가 ‘부적합’ 일 경우 지정과정을 종료하고 신청기관에게 그 결과를 통보해야 한다.

4. 운영관리 평가요령(공통)

4.1. 현지확인 결과 적정성을 판단하여 별지 제2호서식의 운영관리 평가표의 각 항에 배정된 점수 이내로 평정을 부여하며, 총점이 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

4.2. 종합평가는 평가항목이 모두 적합한 경우에 최종 종합의견을 적합으로 표기한다.

5. 최종 평가요령(공통)

분석능력 평가항목과 운영관리 평가항목이 모두 적합한 경우에만 최종결과를 적합으로 판정한다.