

■ [별표 9]

정밀측정 장비 교정 대상 및 주기(제37조제2항 관련)

순번	교정대상 기기 명	교정주기	비 고
1	토크렌치	12개월	
2	전기, 전자 장비	12/24개월	
3	멀티메타	12개월	
4	기타 교정 장비	제작사에서 권고하는 교정주기	