

■ KOLAS 숙련도시험 운영요령 [별표 2]

시험소(자)간 비교시험/측정심사 운영절차(제6조 제1항 관련)

1. 방침

- 가. 「KOLAS 숙련도시험 운영요령」 별표 1의 제1호 ~ 제4호의 해당하는 숙련도시험 스킴이 없는 경우에 한하여 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 실시를 승인할 수 있다. 다만, 시험소(자)간 비교시험 신청 시 시험소간 비교시험을 우선으로 한다.
- 나. 교정분야는 「KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령」 제5조(숙련도시험 등) 제3항에 명시된 기관에서 자체규정에 따라 측정심사를 실시할 수 있다.

2. 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 신청 및 접수

- 가. 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 신청기관은 해당되는 다음의 내용이 포함된 별지 제1호 서식의 시험소(자)간 비교시험 및 측정심사신청서를 작성하여 인정기구에 제출한다.
 - 1) 신청기관의 명칭, 법인 및 사업장 소재지 주소
 - 2) 시험소(자)간 시험프로그램의 설계와 운영에 관여하는 주관자 및 기타 직원의 성명 및 연락처
 - 3) 신청기관의 인정분야 및 인정신청 예정 분야
 - 4) 해당분야 숙련도시험 스킴의 참가 실적 및 계획
 - 5) 인정기구의 장이 허용하는 숙련도시험 스킴의 검토 여부 및 해당되는 경우 불참 사유
 - 6) 비교시험 또는 측정심사 계획서
 - 가) 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사에 참여할 잠정적인 참가자 및 참가자 수
 - 나) 측정량 및 관련된 시험, 측정 또는 교정을 수행하기 위한 방법
 - 다) 품목(item)의 제작, 저장 및 배포요건
 - 라) 품목의 균질성, 안정성 평가 방법 및 결과
 - 마) 해당되는 경우, 설정값의 근원 또는 결정방법, 측정소급성 및 측정불확도
 - 바) 참가자의 수행도 평가 방법 및 기준
 - 사) 스킴 참가요강
 - 아) 결과보고서(양식)

- 7) 자체 개발한 시험방법인 경우, 시험방법의 유효성 검토자료
- 나. 제1호 나목 이외의 교정기관 측정심사 신청은 별지 제2호 서식의 교정기관 측정심사 신청서를 작성하여 인정기구에 제출한다.
- 다. 인정기구는 필요할 경우 가, 나항의 구비서류의 작성예시를 공고할 수 있다.

3. 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 계획 검토 및 승인통보

- 가. 인정기구는 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사가 접수되면, 신청사항의 적절성 검토 및 실시 승인 여부를 심의하기 위해 숙련도시험 기술위원회를 활용할 수 있다.
- 나. 인정기구는 계획 검토를 위한 신청스킴의 신청내용이 불충분할 경우, 승인을 위한 필요사항을 포함한 내용을 신청기관에 통보하여 보완하도록 요구한다. 다만, 다음의 사항 등으로 신청한 스킴이 적절하지 않은 경우 신청을 반려하거나 승인을 거부한다. 그 외 검토가 완료될 경우 승인공문을 통해 통보를 진행한다.
- 1) 별표 1의 제1호 ~ 제4호에 해당하는 기관 또는 기구에서 운영하는 숙련도시험 스킴에 참가가 가능한 경우
 - 2) 신청스킴이 KS Q ISO/IEC 17043을 충족하지 못하는 경우

4. 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 실시

- 가. 인정기구로부터 해당 스킴/프로그램의 실시승인 통보를 받은 신청기관은 KOLAS 공인숙련도운영기관(이하 '운영기관'이라 한다.)과 협의하여 시험소(자)간 비교 시험 또는 측정심사를 실시한다. 다만, 해당 스킴을 운영할 수 있는 운영기관이 없는 경우, 인정기구에서 숙련도시험 평가사로 하여금 입회평가를 실시하게 할 수 있으며, 입회평가에 대한 비용은 기관에서 부담한다.
- 나. 운영기관은 시험소(자)간 비교시험/측정심사, 교정기관 측정심사 운영을 위해 필요한 절차를 문서화해야 한다.
- 다. 운영기관은 측정심사, 시험자간 비교시험을 실시할 때 입회평가를 원칙으로 하며, 시험소간 비교시험의 경우에도 운영상 필요하다고 판단되어지는 경우에는 입회평가를 실시할 수 있다.

5. 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 결과보고서 작성 및 수행도 검토

가. 운영기관은 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사의 실시 결과를 통계적 방법에 의거 분석하고, 결과보고서를 작성한다. 결과보고서에는 최소한 다음 사항을 포함하고 있어야 한다.

- 1) 참가기관의 결과보고서 등 단위사용의 적합성
- 2) 원시 데이터(Raw data), 결과보고서 등 데이터작성 및 처리의 적합성
- 3) 불확도 추정 보고서 등 불확도 평가 및 표현방법의 적합성
- 4) 측정결과의 적합성(E_n 값 등)
- 5) 종합의견

나. 운영기관은 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사를 실시 후 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 결과 보고서를 작성하여 신청기관(참가기관 포함)에게 통보하고 최종결과는 인정정보통합시스템에 등록하여야 한다. 신청기관 및 참가기관의 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사 결과가 불만족으로 판정된 경우, 해당 신청기관 및 참가기관의 참가실적은 인정되지 아니한다.

다. 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사를 실시한 이후 신청기관(참가기관 포함)은 운영기관으로부터 통보받은 결과보고서를 해당 기관의 인정기구 평가(정기검사 포함) 시 제출하여야 한다.

라. 운영기관이 시험소(자)간 비교시험 또는 측정심사를 실시한 결과에 대한 평가의 적절성은 해당 운영기관의 인정기구 평가(정기검사 포함) 시 평가한다.

6. 기밀유지

가. 참가기관이 제출하는 모든 정보는 기밀로 취급되어야 한다. 다만, 이 정보는 평가사 및 위원회가 이용할 수 있어야 한다.

나. 필요시 인정기구는 참가기관의 명단을 밝히지 않고 시험결과를 활용하거나 공개할 수 있다.

다. 참가기관 그룹은 개선을 위한 논의 및 상호 지원의 목적으로 그룹 내에서 기밀유지의 포기를 선택할 수 있다.