

환경측정기기 검사기관 사후관리 점검표

○ 검사기관 현황

검 사 기 관		대 표 자	
소 재 지		점 검 일 자	
지 정 번 호		지 정 일 자	

○ 점검분야

구 분	분 야
☐ 간이측정기 성능인증	☐ 대기 ☐ 수질 ☐ 소음 ☐ 먹는물 ☐ 실내공기질
☐ 정도검사	☐ 자동차 ☐ 대기 ☐ 수질 ☐ 소음·진동 ☐ 토양 ☐ 먹는물 ☐ 실내공기질
☐ 검정	※세부 분야 없음

의견 :

○ 조사반 : 조사반장 _____ (서명)

조사반원 _____ (서명) _____ (서명) _____ (서명) _____ (서명)

조사반원 _____ (서명) _____ (서명) _____ (서명) _____ (서명)

조사반원 _____ (서명) _____ (서명) _____ (서명) _____ (서명)

○ 점검표 사본 수령자 : 직책

성명 _____ (인)(우편발송일 : _____)

정도검사 (자동차분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 운행차배출가스 측정기 - 기술직 6명(그 중 3명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 제작차배출가스 측정기 - 기술직 6명(그 중 3명은 기능직으로 대체할 수 있다) 3) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 4) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 5) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 6) 명의 대여 여부 7) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 관독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관	

의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 2. 정도검사 검사기관의 경우 가. 자동차 분야 (1)운행차 배출가스측정기 및 (2) 제작차 배출가스측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

정도검사 (대기분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 대기배출가스(이산화황·질소산화물·일산화탄소·탄화수소 및 산소)측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 굴뚝배출가스(이산화황·질소산화물·염화수소·불화수소·암모니아·일산화탄소·이산화탄소·메탄·산소 및 먼지) 자동측정기·유속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 3) 대기(이산화황·일산화탄소·질소산화물·오존, 미세먼지 및 초미세먼지) 연속자동측정기 및 대기질(미세먼지 및 초미세먼지)시료채취장치 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 4) 굴뚝시료채취장치 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 5) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 6) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 7) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 8) 명의 대여 여부 9) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부	

7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적절성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 2. 정도검사 검사기관의 경우 나. 대기분야 (1)대기배출가스(이산화황·질소산화물·일산화탄소·총탄화수소 및 산소)측정기, (2) 굴뚝배출가스(이산화황·질소산화물·염화수소·불화수소·암모니아·일산화탄소·이산화탄소·메탄·산소 및 먼지) 자동측정기·유속자동측정기, (3) 대기연속자동(이산화황·일산화탄소·질소산화물·오존 및 먼지) 측정기 및 (4) 굴뚝시료채취장치의 시설 및 장비'와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

정도검사 (수질분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 용존산소 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 화학적 산소요구량 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 3) 생물화학적 산소요구량 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 4) 총질소 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 5) 총인 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 6) 총유기탄소 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 7) 수소이온농도 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 8) 부유물질 연속자동측정기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 9) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 10) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 11) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 12) 명의 대여 여부 13) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유	

4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적절성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 2. 정도검사 검사기관의 경우다. 수질분야 (1) 용존산소 연속자동측정기, (2) 화학적산소요구량 연속자동측정기, (3) 생물화학적산소요구량 연속자동 측정기, (4) 총질소 연속자동측정기, (5) 총인 연속자동측정기, (6) 총유기탄소 연속자동측정기,(7) 수소이온농도 연속자동측정기 및 (8) 부유물질량 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

정도검사 (소음 · 진동분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 소음계 -기술직 2인 2) 진동레벨계 -기술직 2인 3) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 4) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 5) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 6) 명의 대여 여부 7) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검 · 교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설 · 장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토 · 승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유	

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 2. 정도검사 검사기관의 경우 라. 소음·진동분야 (1) 소음계, (2) 진동레벨계의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

정도검사 (토양분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 저장시설 누출측정기기 - 기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 3) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 4) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 5) 명의 대여 여부 6) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검 · 교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설 · 장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토 · 승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 2. 정도검사 검사기관의 경우 마.	

토양분야 (1) 저장시설 누출측정기기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사 기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

정도검사 (먹는물분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 탁도 연속자동측정기 - 기술직 3명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 잔류염소 연속자동측정기 - 기술직 3명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 3) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 4) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 5) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 6) 명의 대여 여부 7) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검 · 교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설 · 장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토 · 승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유	

환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 2. 정도검사 검사기관의 경우 바. 먹는물분야 (1) 탁도연속자동측정기, (2)잔류염소 연속자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사 기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

정도검사 (실내공기질분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 실내공간오염물질(포름알데히드·미세먼지·휘발성유기화합물·석면, 총 부유세균 및 부유곰팡이)시료채취장치 - 기술직 4명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 실내공간오염물질(미세먼지·초미세먼지·일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소 및 라돈)자동측정기 - 기술직 4명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 3) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 4) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 5) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 6) 명의 대여 여부 7) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	

4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 2. 정도검사 검사기관의 경우 사. 실내공기질분야 (1) 실내공간오염물질(포름알데히드·미세먼지·휘발성유기화합물·석면 및 총부유세균)시료채취장치, (2)실내공간오염물질(포름알데히드·미세먼지·일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소 및 라돈) 자동측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

간이측정기 성능인증 (대기분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 대기 분야(이산화질소, 일산화탄소 및 오존) 간이측정기 - 기술직 3명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 3) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 4) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 5) 명의 대여 여부 6) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 1. 간이측정기 성능인증 검사기관의	

경우 가. 대기 분야(이산화질소, 일산화탄소 및 오존) 간이측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사 기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

간이측정기 성능인증 [수질분야]

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 수질 분야(용존산소 및 수소이온농도) 간이측정기 - 기술직 3명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 3) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 4) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 5) 명의 대여 여부 6) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 1. 간이측정기 성능인증 검사기관	

의 경우 나. 수질 분야(용존산소 및 수소이온농도) 간이측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사 기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

간이측정기 성능인증 (소음분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 소음 분야 간이측정기 - 기술직 2명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 3) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 4) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 5) 명의 대여 여부 6) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 1. 간이측정기 성능인증 검사기관	

의 경우 다. 소음 분야 간이측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사 기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

간이측정기 성능인증 (먹는물분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 먹는물 분야(탁도 및 잔류염소) 간이측정기 - 기술직 3명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 3) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 4) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 5) 명의 대여 여부 6) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 1. 간이측정기 성능인증 검사기관의	

경우 라. 먹는물 분야(탁도 및 잔류염소) 간이측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사 기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

간이측정기 성능인증 (실내공기질분야)

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 실내공기질 분야(이산화탄소 및 라돈) 간이측정기 - 기술직 3명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 3) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 4) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 5) 명의 대여 여부 6) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도) 10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 법률에 지정된 장비의 보유 환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기 검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 1. 간이측정기 성능인증 검사기관의	

경우 마. 실내공기질 분야(이산화탄소 및 라돈) 간이측정기의 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 지정 장비의 정상 가동(장비중간점검 기록서 등) 3) 장비별 장비관리서류 작성 및 보관 4) 장비의 교정성적서 및 정도검사 성적서 보유 5) 자체 관리장비의 점검사항 및 점검표 보유	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사 기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	

검정

평 가 항 목	위반행위
1. 인력에 관한 사항 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 시행규칙 별표 6에 따른 기술인력보유 및 자격조건의 적절성 1) 측정기기 교정가스 - 기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 2) 측정기기 교정액 - 기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 3) 매연측정기 교정용 표준지 - 기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 4) 매연측정기 교정용 표준필터 - 기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 5) 매연포집용 여과지 - 기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다) 6) 전문지식을 갖춘 상근직원 확보 7) 직원 교육계획의 적절성 및 교육기록의 명확성 8) 직원 직무기술서 및 경력사항 등 기록보유 9) 명의 대여 여부 10) 환경측정기기 검사기관 대표자 및 임원의 적절성	
2. 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 1) 검사 기관의 업무범위 및 지정조건 준수 여부 2) 모든 검사자료는 BACK DATA가 첨부되어 있어야 하며, 허위검사 및 허위기록 여부 3) 검사업무의 정해진 기술요원 실시여부 및 기술요원 변동시 보고 여부 4) 처리기간의 준수여부 5) 기타 성적서 기재사항 6) 지정을 받은 후 2년 이내에 업무를 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 업무실적이 없는 경우 7) 성적서 허위작성 여부 8) 업무정지기간 중 업무 처리 여부	
3. 문서 및 기록관리 등에 관한 사항 1) 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 2) 검·교정대상 시설 및 장비의 시험성적서 3) 시설·장비 유지관리 자료, 매뉴얼, 절차서, 지침서 보유 4) 문서 발행 시 책임자의 검토·승인 적절성 5) 자료보존수단(출력물, 하드카피, 전자매체 등)의 적절성 6) 자료보존기간 준수 - 검사결과 기록 2년간 보존여부 7) 문서내용 수정방법 준수 8) 시험·검사 성적서 발행의 적정성 9) 기록의 판독성(읽기 쉬운 정도)	

10) 수수료, 행정처리 및 이의제기 절차 등 관련 자료를 홈페이지 공개 여부 11) 과학원장의 출입·검사 및 자료제출 요구 등을 거부·방해 또는 기피한 경우	
4. 기준 장비 1) 측정기기 교정가스 환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 3. 검정 검사기관의 경우 가. 측정기기 교정가스 ‘시설 및 장비’와 같음 2) 측정기기 교정액 환경분야 시험·검사등에 관한법률 시행규칙 별표6 환경측정기기검사기관의 기술능력·시설 및 장비의 세부기준 중 3. 검정 검사기관의 경우 나. 측정기기 교정액 ‘시설 및 장비’와 같음 3) 매연측정기 교정용 표준지·표준필터 및 매연포집용 여과지	
5. 시험/검사 1) 시험기준과 방법에 의한 검사 여부 2) 발급된 성적서 양식의 적절성 3) 등록된 기술인력의 성적서 서명 4) 표준시약의 유효기간 준수 여부 5) 정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관의 시험·검사 여부	
6. 시험/검사 결과 1) 적절한 결과 보고 절차 2) 시험/검사성적서의 내용의 적절성 3) 시험결과 증빙자료 보관(기록지, 사진 등) 4) 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성 5) 결과표기의 적절성 (시험방법에서 요구된 단위표기)	