

농산물 검사용 기기의 취급 및 관리요령

1. 일반사항

- (1) 농산물 검사 기계기구와 물품은 안전관리 및 이용 효율화를 위하여 감정실(또는 분석실)을 두고 집중관리를 하여야 한다. 다만, 청사시설 여건상 감정실(또는 분석실) 사용이 어려운 경우에는 관리책임자의 판단에 따라 별도 장소를 지정·운영할 수 있다.
- (2) 검사용 기기의 성능은 항상 정상적인 상태로 유지하여야 하며, 이상이 생겼을 때는 지체없이 정상화 조치를 강구하고 화재, 도난, 파손 등의 사고와 낭비가 없도록 관리에 철저를 기하여야 한다.

2. 관리책임자 지정

- (1) 농관원 본원(이하 "본원"이라 한다), 농관원 지원(이하 "지원"이라 한다) 및 사무소장은 관리책임자 정·부를 지정·관리하여야 한다.
- (2) 각종 시험·조사업무를 수행하기 위하여 기기 및 시약을 사용하고자할 때에는 감정실(또는 분석실) 관리책임자의 동의를 얻어야 한다.

3. 수분측정기 취급 및 관리요령

- (1) 수분측정기의 사용자는 수분측정기의 조작방법을 준수하여 고장품이 발생하지 않도록 하여야 한다.
- (2) 수분측정기는 임의로 분해하여 조작해서는 안된다.
- (3) 수분측정기의 시료접시는 임의로 교체하여서는 아니되며, 파손 등으로 부득이 교체할 때에는 105℃건조법과 같은 측정치를 얻을 수 있는 것으로 한다.
- (4) 수분측정기 본체와 건전지는 분리하여 별도 보관하여야 한다.
- (5) 고장품은 물품분임관리관 또는 물품운용관 책임 하에 수리하여 사용에 지장이 없도록 하여야 한다.
- (6) 수분측정 후 청소할 때에는 브러시나 마른 헝겊을 사용하여 청결을 유지하고, 세제나 젖은 헝겊 등으로 닦지 않아야 한다.
- (7) 수분측정기의 재교정은 다음과 같이 실시한다.
 - (가) 재교정 시기

재교정 작업은 본원, 지원 및 사무소별로 실시하고 초기교정 이후 교정주기(2년)가 만료되기 전에 실시한다. 다만, 105℃ 기준치와의 차이가 있어 교정이 필요하다고 판단되는 수분측정기에 대해서는 당해 기관장이 「국가

표준기본법」 제14조(국가교정제도의 확립)에 따라 교정을 실시할 수 있다.

(나) 재교정 방법

- ① 재교정은 「계량에 관한 법률」 제39조(측정기기의 교정) 및 제40조(측정기기의 자율교정)에 따라 교정주기(2년)가 만료되기 전에 국가교정기관에 의뢰하여 실시하고, 교정 및 재교정의 기준, 절차, 수수료 등은 「측정기기의 교정 및 재교정에 관한 기준(산업통상자원부고시)」을 따른다.
- ② 국가교정기관은 교정한 측정기기에 대해서는 「측정기기의 교정 및 재교정에 관한 기준(산업통상자원부고시)」에 따라 교정성적서를 발행하고 교정필증을 부착하여야 한다.
- ③ 재교정 작업 실시결과는 수분측정기 재교정 결과 관리대장(별지 제14호 서식)에 기록하여야 한다. 다만, 업무처리통합시스템으로 관리가 가능한 경우 관리대장 작성을 생략할 수 있다.

4. 검사용 표준체 취급 및 관리요령

(1) 체의 표시

체에는 다음 사항을 기재한 명판을 틀에 붙인다.

(가) 그물체(금속망 체) : 체눈의 크기, 금속선의 지름, 호수

(나) 판체 : 체눈의 크기, 체줄의 폭, 둥근눈의 중심거리, 판의 두께, 호수

(다) 제작 회사명 및 제작 년월일

(라) 사용기관 명칭

(2) 체눈크기 검정

(가) 그물체(금속망 체) : KSA 5101-1(기술표준원 고시)의 금속망 체 시험 및 검사방법에 따른다.

(나) 둥근눈의 판체(금속판 체) : KSA 5101-2(기술표준원 고시)의 금속판 체 시험 및 검사방법에 따른다.

(다) 세로눈의 판체 : 체 전체에서 임의로 체눈 10개 이상을 선정하여 체눈의 크기를 측정한다.(눈과 눈 사이도 10개소 이상을 선정하여 거리를 측정한다)

(라) 세로줄의 판체 : 체 전체에서 임의로 체줄 10개 이상을 선정하여 세로줄의 폭을 측정한다.

5. 기타 기기 취급방법

- (1) 기기 종류별로 사용이 편리하도록 보관한다.

(2) 사용 후에는 반드시 청결하게 하여 보관하여야 한다.

(3) 고장품 등은 즉시 수리하여 사용에 지장이 없도록 하여야 한다.