

발아율 시험 시 허용오차

1. 100립으로 4반복의 발아시험에서의 반복 간 최대허용범위(2.5%유의수준에서의 이원검정)

최대 허용범위를 찾기 위해서는 4반복의 평균 발아율을 정수까지 반올림하여 구하되 필요하다면 발아상 내에서 가장 인접한 50립 또는 25립으로 세분된 반복들을 모아 100립 1반복으로 재구성할 수도 있다.

평균발아율		허용범위	평균발아율		허용범위
1	2	3	1	2	3
99	2	5	87-88	13-14	13
98	3	6	84-86	15-17	14
97	4	7	81-83	18-20	15
96	5	8	78-80	21-23	16
95	6	9	73-77	24-28	17
93-94	7-8	10	67-72	29-34	18
91-92	9-10	11	56-66	35-45	19
89-90	11-12	12	51-55	46-50	20

2. 400립에 대하여 동일하거나 상이한 실험실에서 검사가 이루어졌을 때 동일하거나 상이한 제출시료에 대한 발아검사 허용범위(2.5%유의수준에서의 이원검정)

이 표는 동일하거나 상이한 실험실에서 동일하거나 상이한 제출시료를 가지고 검사가 이루어졌을 때 정상묘, 비정상묘, 죽은 종자, 경실종자 및 이들의 여하한 조합의 백분율에 대한 허용범위를 나타낸다.

두 개의 검사가 양립할 수 있는 것인 지의 여부를 알기 위해서는 두 검사의 평균을 정수로 반올림하여 산출하고 제1항 또는 2항에 대입한다.

두 검사결과 간의 차이가 3항의 허용범위를 넘지 않으면 이들 결과는 양립할 수 있는 것으로 한다.

평균발아율		허용범위	평균발아율		허용범위
1	2	3	1	2	3
98-99	2-3	2	77-84	17-24	6
95-97	4-6	3	60-76	25-41	7
91-94	7-10	4	51-59	42-50	8
85-90	11-16	5			

<예시>

- 100립 4반복의 발아율 검정결과가 85,90,85,80%이고, 평균 발아율이 85%일 경우에 반복간 오차(최대치-최소치)는 10%(90-80=10)인데 최대 허용오차는 14%이므로 신뢰성이 있는 검정결과이다.
- 100립 4반복의 발아율 검정결과가 85,95,85,75%이고, 평균 발아율이 85%일

경우에 반복간 오차(최대치-최소치)는 $20\%(95-75=20)$ 인데 최대 허용오차는 14%이기 때문에 신뢰성이 없는 검정결과이므로 재검정을 하여야 한다.