

[별표5]

검사요원 및 시설기준

구 분	기 준		
검사요원	• 정원기준		
	평균 검사인원 (3년간)	검사요원 정원	
		책임검사관 또는 선임검사관	검사관
	8,000명 이하	1명	1명
	8,001~20,000명	1명	2~3명
	20,001명 이상	10,000명당 검사요원 1명 추가	
	※ 검사요원 정원은 평균 검사인원의 20% 범위 내에서 조정 가능		
검사시설	상설시험장	• 기기검사장 : 50㎡ 이상 • 필기검사장 : 50㎡ 이상 • 대 기 실 : 17㎡ 이상	
	총장시험장	• 기기검사장 : 기기 1대당 2㎡ 이상 • 대 기 실 : 17㎡ 이상 * 검사기기로 필기검사 시행 조건	
	이동검사 버스	• 버스 내부에 검사기기(15대 이하)를 설치하여 지역간 이동·검사	
검사기기	• 별표1의 검사를 할 수 있는 검사기기 1대 이상 – 신규검사(자격유지검사) : 일체형 검사기기 – 특별검사 : 모의운전형검사기, 야간시력검사기, 동체 시력검사기		

주) 1. 과거 3년간 평균 수검인원이 5,000명 이하인 검사장은 책임검사관 또는 선임
검사관 1명 이상으로 할 수 있다.

2. 필기형검사를 검사기기(모의운전형검사기 및 일체형검사기)로 시행하는 경우,

필기검사장은 제외한다.