

검사실 표준 환경조건 및 기준(제2조 관련)

분 류	표준 환경조건 및 기준		비 고
물리시험 검사실	환경조건	20±2℃, 66±5% RH	· KS F 2201(목재의 시험 방법 통칙)에 따른 표준 상태 환경조건 기준
	검사실 필수설비 및 장비	항온항습설비, 환기시설, (별표 1)의 품목별 품질시험 기 및 분석장비	· 폐기물 별도 보관·처리 · 실대재시험 등 일부품목 별도장소에서 실시가능 · 천칭실 별도구획 분리
화학시험 검사실	환경조건	20±2℃, 66±5% RH	· KS F 2201(목재의 시험 방법 통칙)에 따른 표준 상태 환경조건 기준
	검사실 필수설비 및 장비	항온항습설비, 흡후드, 화재 안전시설, 환기시설, (별표 1)의 품목별 품질시험 기 및 분석장비	· 전처리실, 기기분석실, 폼알데하이드방출량 분 석실 분리 · 폐기물 별도 보관·처리

* 비고 : 검사실의 표준 환경조건 및 기준을 충족하지 않더라도 해당 목재제품의 특성, 현장여건 및 규모 등을 감안하여 그 사유를 소명하고 평가단이 평가에 지장이 없다고 인정하는 경우 점수 부여