

[별표 2]

관측 기기의 정확도 및 설치위치(제12조제2항 관련)

측정항목	기기의 기동값	정확도	설치 위치
풍향	$U^{(1)} \leq 0.5 \text{ m/s}$	$\pm 5^\circ$	지상 10m 및 방출고도 ⁽²⁾
풍속	$U^{(1)} \leq 0.5 \text{ m/s}$	0.2 m/s ($U^{(1)} < 4\text{m/s}$) 5% ($U^{(1)} \geq 4\text{m/s}$)	지상 10m 및 방출고도 ⁽²⁾
기온	-	$\pm 0.5^\circ\text{C}$, $\Delta T^{(3)} : \pm 0.1^\circ\text{C}$	지상 1.5m, ΔT 의 경우 지상10m 및 방출고도 ⁽²⁾
강수량	0.5mm	$\pm 10\%$	노장
습도	-	$\pm 4\%$	지상 1.5m

(주) 1. U는 풍속을 나타낸다.

2. 송전탑형식의 기상탑일 경우에는 주풍향 방향으로 송전탑에 의한 영향을 받지 않을 정도 길이의 기기설치대를 설치하여 그 끝에 풍향·풍속계와 온도계를 설치하여야 한다.

3. ΔT 는 지상 10m와 방출고도(또는 60m)의 연직기온차를 나타낸다.