

【별지 제2호 서식】 공통규격서(예문)

순 위	품 명	단위	수량
1	관절내시경	SET	3

1. 특 징

가. 고해상도의 1/4"CCD 또는 1/3"CCD 센서(Sensor)로 만들어진 HD 3-CHIP 카메라는 최상의 선명한 영상을 전달해야 한다.

2. 사 양

가. 고화질(High Deginition) 비디오 카메라 시스템

- 1) 영상장치 : 1/4" 3CCD 센서 또는 1/3" 3CCD 센서
- 2) 해상도 : 1,920×1,080 또는 1280×1024 또는 1,920×1,080i

3. 구 성 (각 세트 당)

가. Camera System

- 1) 3CCD Digital HD Camera Controller 1ea
- 2) Power Cord 220V 1ea

4. 특수조건

가. 무상보증기간 : 장비설치 / 성능 시험 후 3년

- 1) 무상보증기간 만료 3개월전에 납품된 장비에 대해, 해당 부대 정비관 입회하에 종합적인 장비점검(기능, 정밀조정, 정도관리 등)을 실시하여 상태를 양호하게