

【별지 제3호 서식】 국방부 확대심의 장비별 심의의결서(예문)

가 스 크 로 마 토 그 래 피 질 량 분 석 기

용도 : 잔류농약 분석 장비로 질량을 이용한 측정장비

계획단가(천원) : 134,000

계획수량 : 2대

계획금액(천원) : 268,000

구 분		군 사 요 구 도 (기존 규격)	참고 대상 장비(수요군 전문심의 결과)		공통사양서 작성결과	수요군 최종안 (업체설명회 결과)
모 델			5975C	Clarus 680C Mass		
제 조 국 / 제조회사			미국 / Agilent	미국 / 퍼킨엘마		
대 리 점			영인과학	퍼킨엘마코리아		
견적가 (천원)			133,250	134,000		
주 요 원 및 성 능	압력조정단위	0.001psi 또는 0.1psi	0.001psi	0.1psi	0.001psi 또는 0.1psi	0.001psi 또는 0.1psi
	스캔속도	12,500amu/sec	12,500amu/sec	12,500amu/sec	12,500amu/sec	12,500amu/sec
	감도	1pg OFN 400:1 또는 1pg OFN 180:1	1pg OFN 400:1	1pg OFN 180:1	1pg OFN 400:1 또는 1pg OFN 180:1	1pg OFN 400:1 또는 1pg OFN 180:1
	이온화에너지	5~241.5eV 또는 10~100eV	5~241.5eV	10~100eV	5~241.5eV 또는 10~100eV	5~241.5eV 또는 10~100eV
	이온소스온도	106~350℃ 또는 350℃	106~350℃	350℃	106~350℃ 또는 350℃	106~350℃ 또는 350℃
종 합 군 수 지 원	보급 / 정비	현행체계이용	현행체계이용	현행체계이용	현행체계이용	현행체계이용
	시 설	현시설 이용	현시설 이용	현시설 이용	현시설 이용	현시설 이용
	운 영 요 원	장비도입시 교육	장비도입시 교육	장비도입시 교육	장비도입시 교육	장비도입시 교육
주요 필수 구성품						
특수조건 및 요구사항		3년간A/S 운용/정비교범4권	3년간A/S 운용/정비교범4권	3년간A/S 운용/정비교범4권	3년간A/S 운용/정비교범4권	3년간A/S 운용/정비교범4권
수요군 선정 결과			적 합	적 합		
정수 부대		식검대, 식검반		정수/보유	8 / 7	보급예정 부대 노후교체 : 5식검대 정수보충 : 3식검대
심의 결과						

★ 심 의 위 원

소 속 :

직(계)급 :

성 명 :

서 명 :