

장비별 불용 결정 판단서(양식)

1. 장비내역

소속부대	장비명	등록번호	일련번호	수량	폐관정부대
17사단 의무대	위내시경	S 02902	1910118	1	3의무보급정비대대
재고번호	6515-37A078715		보급일자	'94. 5.	

2. 판단 근거자료

가. 과거 정비내역

일자	정비내역	교환품목	정비가격	정비부대
'98. 8. 10	Power 불량	배터리 교환	50,000원	3의무보급정비대대
'05 8. 30.	모니터 불량	모니터 교환 (외주정비)	500,000원	3의무보급정비대대 (외주정비)

나. 기술검사 결과(정비비 : 3, 4계단 정비 범위내 수리부속비)

순 위	품 명	재고번호	수 량	금 액(원)	기술검사 결과
계				900,000	기술검사 결과 불용결정 요망
1	Control	6515-EF-3150	1	70,000	교환요망(구입불가)
2	캠 버	N	1	580,000	노 후 화
3	보 디	N	1	150,000	마모로 사용제한
4	키보드	N	1	100,000	교환요망

※ 기술검사 결과란에 검사내용 및 최종상태와 검사관 의견 기록(자세히)

신품가격(원)	신품평균 수명(년)	사용기간(년)	정비후 잔여수명(년)	장부가격(원)	처리방법
1,374,338	8	12	1	1,000,000	원형매각 또는 폐처리

3. 판단 결과

정비후 활용가치(171,792원) < 정비비(900,000원) ⇒ 불용결정

※ 처리방법 판단 사유 :

4. 작성일자 : 2000 . . .

검사관	소속	의보정대대 정비관	계급	○ ○	성명	○○○	(서명,인)
확인관	소속	의보정대대정비반장(지통과장)	계급	○ ○	성명	○○○	(서명,인)
승인관	소속	의보정대대대장	계급	○ ○	성명	○○○	(서명,인)