[별표 8]

의약외품 품목별 시험항목(제30조제3항제6호 관련)

I. 약사법 제2조제7호 가목 및 가목 유사품목

품목	시 험 항 목
생리대, 산모패드	성상(이물 포함), 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도
탐폰	성상, 순도, 흡수속도, 흡수량, 탈락물질, 강도, 에틸렌옥시드(EO) 가스 잔류량
생리컵	성상, 형상, 용량, 접합부 인장강도, 내구성, 누수, 용출물
수술용 마스크	성상, 형상, 순도, 강도, 액체저항성
비말차단용 마스크	성상, 형상, 순도, 액체저항성
보건용 마스크	성상, 형상, 순도, 고정용 끈 접합부의 인장강도, 안면부흡기저항, 분진포집효율
안대	성상, 형상, 순도, 페놀, 생균수
붕대	성상, 형상, 순도, 회분, 무균[주2)]
탄력붕대	성상, 형상, 탄력도, 인장강도
석고붕대	성상, 형상, 확인, 물침투력, 고결시험, 함량
원통형 탄력붕대 (스터키넷)	성상, 형상, 파열강도, 신장률
거즈	성상, 형상, 순도, 회분, 확인[주1)], 합성수지 순도[주1)], 재봉[주1)], 조영제[주1)], 무균[주2)]
탈지면	성상, 순도, 회분, 흡수량, 무균[주2)]
반창고	성상, 형상, 인장강도, 점착력, 확인[주1)], 순도[주1)], 용출[주1)], 흡수력[주1)], 방수력[주1)], 무균[주2)]
환부의 삼출물등의 흡수를 목적으로 사용되는 비접착성 물품	성상, 형상, 인장강도, 흡수력, 순도[주1)], 용출[주1)], 무균[주2)]
멸균면봉	성상, 순도, 회분, 질량, 무균
멸균장갑	성상, 형상, 인장강도, 누수, 무균
구강청결용 물휴지	성상, 형상, 질량·용량, pH, 순도, 무균[주2)]

주 1) 필요한 경우 설정한다.
2) 멸균제제에 한하여 설정한다.

Ⅱ. 약사법 제2조제7호 나목 및 나목 유사품목

품목		시 험 항 목
구중 청량제	정제	성상, 확인, 함량, 붕해, 제제균일성
	액제	성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH, 미생물한도
액취방지제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH[주1)]
땀띠·짓무름용제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH[주1)], 입도[주1)], 미생물한도[주1)], 순도[주1)]
치약제	페이스트제, 겔제	성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH
	액제	성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH, 미생물한도
	산제	성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH, 입도
	정제	성상, 확인, 함량, 제제균일성, 붕해
기피제[주2)]		성상, 확인, 함량, 질량·용량[주1)], pH[주1)]
콘택트렌즈관리용품		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH, 미생물한도[주3)]
흡연욕구저하제·흡연습관개선보조제[주4)]		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH, 순도
외용소독제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH, 미생물한도[주1)], 형상[주1)]
외피용 연고제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, 미생물한도, 순도[주1)]
카타플라스마제		성상, 확인, 함량, 점착력, 형상
외용 스프레이파스[주2)]		성상, 확인, 함량
내복용 제제		성상, 확인, 함량, 제제균일성 또는 질량·용량, pH[주1)], 미생물한도[주1)], 붕해[주1)], 보존제[주1)]
치아근관소독제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, 미생물한도, pH[주1)]
유·소아 손빨기 방지제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, 미생물한도, pH[주1)]
코골이방지제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, 미생물한도, pH[주1)]
치아미백제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH[주1)], 방출[주1)], 형상[주1)]
의치 등의 세정제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH[주1)], 미생물한도[주1)], 붕해[주1)]
치태염색제		성상, 확인, 함량, 질량·용량, pH[주1)], 미생물한도[주1)]
치아매니큐어		성상, 확인, 함량, 질량·용량, 경화시간, 유지율, 제거용이성, 미생물한도
휴대용산소·공기[주2)]		성상, 확인, 함량, 순도

주 1) 필요한 경우 설정한다.

2) 에어로솔제의 경우 「의약외품에 관한 기준 및 시험방법(KQC)」 에어로솔제시험법에 따른 내용량시험, 내용압력시험, 안정성시험을 설정한다. 단 휴대용산소 및 휴대용공기제제는 내용압력시험과 안정성시험을 설정한다.

3) 멸균제제인 경우 미생물한도시험 대신 무균시험을 설정한다.

4) 주성분으로 생약(추출물 포함) 등이 포함된 경우 필요에 따라 중금속, 미생물한도시험을 추가하며, 전자식 제제인 경우 전기장치 등에 대하여 전기·기계적 안전 및 성능에 관한 시험을 추가한다.