

【별지 2호 서식】 자동심장충격기 점검 대장

조사현장책임자	수중발굴과장

자동심장충격기 점검 대장		
점검일	년 월 일	
설치장소		
점검자	(서명)	
연 번	점검항목	점검결 과
1	관리운영자 지정 여부	
2	자동심장충격기 위치안내표시 여부	
3	비상연락망 표시 여부	
4	본체 및 패치 등 부속물 구비 여부	
5	본체 및 배터리 등 부속물 24시간 상시 사용 가능 상태	
6	본체 및 부속물 청결 및 손상상태	
7	도난경보장치 작동 여부	
8	보관함 상태	
9	보관함 각종 문구상태	
10	관리서류 작성 및 비치 여부	
특이사항		

* 상기내용은 최소기준으로 항목을 추가하여 점검 가능(점검 주기는 매월)