

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병의 세척방법

- 가. 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척해야 한다.
- 나. 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

- 가. 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성질·상태별로 분리수거한다.
- 나. 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의해야 한다.
- 다. 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.
- 라. 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

연구실안전관리담당자는 연구실에서 배출되는 시약병에 대해 세척검사를 실시한 후, 지정장소의 분리수거함에 보관해야 한다.

4. 폐기물의 처리

연구실안전관리담당자는 연구활동종사자의 의뢰를 받아 수시로 폐기물처리 업체에 위탁처리해야 한다.

5. 처리상의 일반적 기준

- 가. 재활용 가능 품목은 분리해 배출한다.
- 나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- 다. 실험할 때 발생한 폐기물은 연구실안전관리담당자의 책임 아래 실험종료 후 반드시 처리해 방치되는 일이 없도록 한다.

라. 연구활동종사자는 폐액 보관통을 주기적으로 확인하고, 연구실안전관리 담당자에게 처리 요청한다.

6. 수집 운반상의 일반적 주의사항

가. 화학폐기물 수집 용기는 운반 및 용량 측정이 용이한 플라스틱 용기를 사용해야 한다.

나. 유해물질의 폐기물을 수집할 때는 폐산, 폐알칼리, 폐유기용제(할로겐족, 비할로겐족), 폐유, 의료폐기물 등 종류별로 구분하여 수집해야 한다.

다. 수집한 유해물질의 폐기물 용기는 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳을 폐기물 보관 장소로 지정해 보관해야 하며 복도, 계단 등에 방치해서는 안된다.

라. 유해물질의 폐기물 취급 및 보관 장소에는 금연, 화기취급엄금 표지와 폐기물 보관수칙을 갖추어 놓아야 한다.

마. 수집·보관된 유해물질 폐기물 용기는 폐액의 유출이나 악취가 발생되지 않도록 이중 마개로 닫는 등 필요한 조치를 해야 한다.

바. 수집된 폐기물을 운반할 때는 손수레와 같은 안전한 운반구 등을 이용해 운반한다.

사. 방사성 물질을 함유한 폐기물은 별도 수집하며, 정해진 처리규정에 따라 누설되지 않도록 엄중히 처리해야 한다.