

[별 표]

전문검사기관의 검사능력 평가 방법(제7조 관련)

1. 전문검사기관으로 최초 지정받으려는 자 또는 이미 전문검사기관으로 지정받아 운영 중인 기관은 아래 제2호(정밀검사능력 평가) 및 제3호(품질관리능력 평가)의 평가에서 모두 적합 판정을 받아야 한다.

2. 정밀검사능력 평가

농림축산검역본부장은 농림축산검역본부 공무원 2인 이상으로 정밀검사능력 평가단을 구성하되 검사항목별 전문가로 하여 문제 출제, 시료 제공 및 블라인드 테스트를 기본으로 한 정밀검사능력 평가를 실시한다.

지정받으려는 검사항목 또는 이미 지정받은 검사항목별로 세균과 파이토플라즈마 항목, 바이러스와 바이로이드 항목, LMO 항목으로 구분하여 각 검사항목별로 병원체 또는 이벤트를 정확히 분류동정 또는 판정할 수 있어야 ‘적합’으로 판정한다. 식물검역기술개발센터장은 평가 후 7일 이내에 평가결과를 위험관리과로 통보한다.

가. 세균과 파이토플라즈마 항목

1) 식물 또는 양성표본으로 제공되는 시료 5종에 대하여 세균 또는 파이토플라즈마를 정확히 분류동정하거나 감염되지 않았다는 판정을 할 수 있어야 한다.

2) 시료는 블라인드 테스트가 가능하도록 양성·음성 표본으로 제공할 수 있다.

나. 바이러스와 바이로이드 항목

1) 식물 또는 양성표본으로 제공되는 시료 5종에 대하여 바이러스 또는 바이로이드를 정확히 분류동정하거나 감염되지 않았다는 판정을 할 수 있어야 한다.

2) 시료는 블라인드 테스트가 가능하도록 양성·음성 표본으로 제공할 수 있다.

다. LMO 항목

1) 식물 또는 곡물표본으로 제공되는 시료 5종에 대하여 LMO 유전자 포함여부 또는 LMO 이벤트를 정확히 분류동정하거나 포함되지 않았다는 판정을 할 수 있어야 한다.

- 2) 시료는 블라인드 테스트가 가능하도록 양성·음성 표본으로 제공할 수 있다.
- 라. 제7조제4항에 따른 평시 정밀검사능력 평가에서 병원체 또는 이벤트를 정확히 분류·동정 또는 판정할 수 있어야 하며 평시 정밀검사능력 평가는 정밀검사능력 평가와 동일한 효력이 있다.
- 마. 정밀검사능력 평가에 따른 전문검사기관 지정 및 행정처분은 검사항목별로 적용할 수 있다.

3. 품질관리능력 평가

농림축산검역본부장은 농림축산검역본부 공무원 2인 이상으로 품질관리능력 평가단을 구성한다. 평가는 별지 제6호서식의 ‘품질관리능력 측정 평가표’에 의하며 평가항목별로 ‘상’, ‘중’, ‘하’로 평가하여 ‘하’가 없고 ‘상’이 5개 이상이면 ‘적합’으로 판정하고 그 외는 ‘부적합’으로 판정한다.

가. 인력 요건

- 1) 규칙 별표6의2(식물 병해충 전문검사기관의 지정요건) 제2호의 검사 인력에 관한 요건을 갖추어야 한다.
- 2) 검사책임자는 검사 인력 중 연륜과 경력이 우수한 자로 지정하여야 한다.
- 3) 검사책임자는 검사원의 검사업무를 지도·관리하고 검사결과를 재확인하여 검사결과에 대한 품질보증을 할 수 있어야 한다.
- 4) 검사책임자가 부재할 경우를 대비하여 해당 업무를 대리할 자를 미리 지정하여야 한다.
- 5) 검사책임자와 검사원이 갖추어야 하는 학력, 전공 또는 경력 등의 요건을 전문검사기관 자체 내부규정으로 규정하고 자격을 부여하는 절차를 마련하여야 한다.
- 6) 내·외부 숙련도 평가 등을 통하여 검사 항목 또는 제품에 대한 검사 능력을 갖춘 적절한 수의 검사원을 확보하여야 한다.
- 7) 검사 업무를 보조할 인력이 필요할 경우 이에 관한 절차 및 업무범위를 규정하여야 한다.
- 8) 전문검사기관의 대표자, 검사책임자 및 검사원의 책임과 권한, 업무범위 및 위임·전결 사항 등을 규정하여야 하며 대표자는 검사책임

자를 겸임할 수 있다.

- 9) 대표자, 검사책임자, 검사원 등은 품질관리 체계의 내용을 숙지하여야 한다.
- 10) 해당 **전문검사기관**의 모든 직원이 검사에 영향을 미칠 수 있는 내·외부의 부당한 압력으로부터 독립성을 확보하기 위한 절차를 마련하여야 한다.

나. 시설 요건

- 1) 규칙 별표6의2(식물 병해충 전문검사기관의 지정요건) 제3호의 시설에 관한 요건을 갖추어야 한다.
- 2) 검사의 신뢰성에 영향을 주는 간섭이 최소화되도록 다음 각 목에 따라 시설 및 환경을 갖추어야 한다.
 - 가) 검사에 적절한 크기와 구조의 시설 및 환경을 갖추어야 한다.
 - 나) 필요한 경우 구획, 구분, 배치 등으로 교차 오염을 방지하여야 한다.
 - 다) 위험성이 있는 화학물질, 감염성 물질, 고전압장치 등은 적절히 분리하여 보관하여야 한다.
- 3) 검사 결과에 영향을 미치지 않도록 다음 각 목의 사항에 유의하여 검사 구역을 설정하고 유지·관리하여야 한다.
 - 가) 적절한 온도, 습도, 환기, 조명 등의 확보
 - 나) 외부인의 출입 및 목적 외 사용 제한

다. 검사설비 요건

- 1) 규칙 별표6의2(식물 병해충 전문검사기관의 지정요건) 제4호의 검사 설비에 관한 요건을 갖추어야 한다.
- 2) 검사에 사용하는 장비 및 기구는 식별하고 그 이력을 관리하여야 한다.
- 3) **전문검사기관**은 주요 장비 및 기구에 대한 교정 또는 검증 등의 점검 절차와 사용 지침서를 갖추어야 한다.
- 4) 주요 장비 및 기구에 대하여 관리 담당자를 지정하여야 한다.
- 5) 주요 장비 및 기구에 대하여 정기적인 점검을 실시하고 그 결과를 기록하여야 하며 이상이 발견되었을 경우는 필요한 정비 또는 수리를 실시하여야 한다.

- 6) 장비 및 기구는 검사 방법에 가장 적합한 것을 사용해야 하며 차후의 검사에 이용될 수 있도록 성능과 상태를 유지하여야 한다.
- 7) 장시간 사용하지 않는 장비는 별도의 장소에 배치하거나 별도의 표식을 하여야 한다.

라. 시약 관리

- 1) 시약(키트 포함), 배지 등의 식별 및 관리 등에 관한 절차를 수립하고 담당자를 지정하여야 한다.
- 2) 시약, 배지, 표준물질의 명칭, 순도 또는 농도, 보존방법, 사용기한 등에 대한 식별이 용이하도록 표시하여 관리하여야 한다.
- 3) 제조 용액 등은 용액의 명칭, 제조자, 제조일, 제조방법, 유효기간과 관련된 정보를 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 기록되어야 한다. 변질 또는 유효기간이 경과한 시약 등은 해당 절차에 따라 처리한다.
- 4) 시약제조 등 검사 업무에 사용하는 증류수 등을 관리하여야 한다.

마. 교육 관리

- 1) 전문검사기관은 검사원이 업무를 수행하는데 필요한 교육·훈련 절차를 수립하여야 하며, 새로운 검사를 수행하여야 하는 등 갑작스런 교육 수요에 대비한 수시 교육의 절차 및 방법 등도 포함하여야 한다.
- 2) 전문검사기관은 검사책임자, 검사원 등에게 검사와 관련된 교육·훈련의 기회를 제공하여야 한다.
- 3) 전문검사기관은 검사책임자, 검사원 등의 교육 계획을 매년 수립하고 충실히 교육을 실시하고 이에 따른 교육 관련 기록을 유지·관리하여야 한다.
- 4) 당초의 교육 계획이 변경된 경우에도 이와 관련한 기록을 유지·관리하여야 한다.
- 5) 전문검사기관은 검역본부장이 실시하는 전문교육에 적극적으로 참여되 매 교육 시마다 적어도 1인 이상 교육을 이수하고 이수자는 다른 검역인력에게 전달교육을 실시하여야 한다.

- 6) 전문검사기관은 정밀검사와 관련하여 검역본부에서 제공하는 공문 등의 지시·협조사항을 검사인력에게 충분히 교육하여야 한다.

바. 검사 결과물 관리

- 1) 검사 과정 중에 얻어진 모든 자료와 기록은 측정·관찰 내용을 명확하게 판단할 수 있도록 규칙 별표6의3에서 정하는 바에 따라 기록, 보관되어야 한다.
- 2) 검사 장비에 검사결과 수정 등을 포함한 모든 작업기록을 유지·보존할 수 있는 기록관리시스템을 설치·운영하여야 한다.
- 3) 수기로 기록하는 검사 항목은 검사 과정 및 결과를 확인할 수 있는 사진, 실험노트 등의 자료를 기록, 보관 하여야 하며, 기초자료의 정리·처리를 위해 컴퓨터를 사용할 수 있다.
- 4) 컴퓨터의 온라인체계(On-line System)를 이용할 경우에는 컴퓨터 파일 혹은 데이터베이스를 기초자료로 사용할 수 있다.
- 5) 컴퓨터 등에 의해 직접 기초자료를 작성하고 보관하는 경우에는 다음 각 목에 따라야 한다.
 - 가) 기초자료 관리 절차에는 처리, 기록, 전송, 보관 및 기밀 유지 등을 포함하는 기초자료의 보호를 위한 절차를 포함하여야 한다.
 - 나) 사용하는 소프트웨어에 대한 충분한 신뢰성을 갖추어야 한다.
 - 다) 컴퓨터 등의 설비는 적절한 방법으로 보수·관리되어야 한다.
 - 라) 전자 기록의 백업 등 보호 절차 및 기록에 대한 무단 접근 또는 수정을 방지하기 위한 절차를 가지고 있어야 한다.

사. 시료 관리

- 1) 시료를 취급할 때에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다.
 - 가) 검사에 영향을 미치지 않도록 이물의 혼입 및 오염에 주의하여야 한다.
 - 나) 냉장 또는 냉동시료는 적절한 온도를 유지할 수 있는 냉동 또는 냉장장비 등에 보관하여야 한다.
 - 다) 운송 중에 개봉되지 않도록 봉인하여 포장하여야 한다.
- 2) 시료를 접수할 때에는 고유의 식별 번호를 부여하여 시료의 식별이

가능하여야 한다.

3) 시료로부터 검사에 이용되는 검체채취 방법은 다음 각 사항을 준수하여야 한다.

가) 검체는 대표성이 확보되어야 하며 다른 검체와 혼동되지 않도록 하여야 한다.

나) 이물의 혼입 및 오염이 없도록 채취하여야 한다.

다) 검체를 소분한 경우에는 검체의 기원을 알 수 있도록 하여야 한다.

라) 필요한 경우 검체를 넣는 용기는 시료의 종류, 형상 및 검사의 목적에 적절하고 이동, 세척 및 멸균이 용이한 것을 이용하여야 한다.

4) 검사원은 다음 각 목과 같이 시료를 취급하여야 한다.

가) 시료를 보관하는 용기마다 식별번호 및 필요한 경우 보관 조건 등을 표시해야 하며, 오염이나 변질되지 않도록 하여야 한다.

나) 시료의 보관, 폐기 및 반환과 관련한 기록을 하여야 한다.

다) 연구 등 전문검사기관의 필요에 의하여 시료 또는 살아있는 병해충을 보관하거나 증식, 유통하지 않아야 한다.

5) 해당 기준 및 규격에서 벗어난 부적합 시료의 취급 등에 관한 절차를 수립하고 이에 따라 관리하여야 한다.