

[별첨 1]

가치평가기준표 및 적용방법

1. 획기성 가치평가기준표

평가항목		고려요소	가중치	점수	평가 의견
임상적 유용성	효능/ 효과 개선	☐ 해당 제품이 관련 질환의 경과·증상, 효능·효과 등에 미치는 영향 유사 재료와 비교한 증상완화, 수명연장, 완치 여부 등의 임상결과	7	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
	부작용 개선	☐ 부작용 감소 정도 - 유사 재료와 비교한 장·단기적 안전성과 심각한 부작용 등 평가 등 평가 - 인체위해감소 - 환자 및 시술자의 감염위험 예방	7	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
	환자 삶의 질 개선	☐ 해당 제품이 환자에게 삶의 질을 향상시켰는지 여부 - 환자 사용의 편리성, 환자 자율성(독립성) 향상 - 환자의 통증 또는 불편감 감소 - 환자의 만족도 (상처/절개 부위 감소, 사회생활에 미치는 부정적 영향 최소화)	6	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
비용 · 효과성		☐ 유사 재료 대비 비용-효과성 - 제품의 수명연장 (임플란트 내구성증가, 배터리 수명 연장)으로 인한 재시술 빈도 감소 - 교체주기, 사용 개수 변화로 인한 비용절감 - 대체 치료재료 또는 약제 소요비용 감소 - 입원기간/치료기간 단축으로 인한 비용절감 - 시술시간,투입인력 (의사, 간호사 등) 감소로 인한 비용절감 - 치료 후 수반되는 행위(진단 및 검사)빈도 혹은 단일 비용(unit cost)절감 및 재활비용감소	3	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
기술 혁신		☐ 기술 혁신에 대한 평가인증 또는 수상 경력 등 - 보건의료기술 연구개발과 관련한 국내 공인평가인증 (NET 등) - 관련 수상 실적 - 교과서, 임상가이드라인 등재 여부 - 제외국 급여 결정 시 가치 인정 여부	4	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	

2. 기술개량 가치평가기준표

평가항목		고려요소	가중치	점수	평가 의견
임상적 유용성	기능 개선	☐ 제품의 기능적 측면 개선 - 고정력 등 기능 강화 - 재질의 개선 (흡수성, 인체적합성 등)	6	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
	기술 용이성	☐ 시술자의 편의성 개선 - 시술의 용이성 및 정밀도 증가로 시술 성공률 증대 - 시술시간 단축 - 마취시간 감소, 방사선 노출시간 감소 - 침습성 감소 - 의료기술 표준화 (시술자간 숙련도에 따른 영향 최소화)	5	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
비용 · 효과성		☐ 유사 재료 대비 비용-효과성 - 제품의 수명연장 (임플란트 내구성증가, 배터리 수명 연장)으로 인한 재시술 빈도 감소 - 교체주기, 사용 개수 변화로 인한 비용절감 - 대체 치료재료 또는 약제 소요비용 감소 - 입원기간/치료기간 단축으로 인한 비용절감 - 시술시간,투입인력 (의사, 간호사 등) 감소로 인한 비용절감 - 치료 후 수반되는 행위(진단 및 검사)빈도 혹은 단일 비용(unit cost)절감 및 재활비용감소	3	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	
기술 혁신		☐ 기술 혁신에 대한 평가인증 또는 수상 경력 등 - 보건의료기술 연구개발과 관련한 국내 공인평가인증 (NET 등) - 관련 수상 실적 - 교과서, 임상가이드라인 등재 여부 - 제외국 급여 결정 시 가치 인정 여부	4	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	

3. 평가결과의 적용방법

평가항목별 점수를 합하여 총 점수를 산출하되 가산율은 아래와 같이 산정한다. 보건

복지부 장관이 지정한 연구중심병원, 임상시험센터 등에서 임상시험을 하고 임상문헌을 제출한 경우 추가적으로 가산율을 5% 더 산정할 수 있다.

<총점 구간별 가산율>

획기성 가치평가기준표인 경우		기술개량 가치평가기준표인 경우	
점수(점)	가산율(%)	점수(점)	가산율(%)
20~30미만	10	20~30미만	10
30~40미만	20	30~40미만	20
40~50미만	30	40~50미만	30
50~60미만	40	50~60미만	40
60~70미만	50	60이상	50
70~80미만	60		
80~90미만	70		
90~95미만	80		
95~100미만	90		
100이상	100		

4. 평가를 위한 평가항목 필수요건 등 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 바에 따른다.