

검역시설 및 장비기준(제19조 관련)

1. 검역시설

세균, 기생충, 바이러스 등 수산생물질병을 검사할 수 있는 실험실을 갖추어야 한다.

2. 필요 장비

구분	장비명		비고
	국명	영명	
필수	건조기	Dry oven	
	고압증기멸균기	Autoclave	
	광학현미경	Light microscope	
	냉동고	Freezer	
	냉장고	Refrigerator	
	원심분리기	High speed centrifuge	
	저온배양기	Low temperature incubator	
	전자저울	Electronic balance	
	증류수 제조기	Water distillation system	
	초저온냉동고	Deep freezer	
	건열가열판	Heat block	
	무균대	Clean bench	
	자외-가시선 분광광도계	UV-Vis Spectrophotometer	
	유전자증폭기	DNA amplification system	
	Realtime PCR	Realtime PCR	
	겔분석시스템	Gel document system	
	전기영동장치	Electrophoresis	
	폴라로이드 카메라	Polaroid camera	
권장	가열교반기	Hot stirrer	
	조직분쇄기	Tissue homogenizer	
	DNA서열분석기	DNA sequencer	
	마이크로톰	Rotary microtome	
	조직처리기	Tissue processor	
	조직포매기	Tissue embedding center	
	조직표본염색장치	Tissue slide staining equipment	
	항온수조	Water bath	

3. 시약 및 소모품

시약 및 각종 소모품은 정밀검사를 하는데 충분한 수량이 준비되어 있어야 한다.