

진단기관 장비의 교정주기(제10조제2항 관련)

구분	교정주기
「에너지이용 합리화법 시행령」 별표 4에 따른 장비	진단기관은 등록된 장비가 고장이 없고 최적의 상태를 유지할 수 있도록 1년 단위로 교정을 실시하는 것을 원칙으로 한다.

비 고

- 1. 디지털압력계, 데이터기록계, 적외선온도계, 디지털풍압계, 조도계의 교정기간은 2년으로 할 수 있다.
- 2. 표준온도계, 회전계는 교정을 하지 않을 수 있다.