

[별표 1] 동물용의약품등 품질검사기관에 필요한 시험시설 및 기구(제5조 관련)

☐ 동물용의약품(생물학적제제 제외) 시험시설 및 기구

품 명	수 량	비 고
실험실 (수도전, 세척대 포함)	1 개소	· 25m ² 이상
실험대	1 조	
시약대	1 조	
시약장 및 초자기구장	각 1 조	
화학천평 및 분동	1 대	· 전자천평은 분동제외
조제용 저울 및 분동	1 대	· 전자천평은 분동제외
수조 (워터바스)	1 조	
항온 건열기 및 일반 건열기	각 1 조	
pH 메타	1 대	
전기로	1 대	· 온도조절 가능한 것
증류수 제조기 또는 채취기	1 조	
표준체	1 조	
비중계	1 조	
냉장고	1 대	· 300ℓ 이상
스펙트로포토메타 또는 이와 동등한 기기	1 대	
원심분리기	1 대	
무균실 또는 검사 가능한 무균상자	1 조	· 항생물질제제에 한함
존리다 또는 역가측정용 기구	1 조	· 항생물질제제에 한함
진공건조기 또는 칼피셔 수분측정기	1 조	· 항생물질제제에 한함
밀봉테스타 또는 동 검사 기구	1 조	
부란기	1 대	· 항생물질제제 및 주사제에 한함
융점측정기	1 대	
액체크로마토그래피(HPLC)	1 조	
파이로겐테스타 또는 발열성 물질검사시설 및 기구	1 조	· 주사제에 한함
유리용기 시험기구 (쇠약질구뷰렛등)	1 조	· 주사제에 한함
이물질 검사기구	1 조	· 주사제에 한함
붕해도 측정기	1 대	· 정제에 한함
기타 필요한 초자 및 기구류	-	

☐ 생물학적제제 시험시설 및 기구

품 명	수 량	비 고
냉 장 고 (5℃)	1 대	
냉 장 고 (-20℃)	1 대	
냉 장 고 (-80℃)	1 대	
부 란 기 (세 균 배 양 용)	1 대	
부 화 기 (소 형, 계 란 배 양)	1 대	
조 직 배 양 회 전 장 치	1 식	
도 립 현 미 경	1 대	
현 미 경 (조 명 등 포 함)	1 대	
화 학 천 평	1 대	
천 평	1 대	
p H 메 타	1 대	
제 진 기	1 대	
전 기 영 동 장 치	1 조	
항 온 수 조 (원 터 바 스)	1 대	
세 균 여 과 기 (소 형)	1 조	
이온교환수지장치(재증류수제조용)	1 조	
증 류 수 제 조 기 (대 형)	1 조	
건 열 멸 균 기	1 대	
코 로 니 계 산 기	1 대	
자 석 교 반 기	1 대	
피 펫 세 척 기	1 대	
진 공 펌 프	1 대	
제 습 기	1 대	
자 비 소 독 기	1 대	
고 압 멸 균 기 (소 형)	1 대	
원 심 분 리 기 (소 형)	1 대	
진 공 검 사 기	1 대	