

[별표3]

분석 정도관리 방법

1. 일반 원칙

- 1.1 물환경측정망 설치·운영계획과 수질오염공정시험기준에 규정된 분석 방법을 적용하고 실험실에서 실제로 사용하는 기기, 기구, 시약 등을 반영하는 구체적인 방법을 절차서로 작성한다.
- 1.2 항목별로 수질오염공정시험기준의 6.0 정도보증/정도관리를 실시하고 목표값 달성 여부를 확인한다.
- 1.3 실험실에서는 측정망 담당 직원이 국내·외 관련기관의 정도관리 교육을 이수하도록 권장한다.

2. 분석 정도관리 방법

2.1 분석 및 정도관리 절차서 작성

- (1) 수질오염공정시험기준을 반영하여 항목별로 분석 절차서를 작성한다.
- (2) 항목별로 정도관리 시료를 준비하고 분석하는 방법에 대해 정도관리 절차서를 작성한다.
- (3) 절차서는 물환경측정망 정도관리 매뉴얼에 포함되며, 작성 형식과 관리는 "정도관리 고시" 규정에 따른 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 준한다.

2.2 정도관리용 시료 분석

- (1) 항목별로 수질오염공정시험기준의 6.0 정도보증/정도관리에 규정된 방법과 조건에 따라 정도관리 시료를 조제하고 분석한다.
- (2) 분석결과를 기록하고 목표값과 비교하여 평가한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다. 규정되지 않은 경우 기관별로 관리차트(KS I ISO 13530) 등을 이용하여 정한다.
- (3) 목표값을 만족시키지 못할 경우 문제의 원인을 찾아서 시정한 후 다시 정도관리 시료를 분석한다.

2.3 결과 기록, 보존 및 보고

정도관리 평가 방법(별표 4)에 수록된 양식으로 결과를 기록, 보존하고 1년 동안의 자료를 이듬해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출한다. 다만, 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제12조 및 제13조에 따른 기후에너지 환경부 LIMS 운영기관은 정도관리 전산시스템 운영 절차에 따라 조치한다(전산작업이 원활하게 진행되지 않는 경우 기존 방법으로 제출).