

[별표 4]

체외진단의료기기의 중대한 변경(제19조 관련)

변경의 종류		중대한 변경 사항
체외진단의료기기 자체의 변경	모양 및 구조	○ 체외진단의료기기와 함께 사용되는 부분품 변경 또는 추가 (단, 이미 허가(인증)받은 체외진단의료기기와 본질적으로 동등하여 성능 및 안전성 평가가 불필요한 부분품 추가는 제외) ○ 체외진단의료기기의 성능에 영향을 미치는 모양 및 구조 변경 ○ 체외진단의료기기의 성능 및 안정성에 영향을 주는 구성의 변경 ○ 체외진단장비의 형상, 회로, 절연, 전기회로, 통신 모듈의 변경 ○ 체외진단장비의 작용원리의 변경(신규허가 대상)
	원재료	○ 체외진단시약 주성분 원재료의 기원, 화학분자구조 또는 분량 등의 변경 ○ 체외진단시약의 성능에 영향을 주는 보조성분의 변경 ○ 체외진단장비 부분품 규격 또는 특성의 변경 또는 추가 ○ 체외진단장비의 소프트웨어 버전, 알고리즘, 개발환경, 개발언어 등 변경 ○ 체외진단장비(기계·장치)의 광원, 감지부 변경 ○ 체외진단장비와 함께 사용하는 소프트웨어(의료용 모바일앱 등)의 추가
체외진단의료기기 자체의 변경이 없는 변경	사용 목적	○ 체외진단의료기기가 제11조제1항제1호에 해당하는 변경 또는 추가 (삭제는 제외)
	성능	○ 체외진단시약의 임상적·분석적 성능 변경(추가 또는 삭제 포함. 다만, 분석적 특이도(간섭, 교차반응)의 추가 또는 삭제 제외) ○ 체외진단의료기기의 국제기준규격(ISO, CLSI 등) 변경에 따라 성능(정밀도, 측정 범위 변경 등) 재평가로 인한 성능 변경 ○ 체외진단장비(인증, 허가 대상)의 기능 추가 ○ 체외진단장비 성능의 변경 (추가 또는 포함)추가
	사용 방법	○ 체외진단의료기기 사용자의 변경 또는 사용환경 조건의 변경 ○ 체외진단시약의 검체 보관 온도 변경 또는 검체 보관 기간 연장 (단, 온도 범위가 설정된 경우, 해당범위를 축소하는 변경은 제외)

		○ 검체 전처리용 체외진단시약의 변경 또는 추가 ○ 체외진단시약의 적용 체외진단장비 변경 또는 추가(다만, 2~3등급의 체외진단장비 제품군 추가는 제외) ○ 체외진단장비 제어 방식의 변경 또는 추가 (컴퓨터로 장비 제어하다가 모바일 앱등으로 장비를 제어하는 경우) ○ 체외진단장비 성능 변경에 따른 인터페이스(디스플레이) 변경 또는 추가
	저장 방법 및 사용 기간	○ 체외진단시약 또는 구성시약의 보관조건 변경 및 사용기간 또는 유효기간 연장 ○ 체외진단장비 작동조건의 변경 (추가 또는 삭제 포함)
	시험 규격	○ 체외진단의료기기의 '시험규격'항 변경
	사용시 주의사항	○ 사용목적의 변경이 동반되는 사용시 주의사항 변경(추가 또는 삭제 포함) ○ 성능 및 안전성의 변경이 동반되는 사용시 주의사항 변경 (추가 또는 삭제 포함)
	등급별	○ 4등급 체외진단시약의 체외진단장비 제품군 변경 또는 추가 ○ 체외진단시약(HIV·HBV·HCV·HTLV혈청형·아형검사)의 체외진단장비 제품군 변경 또는 추가 ○ 2등급 내지 4등급 체외진단시약(수혈검사용·현장검사용, 개인 검사용)의 체외진단장비 제품군 변경 또는 추가

* 중대한 변경사항 내용 중 제외되는 사항은 기술문서심사 불필요로 판단