

[별표 8] 체외진단장비 기술문서 등 제출 자료의 범위(제26조 관련)

<체외진단장비의 기술문서 등 제출 자료의 범위>

구분 \ 제출자료		1	2	3	4-가	4-나	4-다	4-라	4-마	4-바	5	6	7	8
		본질적 동등 품목 비교표	사용 목적	작용 원리	전기	방사선	전자파	성능	물리 화학	안정성	영상	기원·발견 및 개발경위	외국 사용 현황	사용 적합성에 관한 자료 주5)
1. 새로운 제품 2. 개량 제품	가. 사용목적이 다른 것	○	○	X	○	△ 주4)	○	○	X	X	○	○	○	○
	나. 작용원리가 다른 것	○	X	○	○	△ 주4)	○	○	X	X	○	○	○	○
	라. 성능이 다른 것	○	X	X	X	X	X	○	X	X	△ 주1)	X	X	△ 주6)
	마. 시험규격이 다른 것	○	X	X	○ 주2)	△ 주2)주4)	○ 주2)	X	X	X	X	X	X	△ 주6)
	바. 사용방법이 다른 것	○	X	X	X	X	X	X	X	X	△ 주3)	○	○	○
3. 동등제품		○	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△ 주6)

○ : 제출하여야 하는 자료, × : 면제되는 자료, △ : 개개 제품에 따라 판단하여야 하는 자료

주1) 영상을 통해서만 개량된 성능을 확인할 수 있는 경우(예: 의료용소프트웨어에 CAD(Computer Aided Diagnosis)기능이 추가되어 성능이 일부 달라진 경우)

주2) 식약처장이 인정한 시험규격 이외의 규격을 설정한 경우

주3) 적용부위 및 조작방법이 달라 안전성·유효성 확인이 필요한 경우

주4) "방사선에 관한 안전성자료"는 방사선기기에 한함

주5) 자가검사용에 한하여 제출하여야 함.

주6) 국내에서 허가(인증)된 자가검사용 제품과 외형 및 사용방법이 동등하고, 사용현황에 관한 자료 등을 통해 사용오류나 위험 발생 가능성이 낮다고 인정되는 경우 사용적합성에 관한 자료를 제출하지 아니할 수 있다.

※ 조합되거나 한벌 구성되어 환자에 접촉하는 부분품이 있는 경우는 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 ‘의료용품분야’의 자료를 추가로 제출하여야 함